Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX060821\
Data File : VX022568.D
Acq On : 08 Jun 2021 16:54
Operator : JC/MD
Sample : PB136878ZHE#08
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 17 Sample Multiplier: 1

Instrument : MSVOA_X
ClientSampleId : PB136878ZHE#08

Quant Time: Jun 09 04:01:01 2021
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X060721W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Mon Jun 07 14:27:50 2021
Response via : Initial Calibration

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
Internal Standards						
1) Pentafluorobenzene	5.562	168	62072	50.000	ug/l	# 0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	6.769	114	126483	50.000	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	10.061	117	118970	50.000	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	12.024	152	46682	50.000	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	5.970	65	53493	48.477	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 78 - 117		Recovery = 96.960%			
35) Dibromofluoromethane	5.397	113	37108	46.891	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 75 - 124		Recovery = 93.780%			
50) Toluene-d8	8.653	98	158738	50.272	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 92 - 112		Recovery = 100.540%			
62) 4-Bromofluorobenzene	11.085	95	56125	47.820	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 83 - 123		Recovery = 95.640%			
Target Compounds						Qvalue
16) Acetone	2.385	43	7593	15.313	ug/l	88
18) Methyl Acetate	2.709	43	1419	1.038	ug/l #	86
20) Methylene Chloride	2.794	84	1935	1.869	ug/l	94
43) Isopropyl Acetate	6.348	43	12050	4.733	ug/l	93

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX060821\
Data File : VX022568.D
Acq On : 08 Jun 2021 16:54
Operator : JC/MD
Sample : PB136878ZHE#08
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 17 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
PB136878ZHE#08

Quant Time: Jun 09 04:01:01 2021
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X060721W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Mon Jun 07 14:27:50 2021
Response via : Initial Calibration