Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX062025\
Data File : VX046780.D
Acq On : 20 Jun 2025 13:40
Operator : JC/MD
Sample : VX0620WBL01
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 5 Sample Multiplier: 1

Quant Time: Jun 20 23:14:28 2025
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\624X061025W.M
Quant Title : METHOD 624 VOLATILE ORGANIC ANALYSIS
QLast Update : Wed Jun 11 06:20:28 2025
Response via : Initial Calibration

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
VX0620WBL01

Manual Integrations APPROVED

Reviewed By :John Carlone 06/23/2025
Supervised By :Mahesh Dadoda 06/23/2025

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
Internal Standards						
1) Bromochloromethane	4.903	128	22702m	30.000	ug/l	-0.01
28) 1,4-Difluorobenzene	6.763	114	146040	30.000	ug/l	0.00
57) Chlorobenzene-d5	10.049	117	133167	30.000	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
27) 1,2-Dichloroethane-d4	5.958	65	57794	31.450	ug/l	-0.01
Spiked Amount 30.000	Range 91 - 110		Recovery = 104.833%			
60) 4-Bromofluorobenzene	11.079	95	62355	27.780	ug/l	0.00
Spiked Amount 30.000	Range 63 - 112		Recovery = 92.600%			
63) Toluene-d8	8.647	98	170060	28.590	ug/l	0.00
Spiked Amount 30.000	Range 91 - 112		Recovery = 95.300%			
Target Compounds						Qvalue

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX062025\
Data File : VX046780.D
Acq On : 20 Jun 2025 13:40
Operator : JC/MD
Sample : VX0620WBL01
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 5 Sample Multiplier: 1

Quant Time: Jun 20 23:14:28 2025
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\624X061025W.M
Quant Title : METHOD 624 VOLATILE ORGANIC ANALYSIS
QLast Update : Wed Jun 11 06:20:28 2025
Response via : Initial Calibration

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
VX0620WBL01

Manual Integrations APPROVED

Reviewed By :John Carlone 06/23/2025
Supervised By :Mahesh Dadoda 06/23/2025