Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_X\DATA\VX062119\
Data File : VX010379.D
Acq On : 21 Jun 2019 13:04
Operator : JC/SP
Sample : K3473-06
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 7 Sample Multiplier: 1

Instrument : MSVOA_X
ClientSampleId : FB

Quant Time: Jun 22 00:02:05 2019
Quant Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_X\METHOD\82X061919W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Thu Jun 20 03:31:56 2019
Response via : Initial Calibration

Internal Standards	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
1) Pentafluorobenzene	5.67	168	297388	50.00	ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	6.86	114	457697	50.00	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	10.11	117	409862	50.00	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	12.08	152	185755	50.00	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	6.06	65	137600	49.35	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 98.70%			
35) Dibromofluoromethane	5.50	113	137789	49.20	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 98.40%			
50) Toluene-d8	8.71	98	541947	50.58	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 101.16%			
62) 4-Bromofluorobenzene	11.13	95	179062	46.29	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 92.58%			
Target Compounds						Qvalue
16) Acetone	2.45	43	7815	5.592	ug/l	97

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_X\DATA\VX062119\
Data File : VX010379.D
Acq On : 21 Jun 2019 13:04
Operator : JC/SP
Sample : K3473-06
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 7 Sample Multiplier: 1

Instrument : MSVOA_X
ClientSampleId : FB

Quant Time: Jun 22 00:02:05 2019
Quant Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_X\METHOD\82X061919W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Thu Jun 20 03:31:56 2019
Response via : Initial Calibration