Quantitation Report (QT/LSC Reviewed)

Data Path : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA X\DATA\VX062119\
Data File : VX010385.D
Acq On : 21 Jun 2019 15:25
Operator : JC/SP
Sample : K3473-03
Misc : 5.0mL/MSVOA X/WATER
ALS Vial : 13 Sample Multiplier: 1

Instrument : MSVOA_X
ClientSampleId : MW-3

Quant Time: Jun 22 00:33:01 2019
Quant Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_X\METHOD\82X061919W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Thu Jun 20 03:31:56 2019
Response via : Initial Calibration

Internal Standards	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
1) Pentafluorobenzene	5.66	168	281973	50.00	ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	6.86	114	430365	50.00	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	10.11	117	386289	50.00	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	12.08	152	177992	50.00	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	6.06	65	130970	49.54	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 99.08%			
35) Dibromofluoromethane	5.50	113	131707	50.02	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 100.04%			
50) Toluene-d8	8.71	98	505045	50.13	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 100.26%			
62) 4-Bromofluorobenzene	11.13	95	167999	46.19	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 92.38%			
Target Compounds						Qvalue
4) Vinyl Chloride	1.41	62	10924	4.369	ug/l #	81
12) 1,1-Dichloroethene	2.38	96	47069	19.258	ug/l	99
24) 1,1-Dichloroethane	3.70	63	26014	6.203	ug/l	98
27) cis-1,2-Dichloroethene	4.60	96	11405	3.755	ug/l	91
40) Benzene	6.15	78	4200	0.394	ug/l #	90
49) 1,4-Dioxane	7.74	88	3737	47.945	ug/l #	94

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (QT/LSC Reviewed)

Data Path : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_X\DATA\VX062119\
Data File : VX010385.D
Acq On : 21 Jun 2019 15:25
Operator : JC/SP
Sample : K3473-03
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 13 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
MW-3

Quant Time: Jun 22 00:33:01 2019
Quant Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_X\METHOD\82X061919W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Thu Jun 20 03:31:56 2019
Response via : Initial Calibration