Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX063021\
Data File : VX023073.D
Acq On : 01 Jul 2021 07:48
Operator : JC/MD
Sample : M2882-07 50X
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 56 Sample Multiplier: 1

Instrument : MSVOA_X
ClientSampleId : AUD-1126

Quant Time: Jul 01 08:44:04 2021
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X062321W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Wed Jun 23 19:12:26 2021
Response via : Initial Calibration

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
Internal Standards						
1) Pentafluorobenzene	5.556	168	60952	50.000	ug/l	# 0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	6.769	114	125948	50.000	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	10.055	117	111320	50.000	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	12.024	152	43674	50.000	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	5.964	65	58181	52.598	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 78 - 117		Recovery = 105.200%			
35) Dibromofluoromethane	5.391	113	37411	46.775	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 75 - 124		Recovery = 93.560%			
50) Toluene-d8	8.653	98	153565	48.991	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 92 - 112		Recovery = 97.980%			
62) 4-Bromofluorobenzene	11.085	95	54412	46.512	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 83 - 123		Recovery = 93.020%			
Target Compounds						Qvalue
11) Tert butyl alcohol	2.947	59	3885	16.852	ug/l #	77
16) Acetone	2.386	43	677547	1381.658	ug/l	92
20) Methylene Chloride	2.800	84	760	1.148	ug/l #	92
25) 2-Butanone	4.580	43	8916	11.692	ug/l	89

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX063021\
Data File : VX023073.D
Acq On : 01 Jul 2021 07:48
Operator : JC/MD
Sample : M2882-07 50X
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 56 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
AUD-1126

Quant Time: Jul 01 08:44:04 2021
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X062321W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Wed Jun 23 19:12:26 2021
Response via : Initial Calibration