Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_X\DATA\VX070218\
Data File : VX003123.D
Acq On : 02 Jul 2018 13:22
Operator : JC/MD
Sample : J3738-03DL 10X
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 5 Sample Multiplier: 1

Instrument : MSVOA_X
ClientSampleId : S22-0040DL

Manual Integrations APPROVED
sam
7/3/2018 3:53:50 PM

Quant Time: Jul 03 09:03:19 2018
Quant Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_X\METHOD\82X062518W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Mon Jun 25 14:38:05 2018
Response via : Initial Calibration

Internal Standards	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
1) Pentafluorobenzene	5.67	168	255115	50.00	ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	6.87	114	353182	50.00	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	10.12	117	318104	50.00	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	12.08	152	182296	50.00	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	6.07	65	162889	46.19	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 92.38%			
35) Dibromofluoromethane	5.51	113	135219	48.35	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 96.70%			
50) Toluene-d8	8.72	98	492525	48.22	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 96.44%			
62) 4-Bromofluorobenzene	11.14	95	174168	44.22	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 88.44%			
Target Compounds						Qvalue
39) Methylcyclohexane	7.46	83	9801	2.17	ug/l #	85
67) Ethyl Benzene	10.26	91	654011	49.00	ug/l	100
68) m/p-Xylenes	10.37	106	193792	37.67	ug/l	98
73) Isopropylbenzene	11.02	105	122115	9.96	ug/l	100
78) n-propylbenzene	11.36	91	116041	8.31	ug/l	99
84) 1,2,4-Trimethylbenzene	11.81	105	135444	12.66	ug/l	97
85) sec-Butylbenzene	11.95	105	18034	1.46	ug/l	84
95) Naphthalene	13.84	128	126773	10.16	ug/l	99

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA X\DATA\VX070218\
Data File : VX003123.D
Acq On : 02 Jul 2018 13:22
Operator : JC/MD
Sample : J3738-03DL 10X
Misc : 5.0mL/MSVOA X/WATER
ALS Vial : 5 Sample Multiplier: 1

Quant Time: Jul 03 09:03:19 2018
Quant Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_X\METHOD\82X062518W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Mon Jun 25 14:38:05 2018
Response via : Initial Calibration

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
S22-0040DL

Manual Integrations APPROVED
sam
7/3/2018 3:53:50 PM