Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX070522\
Data File : VX029923.D
Acq On : 05 Jul 2022 16:15
Operator : JC/MD
Sample : PB145991ZHE#09
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 15 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
PB145991ZHE#09

Quant Time: Jul 06 06:56:57 2022
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X062822W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Wed Jun 29 05:54:51 2022
Response via : Initial Calibration

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
Internal Standards						
1) Pentafluorobenzene	5.562	168	208912	50.000	ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	6.769	114	364315	50.000	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	10.055	117	313598	50.000	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	12.024	152	132812	50.000	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	5.958	65	114719	43.381	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 74 - 125		Recovery =	86.760%		
35) Dibromofluoromethane	5.391	113	106648	46.842	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 75 - 124		Recovery =	93.680%		
50) Toluene-d8	8.653	98	414561	48.536	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 86 - 113		Recovery =	97.080%		
62) 4-Bromofluorobenzene	11.085	95	137806	45.643	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 83 - 123		Recovery =	91.280%		
Target Compounds						Qvalue
16) Acetone	2.386	43	21808	16.856	ug/l	96
20) Methylene Chloride	2.788	84	11170	4.088	ug/l	95
37) Ethyl Acetate	4.721	43	15463	3.734	ug/l #	80
43) Isopropyl Acetate	6.348	43	61548	9.869	ug/l	99

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX070522\
Data File : VX029923.D
Acq On : 05 Jul 2022 16:15
Operator : JC/MD
Sample : PB145991ZHE#09
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 15 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
PB145991ZHE#09

Quant Time: Jul 06 06:56:57 2022
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X062822W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Wed Jun 29 05:54:51 2022
Response via : Initial Calibration