Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_X\DATA\VX071318\
Data File : VX003378.D
Acq On : 13 Jul 2018 22:54
Operator : JC/MD
Sample : J3821-02
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 22 Sample Multiplier: 1

Instrument : MSVOA_X
ClientSampleId : HR-05-071218-A

Quant Time: Jul 14 03:21:21 2018
Quant Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_X\METHOD\82X071318W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Fri Jul 13 17:01:02 2018
Response via : Initial Calibration

Internal Standards	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
1) Pentafluorobenzene	5.67	168	295526	50.00	ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	6.87	114	440954	50.00	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	10.12	117	399050	50.00	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	12.08	152	215358	50.00	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	6.07	65	182337	56.51	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 113.02%			
35) Dibromofluoromethane	5.51	113	161860	49.87	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 99.74%			
50) Toluene-d8	8.72	98	617707	58.30	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 116.60%			
62) 4-Bromofluorobenzene	11.14	95	207493	45.91	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 91.82%			
Target Compounds						Qvalue
16) Acetone	2.45	43	27401	16.52	ug/l #	86
18) Methyl Acetate	2.78	43	24449	4.75	ug/l	94
20) Methylene Chloride	2.86	84	22660	5.24	ug/l	92
25) 2-Butanone	4.71	43	3706	1.44	ug/l	92
84) 1,2,4-Trimethylbenzene	11.81	105	20517	1.64	ug/l	98
95) Naphthalene	13.83	128	67541	4.48	ug/l	100

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA X\DATA\VX071318\
Data File : VX003378.D
Acq On : 13 Jul 2018 22:54
Operator : JC/MD
Sample : J3821-02
Misc : 5.0mL/MSVOA X/WATER
ALS Vial : 22 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
HR-05-071218-A

Quant Time: Jul 14 03:21:21 2018
Quant Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_X\METHOD\82X071318W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Fri Jul 13 17:01:02 2018
Response via : Initial Calibration