Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_X\DATA\VX071618\
Data File : VX003402.D
Acq On : 16 Jul 2018 20:59
Operator : JC/MD
Sample : PB111123ZHE#10
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 16 Sample Multiplier: 1

Instrument : MSVOA_X
ClientSampleId : PB111123ZHE#10

Quant Time: Jul 17 02:23:17 2018
Quant Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_X\METHOD\82X071618W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Mon Jul 16 13:15:28 2018
Response via : Initial Calibration

Internal Standards	R.T.	QIon	Response	Conc	Units		Dev(Min)
1) Pentafluorobenzene	5.67	168	268029	50.00	ug/l		0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	6.87	114	386762	50.00	ug/l		0.00
63) Chlorobenzene-d5	10.12	117	362014	50.00	ug/l		0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	12.09	152	200070	50.00	ug/l		0.00
System Monitoring Compounds							
33) 1,2-Dichloroethane-d4	6.08	65	165480	47.14	ug/l		0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 94.28%				
35) Dibromofluoromethane	5.51	113	147494	47.13	ug/l		0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 94.26%				
50) Toluene-d8	8.72	98	647212	56.04	ug/l		0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 112.08%				
62) 4-Bromofluorobenzene	11.14	95	199720	48.44	ug/l		0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 96.88%				
Target Compounds							Qvalue
10) Methyl Iodide	2.52	142	3314	1.04	ug/l		96
16) Acetone	2.45	43	24322	16.66	ug/l	#	87
18) Methyl Acetate	2.78	43	8684	1.83	ug/l	#	91
20) Methylene Chloride	2.86	84	30556	8.98	ug/l		90
43) Isopropyl Acetate	6.48	43	130215	19.55	ug/l	#	93
74) N-amyl acetate	6.48	43	130215	21.14	ug/l	#	93

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Data Path : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_X\DATA\VX071618\
Data File : VX003402.D
Acq On : 16 Jul 2018 20:59
Operator : JC/MD
Sample : PB111123ZHE#10
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 16 Sample Multiplier: 1

Instrument : MSVOA_X
ClientSampleId : PB111123ZHE#10

Quant Time: Jul 17 02:23:17 2018
Quant Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_X\METHOD\82X071618W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Mon Jul 16 13:15:28 2018
Response via : Initial Calibration