Quantitation Report (Not Reviewed)

Data Path : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_X\DATA\VX072420\
Data File : VX017536.D
Acq On : 24 Jul 2020 12:42
Operator : JC/SP
Sample : L3416-01DL 10X
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 6 Sample Multiplier: 1

Instrument : MSVOA_X
ClientSampleId : BP-TT-MW180D2-GW-20200722DL

Quant Time: Jul 25 01:48:23 2020
Quant Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_X\METHOD\82X072320W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Fri Jul 24 05:48:09 2020
Response via : Initial Calibration

Internal Standards	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
1) Pentafluorobenzene	5.63	168	425821	50.00	ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	6.83	114	683987	50.00	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	10.10	117	742239	50.00	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	12.06	152	376121	50.00	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	6.03	65	276195	50.49	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 100.98%			
35) Dibromofluoromethane	5.47	113	234309	51.22	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 102.44%			
50) Toluene-d8	8.70	98	878159	53.21	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 106.42%			
62) 4-Bromofluorobenzene	11.12	95	369731	55.98	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 111.96%			
Target Compounds						Qvalue
2) Dichlorodifluoromethane	1.18	85	912	Below Cal		89
3) Chloromethane	1.31	50	1512	0.652	ug/l #	86
5) Bromomethane	1.62	94	1799	Below Cal	#	59
6) Chloroethane	1.75	64	122	Below Cal	#	1
8) Diethyl Ether	2.07	74	350	Below Cal		71
9) 1,1,2-Trichlorotrifluoroet	2.35	101	19033	4.115	ug/l	95
10) Methyl Iodide	2.50	142	3073	0.519	ug/l #	68
11) Tert butyl alcohol	3.00	59	2334	2.025	ug/l #	17
12) 1,1-Dichloroethene	2.35	96	10049	2.285	ug/l	83
13) Acrolein	2.28	56	903	5.157	ug/l #	55
15) Acrylonitrile	3.12	53	1845	0.741	ug/l	90
16) Acetone	2.43	43	3119	1.296	ug/l #	87
17) Carbon Disulfide	2.54	76	4579	0.343	ug/l	98
18) Methyl Acetate	2.75	43	1374	0.242	ug/l	92
20) Methylene Chloride	2.83	84	2288	Below Cal	#	80
21) trans-1,2-Dichloroethene	3.14	96	1630	0.346	ug/l #	61
24) 1,1-Dichloroethane	3.67	63	4055	0.479	ug/l #	83
25) 2-Butanone	4.64	43	777	0.227	ug/l #	52
27) cis-1,2-Dichloroethene	4.56	96	3604	0.704	ug/l	39
29) Tetrahydrofuran	5.11	42	993	0.469	ug/l #	59
36) 1,1-Dichloropropene	5.62	75	30774	4.691	ug/l #	54
38) Carbon Tetrachloride	5.74	117	2625	0.330	ug/l #	73
43) Isopropyl Acetate	6.43	43	2859	0.241	ug/l #	80
44) Trichloroethene	7.18	130	227915	41.467	ug/l	98
46) Dibromomethane	7.63	93	761	0.207	ug/l #	67
49) 1,4-Dioxane	7.70	88	251	2.230	ug/l #	1
55) 1,1,2-Trichloroethane	9.20	97	1322	0.263	ug/l #	69
58) 2-Chloroethyl Vinyl ether	8.29	63	863	0.216	ug/l	93
59) 2-Hexanone	9.49	43	1920	0.361	ug/l	74
76) 1,2,3-Trichloropropane	11.12	75	185482	23.973	ug/l #	34
81) trans-1,4-Dichloro-2-buten	11.12	75	185482	60.408	ug/l #	11
89) n-Butylbenzene	12.37	91	4454	0.214	ug/l	93
92) 1,2-Dibromo-3-Chloropropan	12.97	75	538	2.801	ug/l	62
93) 1,2,4-Trichlorobenzene	13.63	180	3131	0.376	ug/l	91

Quantitation Report (Not Reviewed)

Data Path : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_X\DATA\VX072420\
Data File : VX017536.D
Acq On : 24 Jul 2020 12:42
Operator : JC/SP
Sample : L3416-01DL 10X
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 6 Sample Multiplier: 1

Instrument : MSVOA_X
ClientSampleId : BP-TT-MW180D2-GW-20200722DL

Quant Time: Jul 25 01:48:23 2020
Quant Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_X\METHOD\82X072320W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Fri Jul 24 05:48:09 2020
Response via : Initial Calibration

Internal Standards	R.T.	QIon	Response	Conc	Units		Dev(Min)
94) Hexachlorobutadiene	13.77	225	1887	0.493	ug/l		82
95) Naphthalene	13.82	128	7368	0.297	ug/l	#	91
96) 1,2,3-Trichlorobenzene	14.00	180	3137	0.382	ug/l		85

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (Not Reviewed)

Data Path : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_X\DATA\VX072420\
Data File : VX017536.D
Acq On : 24 Jul 2020 12:42
Operator : JC/SP
Sample : L3416-01DL 10X
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 6 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
BP-TT-MW180D2-GW-20200722DL

Quant Time: Jul 25 01:48:23 2020
Quant Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_X\METHOD\82X072320W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Fri Jul 24 05:48:09 2020
Response via : Initial Calibration





#1
Pentafluorobenzene
Concen: 50.000 ug/l
RT: 5.63 min Scan# 745
Delta R.T. -0.01 min
Lab File: VX017536.D
Acq: 24 Jul 2020 12:42

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
BP-TT-MW180D2-GW-20200722DL

Tgt Ion:168 Resp: 425821

Ion	Ratio	Lower	Upper
168	100		
99	54.6	43.4	65.2





#2
Dichlorodifluoromethane
Concen: Below Cal
RT: 1.18 min Scan# 16
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VX017536.D
Acq: 24 Jul 2020 12:42

Tgt Ion: 85 Resp: 912

Ion	Ratio	Lower	Upper
85	100		
87	25.9	16.1	48.3





#3
Chloromethane
Concen: 0.652 ug/l
RT: 1.31 min Scan# 37
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VX017536.D
Acq: 24 Jul 2020 12:42

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
BP-TT-MW180D2-GW-20200722DL

Tgt Ion: 50 Resp: 1512

Ion	Ratio	Lower	Upper
50	100		
52	24.5	25.9	38.9#





#5
Bromomethane
Concen: Below Cal
RT: 1.62 min Scan# 88
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VX017536.D
Acq: 24 Jul 2020 12:42

Tgt Ion: 94 Resp: 1799

Ion	Ratio	Lower	Upper
94	100		
96	53.7	74.1	111.1#





#6
Chloroethane
Concen: Below Cal
RT: 1.75 min Scan# 108
Delta R.T. 0.04 min
Lab File: VX017536.D
Acq: 24 Jul 2020 12:42

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
BP-TT-MW180D2-GW-20200722DL

Tgt Ion: 64 Resp: 122

Ion	Ratio	Lower	Upper
64	100		
66	96.6	24.9	37.3#





#8
Diethyl Ether
Concen: Below Cal
RT: 2.07 min Scan# 162
Delta R.T. -0.09 min
Lab File: VX017536.D
Acq: 24 Jul 2020 12:42

Tgt Ion: 74 Resp: 350

Ion	Ratio	Lower	Upper
74	100		
45	72.3	50.8	152.5





#9
1,1,2-Trichlorotrifluoroethane
Concen: 4.115 ug/l
RT: 2.35 min Scan# 208
Delta R.T. -0.01 min
Lab File: VX017536.D
Acq: 24 Jul 2020 12:42

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
BP-TT-MW180D2-GW-20200722DL

Tgt Ion:101 Resp: 19033

Ion	Ratio	Lower	Upper
101	100		
85	48.9	34.8	52.2
151	82.2	68.0	102.0





#10
Methyl Iodide
Concen: 0.519 ug/l
RT: 2.50 min Scan# 231
Delta R.T. 0.01 min
Lab File: VX017536.D
Acq: 24 Jul 2020 12:42

Tgt Ion:142 Resp: 3073

Ion	Ratio	Lower	Upper
142	100		
127	65.0	35.9	53.9#
141	28.5	11.4	17.0#





#11
Tert butyl alcohol
Concen: 2.025 ug/l
RT: 3.00 min Scan# 314
Delta R.T. -0.02 min
Lab File: VX017536.D
Acq: 24 Jul 2020 12:42

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
BP-TT-MW180D2-GW-20200722DL

Tgt Ion: 59 Resp: 2334

Ion	Ratio	Lower	Upper
59	100		
57	42.0	8.6	12.8#





#12
1,1-Dichloroethene
Concen: 2.285 ug/l
RT: 2.35 min Scan# 207
Delta R.T. -0.01 min
Lab File: VX017536.D
Acq: 24 Jul 2020 12:42

Tgt Ion: 96 Resp: 10049

Ion	Ratio	Lower	Upper
96	100		
61	196.6	134.0	201.0
98	59.1	51.0	76.4





#13
Acrolein
Concen: 5.157 ug/l
RT: 2.28 min Scan# 195
Delta R.T. -0.00 min
Lab File: VX017536.D
Acq: 24 Jul 2020 12:42

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
BP-TT-MW180D2-GW-20200722DL

Tgt Ion: 56 Resp: 903

Ion	Ratio	Lower	Upper
56	100		
55	34.4	57.4	86.2#





#15
Acrylonitrile
Concen: 0.741 ug/l
RT: 3.12 min Scan# 333
Delta R.T. -0.00 min
Lab File: VX017536.D
Acq: 24 Jul 2020 12:42

Tgt Ion: 53 Resp: 1845

Ion	Ratio	Lower	Upper
53	100		
52	71.5	66.6	99.8
51	38.6	29.4	44.2





#16
Acetone
Concen: 1.296 ug/l
RT: 2.43 min Scan# 220
Delta R.T. 0.01 min
Lab File: VX017536.D
Acq: 24 Jul 2020 12:42

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
BP-TT-MW180D2-GW-20200722DL

Tgt Ion: 43 Resp: 3119

Ion	Ratio	Lower	Upper
43	100		
58	23.4	24.2	36.4#





#17
Carbon Disulfide
Concen: 0.343 ug/l
RT: 2.54 min Scan# 239
Delta R.T. -0.01 min
Lab File: VX017536.D
Acq: 24 Jul 2020 12:42

Tgt Ion: 76 Resp: 4579

Ion	Ratio	Lower	Upper
76	100		
78	10.1	7.5	11.3





#18
Methyl Acetate
Concen: 0.242 ug/l
RT: 2.75 min Scan# 272
Delta R.T. -0.01 min
Lab File: VX017536.D
Acq: 24 Jul 2020 12:42

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
BP-TT-MW180D2-GW-20200722DL

Tgt Ion: 43 Resp: 1374

Ion	Ratio	Lower	Upper
43	100		
74	25.5	17.5	26.3





#20
Methylene Chloride
Concen: Below Cal
RT: 2.83 min Scan# 286
Delta R.T. -0.01 min
Lab File: VX017536.D
Acq: 24 Jul 2020 12:42

Tgt Ion: 84 Resp: 2288

Ion	Ratio	Lower	Upper
84	100		
49	111.8	100.3	150.5
51	42.9	30.5	45.7
86	98.5	51.1	76.7#





#21
trans-1,2-Dichloroethene
Concen: 0.346 ug/l
RT: 3.14 min Scan# 337
Delta R.T. -0.00 min
Lab File: VX017536.D
Acq: 24 Jul 2020 12:42

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
BP-TT-MW180D2-GW-20200722DL

Tgt Ion: 96 Resp: 1630

Ion	Ratio	Lower	Upper
96	100		
61	88.8	113.0	169.4#
98	39.9	51.8	77.8#





#24
1,1-Dichloroethane
Concen: 0.479 ug/l
RT: 3.67 min Scan# 423
Delta R.T. -0.01 min
Lab File: VX017536.D
Acq: 24 Jul 2020 12:42

Tgt Ion: 63 Resp: 4055

Ion	Ratio	Lower	Upper
63	100		
98	0.0	3.4	10.1#
100	0.0	1.9	5.7#





#25
2-Butanone
Concen: 0.227 ug/l
RT: 4.64 min Scan# 583
Delta R.T. -0.00 min
Lab File: VX017536.D
Acq: 24 Jul 2020 12:42

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
BP-TT-MW180D2-GW-20200722DL

Tgt Ion: 43 Resp: 777

Ion	Ratio	Lower	Upper
43	100		
72	0.0	19.0	28.4#





#27
cis-1,2-Dichloroethene
Concen: 0.704 ug/l
RT: 4.56 min Scan# 570
Delta R.T. -0.01 min
Lab File: VX017536.D
Acq: 24 Jul 2020 12:42

Tgt Ion: 96 Resp: 3604

Ion	Ratio	Lower	Upper
96	100		
61	48.2	0.0	301.2
98	53.3	0.0	130.0





#29
Tetrahydrofuran
Concen: 0.469 ug/l
RT: 5.11 min Scan# 660
Delta R.T. 0.02 min
Lab File: VX017536.D
Acq: 24 Jul 2020 12:42

Tgt Ion: 42 Resp: 993

Ion	Ratio	Lower	Upper
42	100		
72	0.0	35.5	53.3#
71	48.7	33.0	49.4



Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
BP-TT-MW180D2-GW-20200722DL



#33
1,2-Dichloroethane-d4
Concen: 50.494 ug/l
RT: 6.03 min Scan# 811
Delta R.T. -0.00 min
Lab File: VX017536.D
Acq: 24 Jul 2020 12:42

Tgt Ion: 65 Resp: 276195

Ion	Ratio	Lower	Upper
65	100		
67	51.6	0.0	102.8





#34
1,4-Difluorobenzene
Concen: 50.000 ug/l
RT: 6.83 min Scan# 942
Delta R.T. -0.00 min
Lab File: VX017536.D
Acq: 24 Jul 2020 12:42

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
BP-TT-MW180D2-GW-20200722DL

Tgt Ion:114 Resp: 683987

Ion	Ratio	Lower	Upper
114	100		
63	20.8	0.0	40.6
88	16.4	0.0	33.4





#35
Dibromofluoromethane
Concen: 51.220 ug/l
RT: 5.47 min Scan# 719
Delta R.T. -0.00 min
Lab File: VX017536.D
Acq: 24 Jul 2020 12:42

Tgt Ion:113 Resp: 234309

Ion	Ratio	Lower	Upper
113	100		
111	103.1	80.7	121.1
192	20.5	16.9	25.3





#36
1,1-Dichloropropene
Concen: 4.691 ug/l
RT: 5.62 min Scan# 744
Delta R.T. -0.15 min
Lab File: VX017536.D
Acq: 24 Jul 2020 12:42

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
BP-TT-MW180D2-GW-20200722DL

Tgt Ion: 75 Resp: 30774

Ion	Ratio	Lower	Upper
75	100		
110	13.8	18.1	54.3#
77	0.8	24.6	37.0#





#38
Carbon Tetrachloride
Concen: 0.330 ug/l
RT: 5.74 min Scan# 764
Delta R.T. -0.01 min
Lab File: VX017536.D
Acq: 24 Jul 2020 12:42

Tgt Ion:117 Resp: 2625

Ion	Ratio	Lower	Upper
117	100		
119	65.2	75.4	113.0#
121	19.7	24.3	36.5#





#43
Isopropyl Acetate
Concen: 0.241 ug/l
RT: 6.43 min Scan# 876
Delta R.T. 0.01 min
Lab File: VX017536.D
Acq: 24 Jul 2020 12:42

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
BP-TT-MW180D2-GW-20200722DL

Tgt Ion: 43 Resp: 2859

Ion	Ratio	Lower	Upper
43	100		
61	29.8	15.5	23.3#
87	6.9	10.5	15.7#





#44
Trichloroethene
Concen: 41.467 ug/l
RT: 7.18 min Scan# 1000
Delta R.T. -0.01 min
Lab File: VX017536.D
Acq: 24 Jul 2020 12:42

Tgt Ion:130 Resp: 227915

Ion	Ratio	Lower	Upper
130	100		
95	96.3	0.0	189.0





#46
Dibromomethane
Concen: 0.207 ug/l
RT: 7.63 min Scan# 1074
Delta R.T. -0.01 min
Lab File: VX017536.D
Acq: 24 Jul 2020 12:42

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
BP-TT-MW180D2-GW-20200722DL

Tgt Ion: 93 Resp: 761

Ion	Ratio	Lower	Upper
93	100		
95	71.4	66.6	99.8
174	57.7	87.0	130.6#





#49
1,4-Dioxane
Concen: 2.230 ug/l
RT: 7.70 min Scan# 1084
Delta R.T. -0.02 min
Lab File: VX017536.D
Acq: 24 Jul 2020 12:42

Tgt Ion: 88 Resp: 251

Ion	Ratio	Lower	Upper
88	100		
43	196.4	27.8	41.6#
58	0.0	58.3	87.5#





#50
Toluene-d8
Concen: 53.214 ug/l
RT: 8.70 min Scan# 1248
Delta R.T. -0.00 min
Lab File: VX017536.D
Acq: 24 Jul 2020 12:42

Instrument : MSVOA_X
ClientSampleId : BP-TT-MW180D2-GW-20200722DL

Tgt Ion: 98 Resp: 878159

Ion	Ratio	Lower	Upper
98	100		
100	64.8	52.3	78.5





#55
1,1,2-Trichloroethane
Concen: 0.263 ug/l
RT: 9.20 min Scan# 1331
Delta R.T. 0.01 min
Lab File: VX017536.D
Acq: 24 Jul 2020 12:42

Tgt Ion: 97 Resp: 1322

Ion	Ratio	Lower	Upper
97	100		
83	54.4	67.6	101.4#
85	30.1	44.6	67.0#
99	43.4	50.2	75.4#





#58
2-Chloroethyl Vinyl ether
Concen: 0.216 ug/l
RT: 8.29 min Scan# 1182
Delta R.T. -0.00 min
Lab File: VX017536.D
Acq: 24 Jul 2020 12:42

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
BP-TT-MW180D2-GW-20200722DL

Tgt Ion: 63 Resp: 863

Ion	Ratio	Lower	Upper
63	100		
106	32.0	22.6	34.0





#59
2-Hexanone
Concen: 0.361 ug/l
RT: 9.49 min Scan# 1379
Delta R.T. 0.02 min
Lab File: VX017536.D
Acq: 24 Jul 2020 12:42

Tgt Ion: 43 Resp: 1920

Ion	Ratio	Lower	Upper
43	100		
58	34.4	26.6	79.8





#62
4-Bromofluorobenzene
Concen: 55.983 ug/l
RT: 11.12 min Scan# 1646
Delta R.T. -0.00 min
Lab File: VX017536.D
Acq: 24 Jul 2020 12:42

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
BP-TT-MW180D2-GW-20200722DL

Tgt Ion: 95 Resp: 369731

Ion	Ratio	Lower	Upper
95	100		
174	83.2	0.0	169.0
176	80.0	0.0	161.0





#63
Chlorobenzene-d5
Concen: 50.000 ug/l
RT: 10.10 min Scan# 1478
Delta R.T. -0.00 min
Lab File: VX017536.D
Acq: 24 Jul 2020 12:42

Tgt Ion:117 Resp: 742239

Ion	Ratio	Lower	Upper
117	100		
82	54.9	44.0	66.0
119	32.9	25.4	38.0





#72
1,4-Dichlorobenzene-d4
Concen: 50.000 ug/l
RT: 12.06 min Scan# 1800
Delta R.T. -0.00 min
Lab File: VX017536.D
Acq: 24 Jul 2020 12:42

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
BP-TT-MW180D2-GW-20200722DL

Tgt Ion:152 Resp: 376121

Ion	Ratio	Lower	Upper
152	100		
115	58.7	65.5	196.6#
150	159.0	0.0	412.6





#76
1,2,3-Trichloropropane
Concen: 23.973 ug/l
RT: 11.12 min Scan# 1646
Delta R.T. -0.16 min
Lab File: VX017536.D
Acq: 24 Jul 2020 12:42

Tgt Ion: 75 Resp: 185482

Ion	Ratio	Lower	Upper
75	100		
77	1.1	21.8	65.3#





#81
trans-1,4-Dichloro-2-butene
Concen: 60.408 ug/l
RT: 11.12 min Scan# 1646
Delta R.T. 0.06 min
Lab File: VX017536.D
Acq: 24 Jul 2020 12:42

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
BP-TT-MW180D2-GW-20200722DL

Tgt Ion: 75 Resp: 185482

Ion	Ratio	Lower	Upper
75	100		
53	0.2	75.9	113.9#
89	0.1	37.8	56.6#





#89
n-Butylbenzene
Concen: 0.214 ug/l
RT: 12.37 min Scan# 1851
Delta R.T. -0.00 min
Lab File: VX017536.D
Acq: 24 Jul 2020 12:42

Tgt Ion: 91 Resp: 4454

Ion	Ratio	Lower	Upper
91	100		
92	55.3	26.7	80.1
134	35.7	13.6	40.7





#92
1,2-Dibromo-3-Chloropropane
Concen: 2.801 ug/l
RT: 12.97 min Scan# 1950
Delta R.T. -0.01 min
Lab File: VX017536.D
Acq: 24 Jul 2020 12:42

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
BP-TT-MW180D2-GW-20200722DL

Tgt Ion: 75 Resp: 538

Ion	Ratio	Lower	Upper
75	100		
155	52.4	42.3	126.8
157	67.1	54.3	162.9





#93
1,2,4-Trichlorobenzene
Concen: 0.376 ug/l
RT: 13.63 min Scan# 2057
Delta R.T. -0.00 min
Lab File: VX017536.D
Acq: 24 Jul 2020 12:42

Tgt Ion:180 Resp: 3131

Ion	Ratio	Lower	Upper
180	100		
182	101.7	47.5	142.6
145	39.6	15.4	46.4





#94
Hexachlorobutadiene
Concen: 0.493 ug/l
RT: 13.77 min Scan# 2080
Delta R.T. -0.00 min
Lab File: VX017536.D
Acq: 24 Jul 2020 12:42

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
BP-TT-MW180D2-GW-20200722DL

Tgt Ion:225 Resp: 1887

Ion	Ratio	Lower	Upper
225	100		
223	77.2	30.3	90.9
227	50.9	31.1	93.2





#95
Naphthalene
Concen: 0.297 ug/l
RT: 13.82 min Scan# 2089
Delta R.T. 0.01 min
Lab File: VX017536.D
Acq: 24 Jul 2020 12:42

Tgt Ion:128 Resp: 7368

Ion	Ratio	Lower	Upper
128	100		
127	14.9	10.4	15.6
129	16.7	8.9	13.3#





#96
1,2,3-Trichlorobenzene
Concen: 0.382 ug/l
RT: 14.00 min Scan# 2118
Delta R.T. -0.00 min
Lab File: VX017536.D
Acq: 24 Jul 2020 12:42

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
BP-TT-MW180D2-GW-20200722DL

Tgt Ion:180 Resp: 3137

Ion	Ratio	Lower	Upper
180	100		
182	77.0	47.4	142.3
145	35.5	16.3	48.9