Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX072621\
Data File : VX023445.D
Acq On : 26 Jul 2021 12:52
Operator : JC/MD
Sample : M3145-09
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 8 Sample Multiplier: 1

Instrument : MSVOA_X
ClientSampleId : 152140-DDC-8-PD

Quant Time: Jul 27 03:26:55 2021
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X072221W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Fri Jul 23 06:05:38 2021
Response via : Initial Calibration

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
Internal Standards						
1) Pentafluorobenzene	5.562	168	170593	50.000	ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	6.769	114	290056	50.000	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	10.061	117	253278	50.000	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	12.024	152	99593	50.000	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	5.964	65	112923	53.065	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 78 - 117		Recovery = 106.140%			
35) Dibromofluoromethane	5.397	113	91099	50.232	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 75 - 124		Recovery = 100.460%			
50) Toluene-d8	8.653	98	348398	52.288	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 92 - 112		Recovery = 104.580%			
62) 4-Bromofluorobenzene	11.085	95	110230	48.651	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 83 - 123		Recovery = 97.300%			
Target Compounds						Qvalue
16) Acetone	2.386	43	2914	2.792	ug/l	89
27) cis-1,2-Dichloroethene	4.501	96	9176	4.437	ug/l	90
30) Chloroform	5.098	83	1601	0.473	ug/l	93
64) Tetrachloroethene	9.281	164	909	0.451	ug/l #	79

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX072621\
Data File : VX023445.D
Acq On : 26 Jul 2021 12:52
Operator : JC/MD
Sample : M3145-09
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 8 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
152140-DDC-8-PD

Quant Time: Jul 27 03:26:55 2021
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X072221W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Fri Jul 23 06:05:38 2021
Response via : Initial Calibration