Quantitation Report (Not Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX072822\
Data File : VX030282.D
Acq On : 28 Jul 2022 20:06
Operator : JC/MD
Sample : VX0728WBSD01
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 19 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
VX0728WBSD02

Quant Time: Jul 29 06:00:19 2022
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X072522W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Mon Jul 25 16:49:17 2022
Response via : Initial Calibration

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
Internal Standards						
1) Pentafluorobenzene	5.562	168	150911	50.000	ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	6.769	114	266020	50.000	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	10.055	117	275499	50.000	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	12.024	152	169223	50.000	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	5.964	65	145055	47.822	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 74 - 125		Recovery = 95.640%			
35) Dibromofluoromethane	5.391	113	116978	46.000	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 75 - 124		Recovery = 92.000%			
50) Toluene-d8	8.653	98	446843	45.373	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 86 - 113		Recovery = 90.740%			
62) 4-Bromofluorobenzene	11.085	95	167647	45.869	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 83 - 123		Recovery = 91.740%			
Target Compounds						Qvalue
2) Dichlorodifluoromethane	1.166	85	47020	18.988	ug/l	98
3) Chloromethane	1.288	50	43743	17.863	ug/l	99
4) Vinyl Chloride	1.374	62	47118	19.064	ug/l	98
5) Bromomethane	1.599	94	19944	19.493	ug/l	97
6) Chloroethane	1.678	64	28038	19.757	ug/l	98
7) Trichlorofluoromethane	1.880	101	65113	19.996	ug/l	100
8) Diethyl Ether	2.136	74	25857	20.278	ug/l	94
9) 1,1,2-Trichlorotrifluo...	2.325	101	43884	18.195	ug/l	99
10) Methyl Iodide	2.453	142	28389	13.234	ug/l	97
11) Tert butyl alcohol	2.971	59	79304	107.184	ug/l	99
12) 1,1-Dichloroethene	2.319	96	46097	19.554	ug/l	96
13) Acrolein	2.239	56	15765	86.690	ug/l	98
14) Allyl chloride	2.666	41	92724	19.060	ug/l	97
15) Acrylonitrile	3.068	53	190188	104.018	ug/l	99
16) Acetone	2.386	43	156720	100.919	ug/l	93
17) Carbon Disulfide	2.508	76	104195	16.373	ug/l	98
18) Methyl Acetate	2.709	43	93665	20.392	ug/l	95
19) Methyl tert-butyl Ether	3.117	73	167573	20.751	ug/l	98
20) Methylene Chloride	2.788	84	57073	19.916	ug/l	97
21) trans-1,2-Dichloroethene	3.093	96	48352	18.582	ug/l	95
22) Diisopropyl ether	3.769	45	190211	20.665	ug/l	88
23) Vinyl Acetate	3.727	43	819406	102.628	ug/l	99
24) 1,1-Dichloroethane	3.617	63	98523	20.144	ug/l	99
25) 2-Butanone	4.568	43	268201	102.775	ug/l	98
26) 2,2-Dichloropropane	4.477	77	57645	16.299	ug/l	96
27) cis-1,2-Dichloroethene	4.495	96	59241	19.360	ug/l	95
28) Bromochloromethane	4.903	49	41870	20.264	ug/l	94
29) Tetrahydrofuran	5.013	42	178074	101.419	ug/l	96
30) Chloroform	5.099	83	96030	19.830	ug/l	99
31) Cyclohexane	5.477	56	82357	18.701	ug/l	94
32) 1,1,1-Trichloroethane	5.391	97	77448	19.675	ug/l	100
36) 1,1-Dichloropropene	5.702	75	67884	18.549	ug/l	97
37) Ethyl Acetate	4.721	43	99375	19.175	ug/l	98
38) Carbon Tetrachloride	5.690	117	62047	18.161	ug/l	99
39) Methylcyclohexane	7.385	83	80504	17.042	ug/l	96
40) Benzene	6.043	78	218434	18.970	ug/l	94

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX072822\
Data File : VX030282.D
Acq On : 28 Jul 2022 20:06
Operator : JC/MD
Sample : VX0728WBSD01
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 19 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
VX0728WBSD02

Quant Time: Jul 29 06:00:19 2022
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X072522W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Mon Jul 25 16:49:17 2022
Response via : Initial Calibration

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc	Units		Dev(Min)
41) Methacrylonitrile	4.934	41	53654	19.314	ug/l		96
42) 1,2-Dichloroethane	6.098	62	74715	18.779	ug/l		97
43) Isopropyl Acetate	6.348	43	154713	20.364	ug/l		97
44) Trichloroethene	7.135	130	57081	18.142	ug/l		99
45) 1,2-Dichloropropane	7.433	63	59572	19.398	ug/l		97
46) Dibromomethane	7.586	93	38722	18.541	ug/l		97
47) Bromodichloromethane	7.830	83	71382	18.801	ug/l		96
48) Methyl methacrylate	7.696	41	73699	19.708	ug/l		93
49) 1,4-Dioxane	7.665	88	33695	390.131	ug/l		97
51) 4-Methyl-2-Pentanone	8.580	43	520992	101.012	ug/l		98
52) Toluene	8.720	92	134720	19.177	ug/l		100
53) t-1,3-Dichloropropene	8.982	75	73803	18.033	ug/l		97
54) cis-1,3-Dichloropropene	8.372	75	82865	18.580	ug/l		95
55) 1,1,2-Trichloroethane	9.159	97	57778	19.317	ug/l		99
56) Ethyl methacrylate	9.122	69	93537	19.782	ug/l		95
57) 1,3-Dichloropropane	9.311	76	94040	19.047	ug/l		99
58) 2-Chloroethyl Vinyl ether	8.244	63	259786	110.704	ug/l		97
59) 2-Hexanone	9.433	43	408832	100.471	ug/l		96
60) Dibromochloromethane	9.525	129	51226	18.501	ug/l		99
61) 1,2-Dibromoethane	9.610	107	58027	18.579	ug/l		100
64) Tetrachloroethene	9.275	164	54067	18.229	ug/l		98
65) Chlorobenzene	10.079	112	142556	19.049	ug/l		98
66) 1,1,1,2-Tetrachloroethane	10.165	131	48170	18.935	ug/l		98
67) Ethyl Benzene	10.195	91	261611	22.967	ug/l		99
68) m/p-Xylenes	10.305	106	199372	39.326	ug/l		96
69) o-Xylene	10.646	106	98010	19.615	ug/l		95
70) Styrene	10.659	104	162733	19.823	ug/l		97
71) Bromoform	10.805	173	33735	18.037	ug/l	#	97
73) Isopropylbenzene	10.963	105	249417	18.880	ug/l		100
74) N-amyl acetate	10.848	43	124880	19.450	ug/l		99
75) 1,1,2,2-Tetrachloroethane	11.213	83	93332	19.302	ug/l		98
76) 1,2,3-Trichloropropane	11.244	75	103069	23.106	ug/l		88
77) Bromobenzene	11.201	156	58465	18.855	ug/l		93
78) n-propylbenzene	11.305	91	301883	19.146	ug/l		99
79) 2-Chlorotoluene	11.366	91	182912	18.370	ug/l		97
80) 1,3,5-Trimethylbenzene	11.457	105	210882	19.064	ug/l		99
81) trans-1,4-Dichloro-2-b...	11.024	75	24250	16.309	ug/l		89
82) 4-Chlorotoluene	11.457	91	206074	18.943	ug/l		97
83) tert-Butylbenzene	11.719	119	202656	19.766	ug/l		95
84) 1,2,4-Trimethylbenzene	11.756	105	215075	19.489	ug/l		97
85) sec-Butylbenzene	11.896	105	273689	19.503	ug/l		98
86) p-Isopropyltoluene	12.012	119	216055	19.244	ug/l		98
87) 1,3-Dichlorobenzene	11.969	146	113368	18.800	ug/l		99
88) 1,4-Dichlorobenzene	12.042	146	112124	18.265	ug/l		98
89) n-Butylbenzene	12.335	91	208098	19.908	ug/l		100
90) Hexachloroethane	12.542	117	34384	17.787	ug/l		95
91) 1,2-Dichlorobenzene	12.335	146	115227	19.468	ug/l		97
92) 1,2-Dibromo-3-Chloropr...	12.945	75	23465	20.233	ug/l		86
93) 1,2,4-Trichlorobenzene	13.591	180	68977	20.095	ug/l		98
94) Hexachlorobutadiene	13.725	225	25419	18.443	ug/l		98
95) Naphthalene	13.780	128	310236	23.139	ug/l		100
96) 1,2,3-Trichlorobenzene	13.963	180	69801	19.829	ug/l		98

Quantitation Report (Not Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX072822\
Data File : VX030282.D
Acq On : 28 Jul 2022 20:06
Operator : JC/MD
Sample : VX0728WBSD01
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 19 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
VX0728WBSD02

Quant Time: Jul 29 06:00:19 2022
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X072522W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Mon Jul 25 16:49:17 2022
Response via : Initial Calibration

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)


(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed


Quantitation Report (Not Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX072822\
Data File : VX030282.D
Acq On : 28 Jul 2022 20:06
Operator : JC/MD
Sample : VX0728WBSD01
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 19 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
VX0728WBSD02

Quant Time: Jul 29 06:00:19 2022
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X072522W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Mon Jul 25 16:49:17 2022
Response via : Initial Calibration







#1
Pentafluorobenzene
Concen: 50.000 ug/l
RT: 5.562 min Scan# 7
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VX030282.D
Acq: 28 Jul 2022 20:06

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
VX0728WBSD02

Tgt Ion:168 Resp: 150911

Ion	Ratio	Lower	Upper
168	100		
99	59.6	44.0	66.0







#2
Dichlorodifluoromethane
Concen: 18.988 ug/l
RT: 1.166 min Scan# 13
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VX030282.D
Acq: 28 Jul 2022 20:06

Tgt Ion: 85 Resp: 47020

Ion	Ratio	Lower	Upper
85	100		
87	32.1	16.5	49.5







#3
Chloromethane
Concen: 17.863 ug/l
RT: 1.288 min Scan# 3
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VX030282.D
Acq: 28 Jul 2022 20:06

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
VX0728WBSD02

Tgt Ion: 50 Resp: 43743

Ion	Ratio	Lower	Upper
50	100		
52	33.4	26.3	39.5







#4
Vinyl Chloride
Concen: 19.064 ug/l
RT: 1.374 min Scan# 47
Delta R.T. 0.001 min
Lab File: VX030282.D
Acq: 28 Jul 2022 20:06

Tgt Ion: 62 Resp: 47118

Ion	Ratio	Lower	Upper
62	100		
64	30.5	25.2	37.8







#5
Bromomethane
Concen: 19.493 ug/l
RT: 1.599 min Scan# 84
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VX030282.D
Acq: 28 Jul 2022 20:06

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
VX0728WBSD02

Tgt Ion: 94 Resp: 19944

Ion	Ratio	Lower	Upper
94	100		
96	93.0	76.9	115.3







#6
Chloroethane
Concen: 19.757 ug/l
RT: 1.678 min Scan# 97
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VX030282.D
Acq: 28 Jul 2022 20:06

Tgt Ion: 64 Resp: 28038

Ion	Ratio	Lower	Upper
64	100		
66	33.0	27.2	40.8







#7
Trichlorofluoromethane
Concen: 19.996 ug/l
RT: 1.880 min Scan# 1
Delta R.T. 0.001 min
Lab File: VX030282.D
Acq: 28 Jul 2022 20:06

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
VX0728WBSD02

Tgt Ion:101 Resp: 65113

Ion	Ratio	Lower	Upper
101	100		
103	61.7	49.7	74.5







#8
Diethyl Ether
Concen: 20.278 ug/l
RT: 2.136 min Scan# 172
Delta R.T. 0.001 min
Lab File: VX030282.D
Acq: 28 Jul 2022 20:06

Tgt Ion: 74 Resp: 25857

Ion	Ratio	Lower	Upper
74	100		
45	108.8	51.5	154.7







#9
1,1,2-Trichlorotrifluoroethane
Concen: 18.195 ug/l
RT: 2.325 min Scan# 2
Delta R.T. 0.001 min
Lab File: VX030282.D
Acq: 28 Jul 2022 20:06

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
VX0728WBSD02

Tgt Ion:101 Resp: 43884

Ion	Ratio	Lower	Upper
101	100		
85	43.7	34.0	51.0
151	74.4	59.4	89.0







#10
Methyl Iodide
Concen: 13.234 ug/l
RT: 2.453 min Scan# 224
Delta R.T. 0.007 min
Lab File: VX030282.D
Acq: 28 Jul 2022 20:06

Tgt Ion:142 Resp: 28389

Ion	Ratio	Lower	Upper
142	100		
127	40.4	30.2	45.2
141	14.4	11.3	16.9







#11
Tert butyl alcohol
Concen: 107.184 ug/l
RT: 2.971 min Scan# 3
Delta R.T. -0.006 min
Lab File: VX030282.D
Acq: 28 Jul 2022 20:06

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
VX0728WBSD02

Tgt Ion: 59 Resp: 79304

Ion	Ratio	Lower	Upper
59	100		
57	9.8	7.4	11.2







#12
1,1-Dichloroethene
Concen: 19.554 ug/l
RT: 2.319 min Scan# 202
Delta R.T. 0.001 min
Lab File: VX030282.D
Acq: 28 Jul 2022 20:06

Tgt Ion: 96 Resp: 46097

Ion	Ratio	Lower	Upper
96	100		
61	151.8	117.4	176.0
98	61.5	52.2	78.4







#13
Acrolein
Concen: 86.690 ug/l
RT: 2.239 min Scan# 1
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VX030282.D
Acq: 28 Jul 2022 20:06

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
VX0728WBSD02

Tgt Ion: 56 Resp: 15765

Ion	Ratio	Lower	Upper
56	100		
55	68.9	56.6	84.8







#14
Allyl chloride
Concen: 19.060 ug/l
RT: 2.666 min Scan# 259
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VX030282.D
Acq: 28 Jul 2022 20:06

Tgt Ion: 41 Resp: 92724

Ion	Ratio	Lower	Upper
41	100		
39	60.9	48.9	73.3
76	29.6	26.9	40.3







#15
Acrylonitrile
Concen: 104.018 ug/l
RT: 3.068 min Scan# 3
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VX030282.D
Acq: 28 Jul 2022 20:06

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
VX0728WBSD02

Tgt Ion: 53 Resp: 190188

Ion	Ratio	Lower	Upper
53	100		
52	80.9	65.4	98.0
51	34.4	27.7	41.5







#16
Acetone
Concen: 100.919 ug/l
RT: 2.386 min Scan# 213
Delta R.T. 0.001 min
Lab File: VX030282.D
Acq: 28 Jul 2022 20:06

Tgt Ion: 43 Resp: 156720

Ion	Ratio	Lower	Upper
43	100		
58	30.6	27.7	41.5







#17
Carbon Disulfide
Concen: 16.373 ug/l
RT: 2.508 min Scan# 2
Delta R.T. 0.001 min
Lab File: VX030282.D
Acq: 28 Jul 2022 20:06

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
VX0728WBSD02

Tgt Ion: 76 Resp: 104195

Ion	Ratio	Lower	Upper
76	100		
78	8.9	7.8	11.6







#18
Methyl Acetate
Concen: 20.392 ug/l
RT: 2.709 min Scan# 266
Delta R.T. 0.001 min
Lab File: VX030282.D
Acq: 28 Jul 2022 20:06

Tgt Ion: 43 Resp: 93665

Ion	Ratio	Lower	Upper
43	100		
74	21.9	19.4	29.2







#19
Methyl tert-butyl Ether
Concen: 20.751 ug/l
RT: 3.117 min Scan# 3
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VX030282.D
Acq: 28 Jul 2022 20:06

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
VX0728WBSD02

Tgt Ion: 73 Resp: 167573

Ion	Ratio	Lower	Upper
73	100		
57	23.0	19.0	28.6







#20
Methylene Chloride
Concen: 19.916 ug/l
RT: 2.788 min Scan# 279
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VX030282.D
Acq: 28 Jul 2022 20:06

Tgt Ion: 84 Resp: 57073

Ion	Ratio	Lower	Upper
84	100		
49	121.9	93.8	140.6
51	34.6	29.4	44.0
86	63.2	51.0	76.4







#21
trans-1,2-Dichloroethene
Concen: 18.582 ug/l
RT: 3.093 min Scan# 3
Delta R.T. 0.001 min
Lab File: VX030282.D
Acq: 28 Jul 2022 20:06

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
VX0728WBSD02

Tgt Ion: 96 Resp: 48352

Ion	Ratio	Lower	Upper
96	100		
61	140.1	105.6	158.4
98	63.5	50.1	75.1







#22
Diisopropyl ether
Concen: 20.665 ug/l
RT: 3.769 min Scan# 440
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VX030282.D
Acq: 28 Jul 2022 20:06

Tgt Ion: 45 Resp: 190211

Ion	Ratio	Lower	Upper
45	100		
43	67.8	65.4	98.0
87	25.2	22.3	33.5
59	10.9	9.0	13.4







#23
Vinyl Acetate
Concen: 102.628 ug/l
RT: 3.727 min Scan# 4
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VX030282.D
Acq: 28 Jul 2022 20:06

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
VX0728WBSD02

Tgt Ion: 43 Resp: 819406

Ion	Ratio	Lower	Upper
43	100		
86	10.1	8.5	12.7







#24
1,1-Dichloroethane
Concen: 20.144 ug/l
RT: 3.617 min Scan# 415
Delta R.T. 0.006 min
Lab File: VX030282.D
Acq: 28 Jul 2022 20:06

Tgt Ion: 63 Resp: 98523

Ion	Ratio	Lower	Upper
63	100		
98	7.0	3.5	10.5
100	3.9	2.3	6.9







#25
2-Butanone
Concen: 102.775 ug/l
RT: 4.568 min Scan# 5
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VX030282.D
Acq: 28 Jul 2022 20:06

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
VX0728WBSD02

Tgt Ion: 43 Resp: 268201

Ion	Ratio	Lower	Upper
43	100		
72	26.2	21.7	32.5







#26
2,2-Dichloropropane
Concen: 16.299 ug/l
RT: 4.477 min Scan# 556
Delta R.T. 0.001 min
Lab File: VX030282.D
Acq: 28 Jul 2022 20:06

Tgt Ion: 77 Resp: 57645

Ion	Ratio	Lower	Upper
77	100		
97	23.9	13.0	39.0







#27
cis-1,2-Dichloroethene
Concen: 19.360 ug/l
RT: 4.495 min Scan# 5
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VX030282.D
Acq: 28 Jul 2022 20:06

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
VX0728WBSD02

Tgt Ion: 96 Resp: 59241

Ion	Ratio	Lower	Upper
96	100		
61	144.0	0.0	270.0
98	64.5	0.0	127.8







#28
Bromochloromethane
Concen: 20.264 ug/l
RT: 4.903 min Scan# 626
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VX030282.D
Acq: 28 Jul 2022 20:06

Tgt Ion: 49 Resp: 41870

Ion	Ratio	Lower	Upper
49	100		
129	1.8	0.0	4.4
130	72.7	62.8	94.2







#29
Tetrahydrofuran
Concen: 101.419 ug/l
RT: 5.013 min Scan# 64
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VX030282.D
Acq: 28 Jul 2022 20:06

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
VX0728WBSD02

Tgt Ion: 42 Resp: 178074

Ion	Ratio	Lower	Upper
42	100		
72	42.8	36.5	54.7
71	40.1	33.9	50.9







#30
Chloroform
Concen: 19.830 ug/l
RT: 5.099 min Scan# 658
Delta R.T. 0.001 min
Lab File: VX030282.D
Acq: 28 Jul 2022 20:06

Tgt Ion: 83 Resp: 96030

Ion	Ratio	Lower	Upper
83	100		
85	63.8	51.5	77.3







#31
Cyclohexane
Concen: 18.701 ug/l
RT: 5.477 min Scan# 7
Delta R.T. 0.007 min
Lab File: VX030282.D
Acq: 28 Jul 2022 20:06

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
VX0728WBSD02

Tgt Ion: 56 Resp: 82357

Ion	Ratio	Lower	Upper
56	100		
69	30.3	25.4	38.0
84	78.8	68.9	103.3







#32
1,1,1-Trichloroethane
Concen: 19.675 ug/l
RT: 5.391 min Scan# 706
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VX030282.D
Acq: 28 Jul 2022 20:06

Tgt Ion: 97 Resp: 77448

Ion	Ratio	Lower	Upper
97	100		
99	64.1	51.4	77.0
61	45.4	35.8	53.8







#33
1,2-Dichloroethane-d4
Concen: 47.822 ug/l
RT: 5.964 min Scan# 8
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VX030282.D
Acq: 28 Jul 2022 20:06

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
VX0728WBSD02

Tgt Ion: 65 Resp: 145055

Ion	Ratio	Lower	Upper
65	100		
67	53.6	0.0	109.6







#34
1,4-Difluorobenzene
Concen: 50.000 ug/l
RT: 6.769 min Scan# 932
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VX030282.D
Acq: 28 Jul 2022 20:06

Tgt Ion:114 Resp: 266020

Ion	Ratio	Lower	Upper
114	100		
63	21.7	0.0	38.4
88	15.9	0.0	31.8







#35
Dibromofluoromethane
Concen: 46.000 ug/l
RT: 5.391 min Scan# 7
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VX030282.D
Acq: 28 Jul 2022 20:06

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
VX0728WBSD02

Tgt Ion:113 Resp: 116978

Ion	Ratio	Lower	Upper
113	100		
111	101.8	83.2	124.8
192	17.5	14.8	22.2







#36
1,1-Dichloropropene
Concen: 18.549 ug/l
RT: 5.702 min Scan# 757
Delta R.T. 0.006 min
Lab File: VX030282.D
Acq: 28 Jul 2022 20:06

Tgt Ion: 75 Resp: 67884

Ion	Ratio	Lower	Upper
75	100		
110	36.0	19.3	57.9
77	31.0	24.4	36.6







#37
Ethyl Acetate
Concen: 19.175 ug/l
RT: 4.721 min Scan# 5
Delta R.T. 0.001 min
Lab File: VX030282.D
Acq: 28 Jul 2022 20:06

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
VX0728WBSD02

Tgt Ion: 43 Resp: 99375

Ion	Ratio	Lower	Upper
43	100		
61	14.0	11.7	17.5
70	10.6	9.3	13.9







#38
Carbon Tetrachloride
Concen: 18.161 ug/l
RT: 5.690 min Scan# 755
Delta R.T. 0.007 min
Lab File: VX030282.D
Acq: 28 Jul 2022 20:06

Tgt Ion:117 Resp: 62047

Ion	Ratio	Lower	Upper
117	100		
119	93.3	74.1	111.1
121	30.5	25.8	38.8







#39
Methylcyclohexane
Concen: 17.042 ug/l
RT: 7.385 min Scan# 1
Delta R.T. 0.001 min
Lab File: VX030282.D
Acq: 28 Jul 2022 20:06

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
VX0728WBSD02

Tgt Ion: 83 Resp: 80504

Ion	Ratio	Lower	Upper
83	100		
55	75.7	57.7	86.5
98	43.0	36.5	54.7







#40
Benzene
Concen: 18.970 ug/l
RT: 6.043 min Scan# 813
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VX030282.D
Acq: 28 Jul 2022 20:06

Tgt Ion: 78 Resp: 218434

Ion	Ratio	Lower	Upper
78	100		
77	25.5	18.0	27.0







#41
Methacrylonitrile
Concen: 19.314 ug/l
RT: 4.934 min Scan# 6
Delta R.T. 0.006 min
Lab File: VX030282.D
Acq: 28 Jul 2022 20:06

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
VX0728WBSD02

Tgt Ion: 41 Resp: 53654

Ion	Ratio	Lower	Upper
41	100		
39	54.2	42.9	64.3
67	68.7	60.1	90.1
52	27.7	22.6	34.0







#42
1,2-Dichloroethane
Concen: 18.779 ug/l
RT: 6.098 min Scan# 822
Delta R.T. 0.006 min
Lab File: VX030282.D
Acq: 28 Jul 2022 20:06

Tgt Ion: 62 Resp: 74715

Ion	Ratio	Lower	Upper
62	100		
98	8.9	0.0	20.2







#43
Isopropyl Acetate
Concen: 20.364 ug/l
RT: 6.348 min Scan# 8
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VX030282.D
Acq: 28 Jul 2022 20:06

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
VX0728WBSD02

Tgt Ion: 43 Resp: 154713

Ion	Ratio	Lower	Upper
43	100		
61	19.0	16.5	24.7
87	12.6	11.1	16.7







#44
Trichloroethene
Concen: 18.142 ug/l
RT: 7.135 min Scan# 992
Delta R.T. 0.007 min
Lab File: VX030282.D
Acq: 28 Jul 2022 20:06

Tgt Ion:130 Resp: 57081

Ion	Ratio	Lower	Upper
130	100		
95	96.6	0.0	194.8







#45
1,2-Dichloropropane
Concen: 19.398 ug/l
RT: 7.433 min Scan# 1
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VX030282.D
Acq: 28 Jul 2022 20:06

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
VX0728WBSD02

Tgt Ion: 63 Resp: 59572

Ion	Ratio	Lower	Upper
63	100		
65	29.7	25.2	37.8







#46
Dibromomethane
Concen: 18.541 ug/l
RT: 7.586 min Scan# 1066
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VX030282.D
Acq: 28 Jul 2022 20:06

Tgt Ion: 93 Resp: 38722

Ion	Ratio	Lower	Upper
93	100		
95	83.7	67.4	101.0
174	89.1	75.6	113.4







#47
Bromodichloromethane
Concen: 18.801 ug/l
RT: 7.830 min Scan# 11
Delta R.T. 0.001 min
Lab File: VX030282.D
Acq: 28 Jul 2022 20:06

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
VX0728WBSD02

Tgt Ion: 83 Resp: 71382

Ion	Ratio	Lower	Upper
83	100		
85	63.0	53.5	80.3
127	8.1	6.6	10.0







#48
Methyl methacrylate
Concen: 19.708 ug/l
RT: 7.696 min Scan# 1084
Delta R.T. 0.001 min
Lab File: VX030282.D
Acq: 28 Jul 2022 20:06

Tgt Ion: 41 Resp: 73699

Ion	Ratio	Lower	Upper
41	100		
69	77.8	68.8	103.2
39	53.2	44.6	66.8







#49
1,4-Dioxane
Concen: 390.131 ug/l
RT: 7.665 min Scan# 1
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VX030282.D
Acq: 28 Jul 2022 20:06

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
VX0728WBSD02

Tgt Ion: 88 Resp: 33695

Ion	Ratio	Lower	Upper
88	100		
43	34.4	23.8	35.8
58	68.2	53.8	80.6







#50
Toluene-d8
Concen: 45.373 ug/l
RT: 8.653 min Scan# 1241
Delta R.T. 0.001 min
Lab File: VX030282.D
Acq: 28 Jul 2022 20:06

Tgt Ion: 98 Resp: 446843

Ion	Ratio	Lower	Upper
98	100		
100	64.0	52.3	78.5







#51
4-Methyl-2-Pentanone
Concen: 101.012 ug/l
RT: 8.580 min Scan# 1
Delta R.T. 0.001 min
Lab File: VX030282.D
Acq: 28 Jul 2022 20:06

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
VX0728WBSD02

Tgt Ion: 43 Resp: 520992

Ion	Ratio	Lower	Upper
43	100		
58	37.8	31.4	47.2







#52
Toluene
Concen: 19.177 ug/l
RT: 8.720 min Scan# 1252
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VX030282.D
Acq: 28 Jul 2022 20:06

Tgt Ion: 92 Resp: 134720

Ion	Ratio	Lower	Upper
92	100		
91	173.5	139.2	208.8







#53
t-1,3-Dichloropropene
Concen: 18.033 ug/l
RT: 8.982 min Scan# 1
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VX030282.D
Acq: 28 Jul 2022 20:06

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
VX0728WBSD02

Tgt Ion: 75 Resp: 73803

Ion	Ratio	Lower	Upper
75	100		
77	31.2	26.3	39.5







#54
cis-1,3-Dichloropropene
Concen: 18.580 ug/l
RT: 8.372 min Scan# 1195
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VX030282.D
Acq: 28 Jul 2022 20:06

Tgt Ion: 75 Resp: 82865

Ion	Ratio	Lower	Upper
75	100		
77	29.9	25.0	37.4
39	51.2	37.5	56.3







#55
1,1,2-Trichloroethane
Concen: 19.317 ug/l
RT: 9.159 min Scan# 1
Delta R.T. 0.001 min
Lab File: VX030282.D
Acq: 28 Jul 2022 20:06

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
VX0728WBSD02

Tgt Ion: 97 Resp: 57778

Ion	Ratio	Lower	Upper
97	100		
83	86.8	68.9	103.3
85	53.7	44.0	66.0
99	59.8	48.3	72.5







#56
Ethyl methacrylate
Concen: 19.782 ug/l
RT: 9.122 min Scan# 1318
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VX030282.D
Acq: 28 Jul 2022 20:06

Tgt Ion: 69 Resp: 93537

Ion	Ratio	Lower	Upper
69	100		
41	70.3	52.3	78.5
39	36.9	28.2	42.4







#57
1,3-Dichloropropane
Concen: 19.047 ug/l
RT: 9.311 min Scan# 1
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VX030282.D
Acq: 28 Jul 2022 20:06

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
VX0728WBSD02

Tgt Ion: 76 Resp: 94040

Ion	Ratio	Lower	Upper
76	100		
78	31.6	25.9	38.9







#58
2-Chloroethyl Vinyl ether
Concen: 110.704 ug/l
RT: 8.244 min Scan# 1174
Delta R.T. -0.006 min
Lab File: VX030282.D
Acq: 28 Jul 2022 20:06

Tgt Ion: 63 Resp: 259786

Ion	Ratio	Lower	Upper
63	100		
106	26.4	22.2	33.2







#59
2-Hexanone
Concen: 100.471 ug/l
RT: 9.433 min Scan# 1
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VX030282.D
Acq: 28 Jul 2022 20:06

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
VX0728WBSD02

Tgt Ion: 43 Resp: 408832

Ion	Ratio	Lower	Upper
43	100		
58	52.1	27.6	82.8







#60
Dibromochloromethane
Concen: 18.501 ug/l
RT: 9.525 min Scan# 1384
Delta R.T. 0.001 min
Lab File: VX030282.D
Acq: 28 Jul 2022 20:06

Tgt Ion:129 Resp: 51226

Ion	Ratio	Lower	Upper
129	100		
127	76.1	38.5	115.5







#61
1,2-Dibromoethane
Concen: 18.579 ug/l
RT: 9.610 min Scan# 1
Delta R.T. -0.006 min
Lab File: VX030282.D
Acq: 28 Jul 2022 20:06

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
VX0728WBSD02

Tgt Ion:107 Resp: 58027

Ion	Ratio	Lower	Upper
107	100		
109	95.7	76.6	114.8







#62
4-Bromofluorobenzene
Concen: 45.869 ug/l
RT: 11.085 min Scan# 1640
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VX030282.D
Acq: 28 Jul 2022 20:06

Tgt Ion: 95 Resp: 167647

Ion	Ratio	Lower	Upper
95	100		
174	70.8	0.0	149.0
176	69.4	0.0	146.0







#63
Chlorobenzene-d5
Concen: 50.000 ug/l
RT: 10.055 min Scan# 14
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VX030282.D
Acq: 28 Jul 2022 20:06

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
VX0728WBSD02

Tgt Ion:117 Resp: 275499

Ion	Ratio	Lower	Upper
117	100		
82	56.8	42.7	64.1
119	32.3	25.4	38.2







#64
Tetrachloroethene
Concen: 18.229 ug/l
RT: 9.275 min Scan# 1343
Delta R.T. 0.001 min
Lab File: VX030282.D
Acq: 28 Jul 2022 20:06

Tgt Ion:164 Resp: 54067

Ion	Ratio	Lower	Upper
164	100		
166	118.3	98.2	147.4
129	99.0	80.8	121.2
131	94.6	75.5	113.3







#65
Chlorobenzene
Concen: 19.049 ug/l
RT: 10.079 min Scan# 14
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VX030282.D
Acq: 28 Jul 2022 20:06

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
VX0728WBSD02

Tgt Ion:112 Resp: 142556

Ion	Ratio	Lower	Upper
112	100		
114	31.9	24.6	36.8







#66
1,1,1,2-Tetrachloroethane
Concen: 18.935 ug/l
RT: 10.165 min Scan# 1489
Delta R.T. 0.001 min
Lab File: VX030282.D
Acq: 28 Jul 2022 20:06

Tgt Ion:131 Resp: 48170

Ion	Ratio	Lower	Upper
131	100		
133	97.4	46.9	140.8
119	69.4	34.4	103.1







#67
Ethyl Benzene
Concen: 22.967 ug/l
RT: 10.195 min Scan# 14
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VX030282.D
Acq: 28 Jul 2022 20:06

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
VX0728WBSD02

Tgt Ion: 91 Resp: 261611

Ion	Ratio	Lower	Upper
91	100		
106	31.3	25.5	38.3







#68
m/p-Xylenes
Concen: 39.326 ug/l
RT: 10.305 min Scan# 1512
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VX030282.D
Acq: 28 Jul 2022 20:06

Tgt Ion:106 Resp: 199372

Ion	Ratio	Lower	Upper
106	100		
91	203.5	158.2	237.4







#69
o-Xylene
Concen: 19.615 ug/l
RT: 10.646 min Scan# 1
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VX030282.D
Acq: 28 Jul 2022 20:06

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
VX0728WBSD02

Tgt Ion:106 Resp: 98010

Ion	Ratio	Lower	Upper
106	100		
91	215.2	103.8	311.6







#70
Styrene
Concen: 19.823 ug/l
RT: 10.659 min Scan# 1570
Delta R.T. 0.001 min
Lab File: VX030282.D
Acq: 28 Jul 2022 20:06

Tgt Ion:104 Resp: 162733

Ion	Ratio	Lower	Upper
104	100		
78	50.7	37.8	56.8
103	55.3	44.5	66.7







#71
Bromoform
Concen: 18.037 ug/l
RT: 10.805 min Scan# 1
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VX030282.D
Acq: 28 Jul 2022 20:06

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
VX0728WBSD02

Tgt Ion:173 Resp: 33735

Ion	Ratio	Lower	Upper
173	100		
175	49.6	23.8	71.2
254	0.0	0.1	0.1#







#72
1,4-Dichlorobenzene-d4
Concen: 50.000 ug/l
RT: 12.024 min Scan# 1794
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VX030282.D
Acq: 28 Jul 2022 20:06

Tgt Ion:152 Resp: 169223

Ion	Ratio	Lower	Upper
152	100		
115	69.7	40.5	121.5
150	162.1	0.0	347.0







#73
Isopropylbenzene
Concen: 18.880 ug/l
RT: 10.963 min Scan# 1
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VX030282.D
Acq: 28 Jul 2022 20:06

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
VX0728WBSD02

Tgt Ion:105 Resp: 249417

Ion	Ratio	Lower	Upper
105	100		
120	26.8	13.5	40.4







#74
N-amyl acetate
Concen: 19.450 ug/l
RT: 10.848 min Scan# 1601
Delta R.T. 0.001 min
Lab File: VX030282.D
Acq: 28 Jul 2022 20:06

Tgt Ion: 43 Resp: 124880

Ion	Ratio	Lower	Upper
43	100		
70	40.1	32.3	48.5
55	23.9	18.4	27.6
61	23.7	19.2	28.8







#75
1,1,2,2-Tetrachloroethane
Concen: 19.302 ug/l
RT: 11.213 min Scan# 1
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VX030282.D
Acq: 28 Jul 2022 20:06

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
VX0728WBSD02

Tgt Ion: 83 Resp: 93332

Ion	Ratio	Lower	Upper
83	100		
131	9.2	4.5	13.7
85	63.4	32.5	97.5







#76
1,2,3-Trichloropropane
Concen: 23.106 ug/l
RT: 11.244 min Scan# 1666
Delta R.T. 0.001 min
Lab File: VX030282.D
Acq: 28 Jul 2022 20:06

Tgt Ion: 75 Resp: 103069

Ion	Ratio	Lower	Upper
75	100		
77	31.9	19.8	59.3







#77
Bromobenzene
Concen: 18.855 ug/l
RT: 11.201 min Scan# 1
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VX030282.D
Acq: 28 Jul 2022 20:06

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
VX0728WBSD02

Tgt Ion:156 Resp: 58465

Ion	Ratio	Lower	Upper
156	100		
77	180.9	82.7	247.9
158	95.1	47.5	142.5







#78
n-propylbenzene
Concen: 19.146 ug/l
RT: 11.305 min Scan# 1676
Delta R.T. -0.005 min
Lab File: VX030282.D
Acq: 28 Jul 2022 20:06

Tgt Ion: 91 Resp: 301883

Ion	Ratio	Lower	Upper
91	100		
120	22.6	11.6	34.8







#79
2-Chlorotoluene
Concen: 18.370 ug/l
RT: 11.366 min Scan# 1
Delta R.T. 0.001 min
Lab File: VX030282.D
Acq: 28 Jul 2022 20:06

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
VX0728WBSD02

Tgt Ion: 91 Resp: 182912

Ion	Ratio	Lower	Upper
91	100		
126	33.4	17.4	52.3







#80
1,3,5-Trimethylbenzene
Concen: 19.064 ug/l
RT: 11.457 min Scan# 1701
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VX030282.D
Acq: 28 Jul 2022 20:06

Tgt Ion:105 Resp: 210882

Ion	Ratio	Lower	Upper
105	100		
120	48.1	24.4	73.2







#81
trans-1,4-Dichloro-2-butene
Concen: 16.309 ug/l
RT: 11.024 min Scan# 1
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VX030282.D
Acq: 28 Jul 2022 20:06

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
VX0728WBSD02

Tgt Ion: 75 Resp: 24250

Ion	Ratio	Lower	Upper
75	100		
53	107.3	74.2	111.4
89	45.4	34.8	52.2







#82
4-Chlorotoluene
Concen: 18.943 ug/l
RT: 11.457 min Scan# 1701
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VX030282.D
Acq: 28 Jul 2022 20:06

Tgt Ion: 91 Resp: 206074

Ion	Ratio	Lower	Upper
91	100		
126	28.7	15.3	45.9







#83
tert-Butylbenzene
Concen: 19.766 ug/l
RT: 11.719 min Scan# 1
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VX030282.D
Acq: 28 Jul 2022 20:06

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
VX0728WBSD02

Tgt Ion:119 Resp: 202656

Ion	Ratio	Lower	Upper
119	100		
91	61.2	28.3	84.9
134	22.8	11.2	33.5







#84
1,2,4-Trimethylbenzene
Concen: 19.489 ug/l
RT: 11.756 min Scan# 1750
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VX030282.D
Acq: 28 Jul 2022 20:06

Tgt Ion:105 Resp: 215075

Ion	Ratio	Lower	Upper
105	100		
120	44.0	22.9	68.8







#85
sec-Butylbenzene
Concen: 19.503 ug/l
RT: 11.896 min Scan# 1
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VX030282.D
Acq: 28 Jul 2022 20:06

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
VX0728WBSD02

Tgt Ion:105 Resp: 273689

Ion	Ratio	Lower	Upper
105	100		
134	19.1	10.0	30.0







#86
p-Isopropyltoluene
Concen: 19.244 ug/l
RT: 12.012 min Scan# 1792
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VX030282.D
Acq: 28 Jul 2022 20:06

Tgt Ion:119 Resp: 216055

Ion	Ratio	Lower	Upper
119	100		
134	27.0	13.9	41.6
91	24.6	11.8	35.3







#87
1,3-Dichlorobenzene
Concen: 18.800 ug/l
RT: 11.969 min Scan# 1
Delta R.T. -0.006 min
Lab File: VX030282.D
Acq: 28 Jul 2022 20:06

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
VX0728WBSD02

Tgt Ion:146 Resp: 113368

Ion	Ratio	Lower	Upper
146	100		
111	42.4	20.3	60.8
148	63.2	31.8	95.3







#88
1,4-Dichlorobenzene
Concen: 18.265 ug/l
RT: 12.042 min Scan# 1797
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VX030282.D
Acq: 28 Jul 2022 20:06

Tgt Ion:146 Resp: 112124

Ion	Ratio	Lower	Upper
146	100		
111	43.3	20.3	60.9
148	65.0	32.3	96.8







#89
n-Butylbenzene
Concen: 19.908 ug/l
RT: 12.335 min Scan# 1
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VX030282.D
Acq: 28 Jul 2022 20:06

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
VX0728WBSD02

Tgt Ion: 91 Resp: 208098

Ion	Ratio	Lower	Upper
91	100		
92	52.4	26.2	78.5
134	25.2	12.6	37.8







#90
Hexachloroethane
Concen: 17.787 ug/l
RT: 12.542 min Scan# 1879
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VX030282.D
Acq: 28 Jul 2022 20:06

Tgt Ion:117 Resp: 34384

Ion	Ratio	Lower	Upper
117	100		
201	64.3	34.2	102.5







#91
1,2-Dichlorobenzene
Concen: 19.468 ug/l
RT: 12.335 min Scan# 1
Delta R.T. -0.006 min
Lab File: VX030282.D
Acq: 28 Jul 2022 20:06

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
VX0728WBSD02

Tgt Ion:146 Resp: 115227

Ion	Ratio	Lower	Upper
146	100		
111	45.6	20.7	62.1
148	63.1	32.0	96.2







#92
1,2-Dibromo-3-Chloropropane
Concen: 20.233 ug/l
RT: 12.945 min Scan# 1945
Delta R.T. 0.001 min
Lab File: VX030282.D
Acq: 28 Jul 2022 20:06

Tgt Ion: 75 Resp: 23465

Ion	Ratio	Lower	Upper
75	100		
155	77.1	45.0	134.8
157	98.1	56.9	170.7







#93
1,2,4-Trichlorobenzene
Concen: 20.095 ug/l
RT: 13.591 min Scan# 2
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VX030282.D
Acq: 28 Jul 2022 20:06

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
VX0728WBSD02

Tgt Ion:180 Resp: 68977

Ion	Ratio	Lower	Upper
180	100		
182	94.7	48.2	144.6
145	33.1	15.9	47.6







#94
Hexachlorobutadiene
Concen: 18.443 ug/l
RT: 13.725 min Scan# 2073
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VX030282.D
Acq: 28 Jul 2022 20:06

Tgt Ion:225 Resp: 25419

Ion	Ratio	Lower	Upper
225	100		
223	62.8	30.6	91.6
227	64.8	31.9	95.9







#95
Naphthalene
Concen: 23.139 ug/l
RT: 13.780 min Scan# 2
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VX030282.D
Acq: 28 Jul 2022 20:06

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
VX0728WBSD02

Tgt Ion:128 Resp: 310236

Ion	Ratio	Lower	Upper
128	100		
127	12.9	10.2	15.2
129	10.7	8.6	13.0





#96
1,2,3-Trichlorobenzene
Concen: 19.829 ug/l
RT: 13.963 min Scan# 2112
Delta R.T. 0.001 min
Lab File: VX030282.D
Acq: 28 Jul 2022 20:06

Tgt Ion:180 Resp: 69801

Ion	Ratio	Lower	Upper
180	100		
182	95.3	47.0	141.0
145	35.6	17.0	50.9

