Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX080423\
Data File : VX036806.D
Acq On : 04 Aug 2023 13:31
Operator : JC/MD
Sample : ZHC#04
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 10 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
ZHC#04

Quant Time: Aug 05 00:10:35 2023
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X072123W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Fri Jul 21 12:14:12 2023
Response via : Initial Calibration

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
Internal Standards						
1) Pentafluorobenzene	5.556	168	140558	50.000	ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	6.763	114	258629	50.000	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	10.055	117	241026	50.000	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	12.024	152	107292	50.000	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	5.958	65	99884	48.027	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 78 - 117		Recovery =	96.060%		
35) Dibromofluoromethane	5.385	113	83321	46.871	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 75 - 124		Recovery =	93.740%		
50) Toluene-d8	8.647	98	309950	49.167	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 92 - 112		Recovery =	98.340%		
62) 4-Bromofluorobenzene	11.079	95	118288	49.734	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 83 - 123		Recovery =	99.460%		
Target Compounds						Qvalue
16) Acetone	2.380	43	42777	49.566	ug/l	91
20) Methylene Chloride	2.788	84	6726	3.504	ug/l	95
25) 2-Butanone	4.562	43	19079	13.626	ug/l	97
37) Ethyl Acetate	4.727	43	6495	2.166	ug/l #	95
43) Isopropyl Acetate	6.336	43	139631	27.048	ug/l	96

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX080423\
Data File : VX036806.D
Acq On : 04 Aug 2023 13:31
Operator : JC/MD
Sample : ZHC#04
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 10 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
ZHC#04

Quant Time: Aug 05 00:10:35 2023
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X072123W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Fri Jul 21 12:14:12 2023
Response via : Initial Calibration