Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX081823\
Data File : VX037075.D
Acq On : 18 Aug 2023 11:31
Operator : JC/MD
Sample : 04009-02RE
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 7 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
CONC-COMPRE

Quant Time: Aug 19 05:14:52 2023
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X081723W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Fri Aug 18 09:30:38 2023
Response via : Initial Calibration

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
Internal Standards						
1) Pentafluorobenzene	5.556	168	126957	50.000	ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	6.763	114	233138	50.000	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	10.055	117	224015	50.000	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	12.024	152	99081	50.000	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	5.958	65	87857	48.001	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 78 - 117		Recovery = 96.000%			
35) Dibromofluoromethane	5.391	113	44323	28.706	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 75 - 124		Recovery = 57.420%#			
50) Toluene-d8	8.647	98	279285	49.866	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 92 - 112		Recovery = 99.740%			
62) 4-Bromofluorobenzene	11.079	95	112380	51.058	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 83 - 123		Recovery = 102.120%			
Target Compounds						Qvalue
16) Acetone	2.380	43	56030	78.250	ug/l	93
20) Methylene Chloride	2.794	84	12989	8.112	ug/l	86
25) 2-Butanone	4.574	43	8139	7.549	ug/l #	85
51) 4-Methyl-2-Pentanone	8.574	43	25673	11.884	ug/l	94

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX081823\
Data File : VX037075.D
Acq On : 18 Aug 2023 11:31
Operator : JC/MD
Sample : 04009-02RE
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 7 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
CONC-COMPRE

Quant Time: Aug 19 05:14:52 2023
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X081723W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Fri Aug 18 09:30:38 2023
Response via : Initial Calibration