Quantitation Report (Not Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX090321\
Data File : VX024094.D
Acq On : 03 Sep 2021 11:57
Operator : JC/MD
Sample : VX0903WBSD01
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 6 Sample Multiplier: 1

Instrument : MSVOA_X
ClientSampleId : VX0903MBS01

Quant Time: Sep 03 13:45:09 2021
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X081721W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Tue Aug 17 11:57:51 2021
Response via : Initial Calibration

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
Internal Standards						
1) Pentafluorobenzene	5.556	168	173782	50.000	ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	6.769	114	265889	50.000	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	10.055	117	246406	50.000	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	12.024	152	126248	50.000	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	5.958	65	111435	45.944	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 78 - 117		Recovery = 91.880%			
35) Dibromofluoromethane	5.391	113	83481	47.436	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 75 - 124		Recovery = 94.880%			
50) Toluene-d8	8.653	98	300098	44.803	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 92 - 112		Recovery = 89.600%#			
62) 4-Bromofluorobenzene	11.085	95	119005	48.263	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 83 - 123		Recovery = 96.520%			
Target Compounds						Qvalue
2) Dichlorodifluoromethane	1.173	85	33227	18.122	ug/l	99
3) Chloromethane	1.294	50	32460	16.127	ug/l	98
4) Vinyl Chloride	1.374	62	33701	17.168	ug/l	98
5) Bromomethane	1.599	94	24346	19.726	ug/l	98
6) Chloroethane	1.685	64	22693	15.932	ug/l	96
7) Trichlorofluoromethane	1.886	101	60672	19.572	ug/l	96
8) Diethyl Ether	2.142	74	19813	18.302	ug/l	88
9) 1,1,2-Trichlorotrifluo...	2.331	101	35952	20.610	ug/l	95
10) Methyl Iodide	2.453	142	43640	17.967	ug/l	92
11) Tert butyl alcohol	2.971	59	47426	96.689	ug/l	100
12) 1,1-Dichloroethene	2.319	96	31170	18.689	ug/l	88
13) Acrolein	2.239	56	31229	106.989	ug/l	98
14) Allyl chloride	2.666	41	55913	18.192	ug/l	87
15) Acrylonitrile	3.069	53	96718	88.498	ug/l	97
16) Acetone	2.386	43	110114	101.536	ug/l	90
17) Carbon Disulfide	2.514	76	70194	17.647	ug/l	99
18) Methyl Acetate	2.709	43	48959	18.084	ug/l	92
19) Methyl tert-butyl Ether	3.123	73	118444	20.405	ug/l	100
20) Methylene Chloride	2.794	84	38573	18.621	ug/l	89
21) trans-1,2-Dichloroethene	3.093	96	34743	19.503	ug/l	94
22) Diisopropyl ether	3.770	45	119868	19.581	ug/l	97
23) Vinyl Acetate	3.727	43	479451	96.819	ug/l	94
24) 1,1-Dichloroethane	3.611	63	67573	19.834	ug/l	98
25) 2-Butanone	4.562	43	149821	91.209	ug/l	90
26) 2,2-Dichloropropane	4.483	77	60002	21.459	ug/l	97
27) cis-1,2-Dichloroethene	4.489	96	41634	19.641	ug/l	96
28) Bromochloromethane	4.904	49	26047	16.815	ug/l	96
29) Tetrahydrofuran	5.013	42	91064	85.589	ug/l	91
30) Chloroform	5.099	83	72904	20.210	ug/l	98
31) Cyclohexane	5.477	56	57441	18.434	ug/l	95
32) 1,1,1-Trichloroethane	5.391	97	65952	21.351	ug/l	99
36) 1,1-Dichloropropene	5.696	75	52123	21.168	ug/l	98
37) Ethyl Acetate	4.721	43	55304	18.272	ug/l	96
38) Carbon Tetrachloride	5.684	117	57290	22.312	ug/l	94
39) Methylcyclohexane	7.385	83	62303	20.781	ug/l	97
40) Benzene	6.044	78	148187	20.353	ug/l	99

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX090321\
Data File : VX024094.D
Acq On : 03 Sep 2021 11:57
Operator : JC/MD
Sample : VX0903WBSD01
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 6 Sample Multiplier: 1

Instrument : MSVOA_X
ClientSampleId : VX0903MBS01

Quant Time: Sep 03 13:45:09 2021
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X081721W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Tue Aug 17 11:57:51 2021
Response via : Initial Calibration

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc	Units		Dev(Min)
41) Methacrylonitrile	4.928	41	29766	18.141	ug/l		90
42) 1,2-Dichloroethane	6.092	62	62554	21.860	ug/l		94
43) Isopropyl Acetate	6.342	43	92752	19.591	ug/l		92
44) Trichloroethene	7.129	130	41151	20.460	ug/l		93
45) 1,2-Dichloropropane	7.434	63	39098	20.222	ug/l		99
46) Dibromomethane	7.586	93	28568	21.233	ug/l		97
47) Bromodichloromethane	7.824	83	52198	21.445	ug/l		98
48) Methyl methacrylate	7.696	41	44689	19.350	ug/l		86
49) 1,4-Dioxane	7.659	88	17293	354.280	ug/l	#	94
51) 4-Methyl-2-Pentanone	8.574	43	297110	97.082	ug/l		90
52) Toluene	8.720	92	96753	20.507	ug/l		98
53) t-1,3-Dichloropropene	8.982	75	59182	20.156	ug/l		98
54) cis-1,3-Dichloropropene	8.366	75	61710	20.923	ug/l	#	85
55) 1,1,2-Trichloroethane	9.153	97	40883	21.048	ug/l		98
56) Ethyl methacrylate	9.116	69	61553	19.024	ug/l	#	80
57) 1,3-Dichloropropane	9.311	76	65848	20.439	ug/l		100
58) 2-Chloroethyl Vinyl ether	8.244	63	142364	91.020	ug/l		98
59) 2-Hexanone	9.433	43	235877	100.269	ug/l		86
60) Dibromochloromethane	9.525	129	40948	20.131	ug/l		99
61) 1,2-Dibromoethane	9.610	107	42587	20.754	ug/l		98
64) Tetrachloroethene	9.275	164	42784	21.739	ug/l		95
65) Chlorobenzene	10.079	112	108612	21.123	ug/l		98
66) 1,1,1,2-Tetrachloroethane	10.165	131	39838	21.769	ug/l		98
67) Ethyl Benzene	10.195	91	191349	21.311	ug/l		99
68) m/p-Xylenes	10.305	106	148638	43.461	ug/l		99
69) o-Xylene	10.646	106	72272	21.504	ug/l		99
70) Styrene	10.659	104	119452	21.817	ug/l		97
71) Bromoform	10.805	173	28656	20.457	ug/l	#	99
73) Isopropylbenzene	10.963	105	193914	20.137	ug/l		99
74) N-amyl acetate	10.848	43	82992	19.071	ug/l		90
75) 1,1,2,2-Tetrachloroethane	11.213	83	63326	20.066	ug/l		99
76) 1,2,3-Trichloropropane	11.244	75	72859	24.740	ug/l		89
77) Bromobenzene	11.201	156	48839	20.592	ug/l		93
78) n-propylbenzene	11.305	91	224343	20.369	ug/l		100
79) 2-Chlorotoluene	11.366	91	138457	20.799	ug/l		100
80) 1,3,5-Trimethylbenzene	11.457	105	167572	21.176	ug/l		98
81) trans-1,4-Dichloro-2-b...	11.018	75	18693	18.671	ug/l		86
82) 4-Chlorotoluene	11.457	91	158600	20.989	ug/l		99
83) tert-Butylbenzene	11.719	119	160554	20.890	ug/l		93
84) 1,2,4-Trimethylbenzene	11.756	105	165264	20.945	ug/l		98
85) sec-Butylbenzene	11.896	105	207335	21.308	ug/l		99
86) p-Isopropyltoluene	12.012	119	171764	21.448	ug/l		96
87) 1,3-Dichlorobenzene	11.975	146	90431	21.074	ug/l		99
88) 1,4-Dichlorobenzene	12.043	146	90054	21.042	ug/l		97
89) n-Butylbenzene	12.335	91	154482	21.604	ug/l		97
90) Hexachloroethane	12.542	117	27143	20.340	ug/l		95
91) 1,2-Dichlorobenzene	12.335	146	88003	21.169	ug/l		99
92) 1,2-Dibromo-3-Chloropr...	12.945	75	13068	19.059	ug/l		86
93) 1,2,4-Trichlorobenzene	13.591	180	52235	20.878	ug/l		99
94) Hexachlorobutadiene	13.731	225	26735	23.974	ug/l		99
95) Naphthalene	13.780	128	165371	18.731	ug/l		99
96) 1,2,3-Trichlorobenzene	13.963	180	52614	21.115	ug/l		100

Quantitation Report (Not Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX090321\
Data File : VX024094.D
Acq On : 03 Sep 2021 11:57
Operator : JC/MD
Sample : VX0903WBSD01
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 6 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
VX0903MBS01

Quant Time: Sep 03 13:45:09 2021
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X081721W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Tue Aug 17 11:57:51 2021
Response via : Initial Calibration

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (Not Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX090321\
Data File : VX024094.D
Acq On : 03 Sep 2021 11:57
Operator : JC/MD
Sample : VX0903WBSD01
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 6 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
VX0903MBS01

Quant Time: Sep 03 13:45:09 2021
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X081721W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Tue Aug 17 11:57:51 2021
Response via : Initial Calibration



Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
VX0903MBS01



#1
Pentafluorobenzene
Concen: 50.000 ug/l
RT: 5.556 min Scan# 733
Delta R.T. -0.006 min
Lab File: VX024094.D
Acq: 03 Sep 2021 11:57

Tgt Ion:168 Resp: 173782

Ion	Ratio	Lower	Upper
168	100		
99	58.2	45.8	68.6





#2
Dichlorodifluoromethane
Concen: 18.122 ug/l
RT: 1.173 min Scan# 14
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VX024094.D
Acq: 03 Sep 2021 11:57

Tgt Ion: 85 Resp: 33227

Ion	Ratio	Lower	Upper
85	100		
87	33.2	16.4	49.2



Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
VX0903MBS01



#3
Chloromethane
Concen: 16.127 ug/l
RT: 1.294 min Scan# 34
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VX024094.D
Acq: 03 Sep 2021 11:57

Tgt Ion: 50 Resp: 32460

Ion	Ratio	Lower	Upper
50	100		
52	33.9	26.4	39.6





#4
Vinyl Chloride
Concen: 17.168 ug/l
RT: 1.374 min Scan# 47
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VX024094.D
Acq: 03 Sep 2021 11:57

Tgt Ion: 62 Resp: 33701

Ion	Ratio	Lower	Upper
62	100		
64	31.2	25.7	38.5



Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
VX0903MBS01



#5
Bromomethane
Concen: 19.726 ug/l
RT: 1.599 min Scan# 84
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VX024094.D
Acq: 03 Sep 2021 11:57

Tgt Ion: 94 Resp: 24346

Ion	Ratio	Lower	Upper
94	100		
96	97.5	76.4	114.6





#6
Chloroethane
Concen: 15.932 ug/l
RT: 1.685 min Scan# 98
Delta R.T. 0.006 min
Lab File: VX024094.D
Acq: 03 Sep 2021 11:57

Tgt Ion: 64 Resp: 22693

Ion	Ratio	Lower	Upper
64	100		
66	34.1	25.4	38.0





#7
Trichlorofluoromethane
Concen: 19.572 ug/l
RT: 1.886 min Scan# 131
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VX024094.D
Acq: 03 Sep 2021 11:57

Tgt Ion:101 Resp: 60672

Ion	Ratio	Lower	Upper
101	100		
103	63.0	53.2	79.8



Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
VX0903MBS01



#8
Diethyl Ether
Concen: 18.302 ug/l
RT: 2.142 min Scan# 173
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VX024094.D
Acq: 03 Sep 2021 11:57

Tgt Ion: 74 Resp: 19813

Ion	Ratio	Lower	Upper
74	100		
45	100.5	44.5	133.5



Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
VX0903MBS01



#9
1,1,2-Trichlorotrifluoroethane
Concen: 20.610 ug/l
RT: 2.331 min Scan# 204
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VX024094.D
Acq: 03 Sep 2021 11:57

Tgt Ion:101 Resp: 35952

Ion	Ratio	Lower	Upper
101	100		
85	46.0	34.9	52.3
151	82.0	61.4	92.2





#10
Methyl Iodide
Concen: 17.967 ug/l
RT: 2.453 min Scan# 224
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VX024094.D
Acq: 03 Sep 2021 11:57

Tgt Ion:142 Resp: 43640

Ion	Ratio	Lower	Upper
142	100		
127	48.2	33.3	49.9
141	14.0	11.4	17.0



Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
VX0903MBS01



#11
Tert butyl alcohol
Concen: 96.689 ug/l
RT: 2.971 min Scan# 309
Delta R.T. -0.012 min
Lab File: VX024094.D
Acq: 03 Sep 2021 11:57

Tgt Ion: 59 Resp: 47426

Ion	Ratio	Lower	Upper
59	100		
57	9.8	7.8	11.8





#12
1,1-Dichloroethene
Concen: 18.689 ug/l
RT: 2.319 min Scan# 202
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VX024094.D
Acq: 03 Sep 2021 11:57

Tgt Ion: 96 Resp: 31170

Ion	Ratio	Lower	Upper
96	100		
61	176.2	124.6	187.0
98	64.9	50.6	76.0





#13
Acrolein
Concen: 106.989 ug/l
RT: 2.239 min Scan# 189
Delta R.T. -0.006 min
Lab File: VX024094.D
Acq: 03 Sep 2021 11:57

Tgt Ion: 56 Resp: 31229

Ion	Ratio	Lower	Upper
56	100		
55	72.4	56.4	84.6



Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
VX0903MBS01



#14
Allyl chloride
Concen: 18.192 ug/l
RT: 2.666 min Scan# 259
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VX024094.D
Acq: 03 Sep 2021 11:57

Tgt Ion: 41 Resp: 55913

Ion	Ratio	Lower	Upper
41	100		
39	76.6	51.6	77.4
76	33.3	30.5	45.7





#15
Acrylonitrile
Concen: 88.498 ug/l
RT: 3.069 min Scan# 325
Delta R.T. -0.006 min
Lab File: VX024094.D
Acq: 03 Sep 2021 11:57

Tgt Ion: 53 Resp: 96718

Ion	Ratio	Lower	Upper
53	100		
52	84.3	65.3	97.9
51	37.5	28.2	42.2



Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
VX0903MBS01



#16
Acetone
Concen: 101.536 ug/l
RT: 2.386 min Scan# 213
Delta R.T. -0.006 min
Lab File: VX024094.D
Acq: 03 Sep 2021 11:57

Tgt Ion: 43 Resp: 110114

Ion	Ratio	Lower	Upper
43	100		
58	29.2	27.8	41.8



Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
VX0903MBS01



#17
Carbon Disulfide
Concen: 17.647 ug/l
RT: 2.514 min Scan# 234
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VX024094.D
Acq: 03 Sep 2021 11:57

Tgt Ion: 76 Resp: 70194

Ion	Ratio	Lower	Upper
76	100		
78	8.8	7.2	10.8





#18
Methyl Acetate
Concen: 18.084 ug/l
RT: 2.709 min Scan# 266
Delta R.T. -0.006 min
Lab File: VX024094.D
Acq: 03 Sep 2021 11:57

Tgt Ion: 43 Resp: 48959

Ion	Ratio	Lower	Upper
43	100		
74	23.3	21.9	32.9



Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
VX0903MBS01



#19
Methyl tert-butyl Ether
Concen: 20.405 ug/l
RT: 3.123 min Scan# 334
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VX024094.D
Acq: 03 Sep 2021 11:57

Tgt Ion: 73 Resp: 118444

Ion	Ratio	Lower	Upper
73	100		
57	21.6	17.1	25.7





#20
Methylene Chloride
Concen: 18.621 ug/l
RT: 2.794 min Scan# 280
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VX024094.D
Acq: 03 Sep 2021 11:57

Tgt Ion: 84 Resp: 38573

Ion	Ratio	Lower	Upper
84	100		
49	127.8	88.6	132.8
51	39.2	27.0	40.6
86	65.1	50.3	75.5



Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
VX0903MBS01



#21
trans-1,2-Dichloroethene
Concen: 19.503 ug/l
RT: 3.093 min Scan# 329
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VX024094.D
Acq: 03 Sep 2021 11:57

Tgt Ion: 96 Resp: 34743

Ion	Ratio	Lower	Upper
96	100		
61	143.0	107.7	161.5
98	60.3	50.4	75.6





#22
Diisopropyl ether
Concen: 19.581 ug/l
RT: 3.770 min Scan# 440
Delta R.T. -0.006 min
Lab File: VX024094.D
Acq: 03 Sep 2021 11:57

Tgt Ion: 45 Resp: 119868

Ion	Ratio	Lower	Upper
45	100		
43	70.7	58.0	87.0
87	29.1	25.4	38.0
59	10.9	10.2	15.2



Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
VX0903MBS01



#23
Vinyl Acetate
Concen: 96.819 ug/l
RT: 3.727 min Scan# 433
Delta R.T. -0.006 min
Lab File: VX024094.D
Acq: 03 Sep 2021 11:57

Tgt Ion: 43 Resp: 479451

Ion	Ratio	Lower	Upper
43	100		
86	10.2	9.9	14.9





#24
1,1-Dichloroethane
Concen: 19.834 ug/l
RT: 3.611 min Scan# 414
Delta R.T. -0.006 min
Lab File: VX024094.D
Acq: 03 Sep 2021 11:57

Tgt Ion: 63 Resp: 67573

Ion	Ratio	Lower	Upper
63	100		
98	6.7	3.8	11.2
100	4.3	2.5	7.5



Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
VX0903MBS01



#25
2-Butanone
Concen: 91.209 ug/l
RT: 4.562 min Scan# 570
Delta R.T. -0.006 min
Lab File: VX024094.D
Acq: 03 Sep 2021 11:57

Tgt Ion: 43 Resp: 149821

Ion	Ratio	Lower	Upper
43	100		
72	24.2	23.7	35.5





#26
2,2-Dichloropropane
Concen: 21.459 ug/l
RT: 4.483 min Scan# 557
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VX024094.D
Acq: 03 Sep 2021 11:57

Tgt Ion: 77 Resp: 60002

Ion	Ratio	Lower	Upper
77	100		
97	22.0	11.7	35.1



Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
VX0903MBS01



#27
cis-1,2-Dichloroethene
Concen: 19.641 ug/l
RT: 4.489 min Scan# 558
Delta R.T. -0.012 min
Lab File: VX024094.D
Acq: 03 Sep 2021 11:57

Tgt Ion: 96 Resp: 41634

Ion	Ratio	Lower	Upper
96	100		
61	150.4	0.0	285.6
98	64.9	0.0	129.6





#28
Bromochloromethane
Concen: 16.815 ug/l
RT: 4.904 min Scan# 626
Delta R.T. -0.006 min
Lab File: VX024094.D
Acq: 03 Sep 2021 11:57

Tgt Ion: 49 Resp: 26047

Ion	Ratio	Lower	Upper
49	100		
129	0.7	0.0	4.0
130	81.2	68.2	102.2





#29
Tetrahydrofuran
Concen: 85.589 ug/l
RT: 5.013 min Scan# 644
Delta R.T. -0.006 min
Lab File: VX024094.D
Acq: 03 Sep 2021 11:57

Tgt Ion: 42 Resp: 91064

Ion	Ratio	Lower	Upper
42	100		
72	44.9	41.7	62.5
71	42.4	38.4	57.6



Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
VX0903MBS01



#30
Chloroform
Concen: 20.210 ug/l
RT: 5.099 min Scan# 658
Delta R.T. -0.006 min
Lab File: VX024094.D
Acq: 03 Sep 2021 11:57

Tgt Ion: 83 Resp: 72904

Ion	Ratio	Lower	Upper
83	100		
85	66.6	52.0	78.0



Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
VX0903MBS01



#31
Cyclohexane
Concen: 18.434 ug/l
RT: 5.477 min Scan# 720
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VX024094.D
Acq: 03 Sep 2021 11:57

Tgt Ion: 56 Resp: 57441

Ion	Ratio	Lower	Upper
56	100		
69	29.6	25.3	37.9
84	83.9	71.4	107.0





#32
1,1,1-Trichloroethane
Concen: 21.351 ug/l
RT: 5.391 min Scan# 706
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VX024094.D
Acq: 03 Sep 2021 11:57

Tgt Ion: 97 Resp: 65952

Ion	Ratio	Lower	Upper
97	100		
99	64.3	51.5	77.3
61	44.8	34.2	51.4



Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
VX0903MBS01



#33
1,2-Dichloroethane-d4
Concen: 45.944 ug/l
RT: 5.958 min Scan# 799
Delta R.T. -0.006 min
Lab File: VX024094.D
Acq: 03 Sep 2021 11:57

Tgt Ion: 65 Resp: 111435

Ion	Ratio	Lower	Upper
65	100		
67	49.9	0.0	105.4





#34
1,4-Difluorobenzene
Concen: 50.000 ug/l
RT: 6.769 min Scan# 932
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VX024094.D
Acq: 03 Sep 2021 11:57

Tgt Ion:114 Resp: 265889

Ion	Ratio	Lower	Upper
114	100		
63	21.0	0.0	40.8
88	15.4	0.0	32.8



Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
VX0903MBS01



#35
Dibromofluoromethane
Concen: 47.436 ug/l
RT: 5.391 min Scan# 706
Delta R.T. -0.006 min
Lab File: VX024094.D
Acq: 03 Sep 2021 11:57

Tgt Ion:113 Resp: 83481

Ion	Ratio	Lower	Upper
113	100		
111	101.5	81.9	122.9
192	19.8	16.7	25.1





#36
1,1-Dichloropropene
Concen: 21.168 ug/l
RT: 5.696 min Scan# 756
Delta R.T. -0.006 min
Lab File: VX024094.D
Acq: 03 Sep 2021 11:57

Tgt Ion: 75 Resp: 52123

Ion	Ratio	Lower	Upper
75	100		
110	35.4	18.1	54.4
77	30.4	25.3	37.9



Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
VX0903MBS01



#37
Ethyl Acetate
Concen: 18.272 ug/l
RT: 4.721 min Scan# 596
Delta R.T. -0.006 min
Lab File: VX024094.D
Acq: 03 Sep 2021 11:57

Tgt Ion: 43 Resp: 55304

Ion	Ratio	Lower	Upper
43	100		
61	14.0	12.8	19.2
70	11.5	10.5	15.7





#38
Carbon Tetrachloride
Concen: 22.312 ug/l
RT: 5.684 min Scan# 754
Delta R.T. -0.006 min
Lab File: VX024094.D
Acq: 03 Sep 2021 11:57

Tgt Ion:117 Resp: 57290

Ion	Ratio	Lower	Upper
117	100		
119	102.1	76.2	114.2
121	30.2	24.8	37.2





#39
Methylcyclohexane
Concen: 20.781 ug/l
RT: 7.385 min Scan# 1033
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VX024094.D
Acq: 03 Sep 2021 11:57

Tgt Ion: 83 Resp: 62303

Ion	Ratio	Lower	Upper
83	100		
55	77.4	58.9	88.3
98	47.0	38.1	57.1



Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
VX0903MBS01



#40
Benzene
Concen: 20.353 ug/l
RT: 6.044 min Scan# 813
Delta R.T. -0.006 min
Lab File: VX024094.D
Acq: 03 Sep 2021 11:57

Tgt Ion: 78 Resp: 148187

Ion	Ratio	Lower	Upper
78	100		
77	24.2	18.9	28.3





#41
Methacrylonitrile
Concen: 18.141 ug/l
RT: 4.928 min Scan# 630
Delta R.T. -0.006 min
Lab File: VX024094.D
Acq: 03 Sep 2021 11:57

Tgt Ion: 41 Resp: 29766

Ion	Ratio	Lower	Upper
41	100		
39	62.2	42.5	63.7
67	72.1	65.0	97.6
52	34.0	25.3	37.9



Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
VX0903MBS01



#42
1,2-Dichloroethane
Concen: 21.860 ug/l
RT: 6.092 min Scan# 821
Delta R.T. -0.006 min
Lab File: VX024094.D
Acq: 03 Sep 2021 11:57

Tgt Ion: 62 Resp: 62554

Ion	Ratio	Lower	Upper
62	100		
98	7.8	0.0	20.2



Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
VX0903MBS01



#43
Isopropyl Acetate
Concen: 19.591 ug/l
RT: 6.342 min Scan# 862
Delta R.T. -0.012 min
Lab File: VX024094.D
Acq: 03 Sep 2021 11:57

Tgt Ion: 43 Resp: 92752

Ion	Ratio	Lower	Upper
43	100		
61	18.9	18.2	27.4
87	12.7	12.5	18.7





#44
Trichloroethene
Concen: 20.460 ug/l
RT: 7.129 min Scan# 991
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VX024094.D
Acq: 03 Sep 2021 11:57

Tgt Ion:130 Resp: 41151

Ion	Ratio	Lower	Upper
130	100		
95	106.1	0.0	198.0





#45
1,2-Dichloropropane
Concen: 20.222 ug/l
RT: 7.434 min Scan# 1041
Delta R.T. -0.006 min
Lab File: VX024094.D
Acq: 03 Sep 2021 11:57

Tgt Ion: 63 Resp: 39098

Ion	Ratio	Lower	Upper
63	100		
65	31.7	25.7	38.5



Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
VX0903MBS01



#46
Dibromomethane
Concen: 21.233 ug/l
RT: 7.586 min Scan# 1066
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VX024094.D
Acq: 03 Sep 2021 11:57

Tgt Ion: 93 Resp: 28568

Ion	Ratio	Lower	Upper
93	100		
95	82.7	66.8	100.2
174	99.4	83.1	124.7





#47
Bromodichloromethane
Concen: 21.445 ug/l
RT: 7.824 min Scan# 1105
Delta R.T. -0.006 min
Lab File: VX024094.D
Acq: 03 Sep 2021 11:57

Tgt Ion: 83 Resp: 52198

Ion	Ratio	Lower	Upper
83	100		
85	62.8	51.4	77.0
127	8.3	6.8	10.2



Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
VX0903MBS01



#48
Methyl methacrylate
Concen: 19.350 ug/l
RT: 7.696 min Scan# 1084
Delta R.T. -0.006 min
Lab File: VX024094.D
Acq: 03 Sep 2021 11:57

Tgt Ion: 41 Resp: 44689

Ion	Ratio	Lower	Upper
41	100		
69	79.6	76.0	114.0
39	64.3	44.6	67.0



Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
VX0903MBS01



#49
1,4-Dioxane
Concen: 354.280 ug/l
RT: 7.659 min Scan# 1078
Delta R.T. -0.006 min
Lab File: VX024094.D
Acq: 03 Sep 2021 11:57

Tgt Ion: 88 Resp: 17293

Ion	Ratio	Lower	Upper
88	100		
43	37.4	23.2	34.8#
58	70.6	55.0	82.4





#50
Toluene-d8
Concen: 44.803 ug/l
RT: 8.653 min Scan# 1241
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VX024094.D
Acq: 03 Sep 2021 11:57

Tgt Ion: 98 Resp: 300098

Ion	Ratio	Lower	Upper
98	100		
100	63.3	51.9	77.9



Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
VX0903MBS01



#51
4-Methyl-2-Pentanone
Concen: 97.082 ug/l
RT: 8.574 min Scan# 1228
Delta R.T. -0.006 min
Lab File: VX024094.D
Acq: 03 Sep 2021 11:57

Tgt Ion: 43 Resp: 297110

Ion	Ratio	Lower	Upper
43	100		
58	37.8	35.4	53.0





#52
Toluene
Concen: 20.507 ug/l
RT: 8.720 min Scan# 1252
Delta R.T. -0.006 min
Lab File: VX024094.D
Acq: 03 Sep 2021 11:57

Tgt Ion: 92 Resp: 96753

Ion	Ratio	Lower	Upper
92	100		
91	174.4	137.1	205.7



Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
VX0903MBS01



#53
t-1,3-Dichloropropene
Concen: 20.156 ug/l
RT: 8.982 min Scan# 1295
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VX024094.D
Acq: 03 Sep 2021 11:57

Tgt Ion: 75 Resp: 59182

Ion	Ratio	Lower	Upper
75	100		
77	30.1	24.9	37.3





#54
cis-1,3-Dichloropropene
Concen: 20.923 ug/l
RT: 8.366 min Scan# 1194
Delta R.T. -0.006 min
Lab File: VX024094.D
Acq: 03 Sep 2021 11:57

Tgt Ion: 75 Resp: 61710

Ion	Ratio	Lower	Upper
75	100		
77	28.9	25.7	38.5
39	57.9	35.1	52.7#



Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
VX0903MBS01



#55
1,1,2-Trichloroethane
Concen: 21.048 ug/l
RT: 9.153 min Scan# 1323
Delta R.T. -0.006 min
Lab File: VX024094.D
Acq: 03 Sep 2021 11:57

Tgt Ion: 97 Resp: 40883

Ion	Ratio	Lower	Upper
97	100		
83	85.0	69.3	103.9
85	55.5	44.3	66.5
99	60.8	50.3	75.5





#56
Ethyl methacrylate
Concen: 19.024 ug/l
RT: 9.116 min Scan# 1317
Delta R.T. -0.006 min
Lab File: VX024094.D
Acq: 03 Sep 2021 11:57

Tgt Ion: 69 Resp: 61553

Ion	Ratio	Lower	Upper
69	100		
41	71.3	46.8	70.2#
39	45.4	24.7	37.1#



Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
VX0903MBS01



#57
1,3-Dichloropropane
Concen: 20.439 ug/l
RT: 9.311 min Scan# 1349
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VX024094.D
Acq: 03 Sep 2021 11:57

Tgt Ion: 76 Resp: 65848

Ion	Ratio	Lower	Upper
76	100		
78	32.7	26.2	39.2





#58
2-Chloroethyl Vinyl ether
Concen: 91.020 ug/l
RT: 8.244 min Scan# 1174
Delta R.T. -0.007 min
Lab File: VX024094.D
Acq: 03 Sep 2021 11:57

Tgt Ion: 63 Resp: 142364

Ion	Ratio	Lower	Upper
63	100		
106	28.6	23.5	35.3



Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
VX0903MBS01



#59
2-Hexanone
Concen: 100.269 ug/l
RT: 9.433 min Scan# 1369
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VX024094.D
Acq: 03 Sep 2021 11:57

Tgt Ion: 43 Resp: 235877

Ion	Ratio	Lower	Upper
43	100		
58	50.8	30.9	92.8





#60
Dibromochloromethane
Concen: 20.131 ug/l
RT: 9.525 min Scan# 1384
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VX024094.D
Acq: 03 Sep 2021 11:57

Tgt Ion:129 Resp: 40948

Ion	Ratio	Lower	Upper
129	100		
127	77.3	38.4	115.2



Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
VX0903MBS01



#61
1,2-Dibromoethane
Concen: 20.754 ug/l
RT: 9.610 min Scan# 1398
Delta R.T. -0.006 min
Lab File: VX024094.D
Acq: 03 Sep 2021 11:57

Tgt Ion:107 Resp: 42587

Ion	Ratio	Lower	Upper
107	100		
109	92.4	75.8	113.6





#62
4-Bromofluorobenzene
Concen: 48.263 ug/l
RT: 11.085 min Scan# 1640
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VX024094.D
Acq: 03 Sep 2021 11:57

Tgt Ion: 95 Resp: 119005

Ion	Ratio	Lower	Upper
95	100		
174	82.0	0.0	154.6
176	76.9	0.0	155.8



Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
VX0903MBS01



#63
Chlorobenzene-d5
Concen: 50.000 ug/l
RT: 10.055 min Scan# 1471
Delta R.T. -0.006 min
Lab File: VX024094.D
Acq: 03 Sep 2021 11:57

Tgt Ion:117 Resp: 246406

Ion	Ratio	Lower	Upper
117	100		
82	57.3	47.4	71.2
119	32.6	26.6	39.8





#64
Tetrachloroethene
Concen: 21.739 ug/l
RT: 9.275 min Scan# 1343
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VX024094.D
Acq: 03 Sep 2021 11:57

Tgt Ion:164 Resp: 42784

Ion	Ratio	Lower	Upper
164	100		
166	123.7	103.4	155.2
129	94.8	70.8	106.2
131	93.9	72.5	108.7





#65
Chlorobenzene
Concen: 21.123 ug/l
RT: 10.079 min Scan# 1475
Delta R.T. -0.007 min
Lab File: VX024094.D
Acq: 03 Sep 2021 11:57

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
VX0903MBS01

Tgt Ion:112 Resp: 108612

Ion	Ratio	Lower	Upper
112	100		
114	30.9	25.8	38.6





#66
1,1,1,2-Tetrachloroethane
Concen: 21.769 ug/l
RT: 10.165 min Scan# 1489
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VX024094.D
Acq: 03 Sep 2021 11:57

Tgt Ion:131 Resp: 39838

Ion	Ratio	Lower	Upper
131	100		
133	98.0	47.7	143.1
119	63.8	32.1	96.5



Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
VX0903MBS01



#67
Ethyl Benzene
Concen: 21.311 ug/l
RT: 10.195 min Scan# 1494
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VX024094.D
Acq: 03 Sep 2021 11:57

Tgt Ion: 91 Resp: 191349

Ion	Ratio	Lower	Upper
91	100		
106	31.4	24.6	37.0





#68
m/p-Xylenes
Concen: 43.461 ug/l
RT: 10.305 min Scan# 1512
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VX024094.D
Acq: 03 Sep 2021 11:57

Tgt Ion:106 Resp: 148638

Ion	Ratio	Lower	Upper
106	100		
91	205.0	162.8	244.2





#69
o-Xylene
Concen: 21.504 ug/l
RT: 10.646 min Scan# 1568
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VX024094.D
Acq: 03 Sep 2021 11:57

Tgt Ion:106 Resp: 72272

Ion	Ratio	Lower	Upper
106	100		
91	218.2	108.1	324.2



Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
VX0903MBS01



#70
Styrene
Concen: 21.817 ug/l
RT: 10.659 min Scan# 1570
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VX024094.D
Acq: 03 Sep 2021 11:57

Tgt Ion:104 Resp: 119452

Ion	Ratio	Lower	Upper
104	100		
78	52.6	40.0	60.0
103	55.3	43.4	65.0



Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
VX0903MBS01



#71
Bromoform
Concen: 20.457 ug/l
RT: 10.805 min Scan# 1594
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VX024094.D
Acq: 03 Sep 2021 11:57

Tgt Ion:173 Resp: 28656

Ion	Ratio	Lower	Upper
173	100		
175	48.7	23.9	71.8
254	0.0	0.1	0.1#





#72
1,4-Dichlorobenzene-d4
Concen: 50.000 ug/l
RT: 12.024 min Scan# 1794
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VX024094.D
Acq: 03 Sep 2021 11:57

Tgt Ion:152 Resp: 126248

Ion	Ratio	Lower	Upper
152	100		
115	69.9	41.1	123.3
150	164.9	0.0	349.0



Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
VX0903MBS01



#73
Isopropylbenzene
Concen: 20.137 ug/l
RT: 10.963 min Scan# 1620
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VX024094.D
Acq: 03 Sep 2021 11:57

Tgt Ion:105 Resp: 193914

Ion	Ratio	Lower	Upper
105	100		
120	27.0	13.2	39.6





#74
N-amyl acetate
Concen: 19.071 ug/l
RT: 10.848 min Scan# 1601
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VX024094.D
Acq: 03 Sep 2021 11:57

Tgt Ion: 43 Resp: 82992

Ion	Ratio	Lower	Upper
43	100		
70	40.7	39.0	58.6
55	24.2	21.5	32.3
61	22.5	22.1	33.1



Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
VX0903MBS01



#75
1,1,2,2-Tetrachloroethane
Concen: 20.066 ug/l
RT: 11.213 min Scan# 1661
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VX024094.D
Acq: 03 Sep 2021 11:57

Tgt Ion: 83 Resp: 63326

Ion	Ratio	Lower	Upper
83	100		
131	10.8	5.1	15.2
85	63.1	31.8	95.4





#76
1,2,3-Trichloropropane
Concen: 24.740 ug/l
RT: 11.244 min Scan# 1666
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VX024094.D
Acq: 03 Sep 2021 11:57

Tgt Ion: 75 Resp: 72859

Ion	Ratio	Lower	Upper
75	100		
77	31.3	19.1	57.5



Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
VX0903MBS01



#77
Bromobenzene
Concen: 20.592 ug/l
RT: 11.201 min Scan# 1659
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VX024094.D
Acq: 03 Sep 2021 11:57

Tgt Ion:156 Resp: 48839

Ion	Ratio	Lower	Upper
156	100		
77	152.6	82.8	248.6
158	96.3	49.1	147.4





#78
n-propylbenzene
Concen: 20.369 ug/l
RT: 11.305 min Scan# 1676
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VX024094.D
Acq: 03 Sep 2021 11:57

Tgt Ion: 91 Resp: 224343

Ion	Ratio	Lower	Upper
91	100		
120	23.1	11.5	34.5



Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
VX0903MBS01



#79
2-Chlorotoluene
Concen: 20.799 ug/l
RT: 11.366 min Scan# 1686
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VX024094.D
Acq: 03 Sep 2021 11:57

Tgt Ion: 91 Resp: 138457

Ion	Ratio	Lower	Upper
91	100		
126	33.2	16.6	49.8





#80
1,3,5-Trimethylbenzene
Concen: 21.176 ug/l
RT: 11.457 min Scan# 1701
Delta R.T. 0.006 min
Lab File: VX024094.D
Acq: 03 Sep 2021 11:57

Tgt Ion:105 Resp: 167572

Ion	Ratio	Lower	Upper
105	100		
120	46.4	23.8	71.5



Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
VX0903MBS01



#81
trans-1,4-Dichloro-2-butene
Concen: 18.671 ug/l
RT: 11.018 min Scan# 1629
Delta R.T. -0.006 min
Lab File: VX024094.D
Acq: 03 Sep 2021 11:57

Tgt Ion: 75 Resp: 18693

Ion	Ratio	Lower	Upper
75	100		
53	111.6	74.5	111.7
89	45.3	37.9	56.9





#82
4-Chlorotoluene
Concen: 20.989 ug/l
RT: 11.457 min Scan# 1701
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VX024094.D
Acq: 03 Sep 2021 11:57

Tgt Ion: 91 Resp: 158600

Ion	Ratio	Lower	Upper
91	100		
126	29.3	14.9	44.5



Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
VX0903MBS01



#83
tert-Butylbenzene
Concen: 20.890 ug/l
RT: 11.719 min Scan# 1744
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VX024094.D
Acq: 03 Sep 2021 11:57

Tgt Ion:119 Resp: 160554

Ion	Ratio	Lower	Upper
119	100		
91	61.9	27.9	83.7
134	23.8	11.3	33.9





#84
1,2,4-Trimethylbenzene
Concen: 20.945 ug/l
RT: 11.756 min Scan# 1750
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VX024094.D
Acq: 03 Sep 2021 11:57

Tgt Ion:105 Resp: 165264

Ion	Ratio	Lower	Upper
105	100		
120	43.5	22.4	67.3



Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
VX0903MBS01



#85
sec-Butylbenzene
Concen: 21.308 ug/l
RT: 11.896 min Scan# 1773
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VX024094.D
Acq: 03 Sep 2021 11:57

Tgt Ion:105 Resp: 207335

Ion	Ratio	Lower	Upper
105	100		
134	20.5	10.0	29.8





#86
p-Isopropyltoluene
Concen: 21.448 ug/l
RT: 12.012 min Scan# 1792
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VX024094.D
Acq: 03 Sep 2021 11:57

Tgt Ion:119 Resp: 171764

Ion	Ratio	Lower	Upper
119	100		
134	27.1	12.9	38.7
91	25.8	11.7	35.0



Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
VX0903MBS01



#87
1,3-Dichlorobenzene
Concen: 21.074 ug/l
RT: 11.975 min Scan# 1786
Delta R.T. 0.006 min
Lab File: VX024094.D
Acq: 03 Sep 2021 11:57

Tgt Ion:146 Resp: 90431

Ion	Ratio	Lower	Upper
146	100		
111	41.8	20.2	60.5
148	64.4	31.9	95.7





#88
1,4-Dichlorobenzene
Concen: 21.042 ug/l
RT: 12.043 min Scan# 1797
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VX024094.D
Acq: 03 Sep 2021 11:57

Tgt Ion:146 Resp: 90054

Ion	Ratio	Lower	Upper
146	100		
111	41.3	19.6	58.8
148	65.7	31.6	95.0



Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
VX0903MBS01



#89
n-Butylbenzene
Concen: 21.604 ug/l
RT: 12.335 min Scan# 1845
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VX024094.D
Acq: 03 Sep 2021 11:57

Tgt Ion: 91 Resp: 154482

Ion	Ratio	Lower	Upper
91	100		
92	51.7	27.4	82.0
134	25.7	13.2	39.5





#90
Hexachloroethane
Concen: 20.340 ug/l
RT: 12.542 min Scan# 1879
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VX024094.D
Acq: 03 Sep 2021 11:57

Tgt Ion:117 Resp: 27143

Ion	Ratio	Lower	Upper
117	100		
201	76.4	40.4	121.2



Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
VX0903MBS01



#91
1,2-Dichlorobenzene
Concen: 21.169 ug/l
RT: 12.335 min Scan# 1845
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VX024094.D
Acq: 03 Sep 2021 11:57

Tgt Ion:146 Resp: 88003

Ion	Ratio	Lower	Upper
146	100		
111	41.6	20.8	62.2
148	64.4	31.9	95.5





#92
1,2-Dibromo-3-Chloropropane
Concen: 19.059 ug/l
RT: 12.945 min Scan# 1945
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VX024094.D
Acq: 03 Sep 2021 11:57

Tgt Ion: 75 Resp: 13068

Ion	Ratio	Lower	Upper
75	100		
155	77.8	45.3	135.9
157	100.4	57.7	173.1



Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
VX0903MBS01



#93
1,2,4-Trichlorobenzene
Concen: 20.878 ug/l
RT: 13.591 min Scan# 2051
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VX024094.D
Acq: 03 Sep 2021 11:57

Tgt Ion:180 Resp: 52235

Ion	Ratio	Lower	Upper
180	100		
182	94.6	47.7	143.1
145	31.8	15.0	45.0





#94
Hexachlorobutadiene
Concen: 23.974 ug/l
RT: 13.731 min Scan# 2074
Delta R.T. 0.006 min
Lab File: VX024094.D
Acq: 03 Sep 2021 11:57

Tgt Ion:225 Resp: 26735

Ion	Ratio	Lower	Upper
225	100		
223	62.7	31.1	93.2
227	64.4	31.6	95.0



Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
VX0903MBS01



#95
Naphthalene
Concen: 18.731 ug/l
RT: 13.780 min Scan# 2082
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VX024094.D
Acq: 03 Sep 2021 11:57

Tgt Ion:128 Resp: 165371

Ion	Ratio	Lower	Upper
128	100		
127	13.1	10.3	15.5
129	10.8	8.8	13.2





#96
1,2,3-Trichlorobenzene
Concen: 21.115 ug/l
RT: 13.963 min Scan# 2112
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VX024094.D
Acq: 03 Sep 2021 11:57

Tgt Ion:180 Resp: 52614

Ion	Ratio	Lower	Upper
180	100		
182	95.1	47.6	142.9
145	32.7	16.1	48.3