Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX090721\
Data File : VX024121.D
Acq On : 07 Sep 2021 16:29
Operator : JC/MD
Sample : PB138939TB
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 8 Sample Multiplier: 1

Instrument : MSVOA_X
ClientSampleId : PB138939TB

Quant Time: Sep 08 13:27:10 2021
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X081721W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Tue Aug 17 11:57:51 2021
Response via : Initial Calibration

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
Internal Standards						
1) Pentafluorobenzene	5.562	168	156027	50.000	ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	6.769	114	262035	50.000	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	10.055	117	255348	50.000	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	12.024	152	109157	50.000	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	5.964	65	121569	55.826	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 78 - 117		Recovery = 111.660%			
35) Dibromofluoromethane	5.391	113	93385	53.845	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 75 - 124		Recovery = 107.680%			
50) Toluene-d8	8.653	98	349918	53.010	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 92 - 112		Recovery = 106.020%			
62) 4-Bromofluorobenzene	11.085	95	129929	53.469	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 83 - 123		Recovery = 106.940%			
Target Compounds						Qvalue
16) Acetone	2.386	43	34844	35.786	ug/l #	87
20) Methylene Chloride	2.794	84	10351	5.565	ug/l	89
25) 2-Butanone	4.574	43	7766	5.266	ug/l #	86
43) Isopropyl Acetate	6.348	43	19616	4.204	ug/l	93

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX090721\
Data File : VX024121.D
Acq On : 07 Sep 2021 16:29
Operator : JC/MD
Sample : PB138939TB
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 8 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
PB138939TB

Quant Time: Sep 08 13:27:10 2021
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X081721W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Tue Aug 17 11:57:51 2021
Response via : Initial Calibration