Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX091323\
Data File : VX037714.D
Acq On : 14 Sep 2023 06:35
Operator : JC/MD
Sample : 04399-04
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 39 Sample Multiplier: 1

Quant Time: Sep 14 07:29:09 2023
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X091123W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Tue Sep 12 10:10:04 2023
Response via : Initial Calibration

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
72-11985

Manual Integrations APPROVED

Reviewed By :John Carlone 09/14/2023
Supervised By :Mahesh Dadoda 09/14/2023

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
Internal Standards						
1) Pentafluorobenzene	5.549	168	231775	50.000	ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	6.763	114	406312	50.000	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	10.055	117	387607	50.000	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	12.024	152	170344	50.000	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	5.952	65	162438	43.317	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 78 - 117		Recovery = 86.640%			
35) Dibromofluoromethane	5.385	113	130679	45.375	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 75 - 124		Recovery = 90.740%			
50) Toluene-d8	8.646	98	499828	46.018	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 92 - 112		Recovery = 92.040%			
62) 4-Bromofluorobenzene	11.079	95	177410	45.274	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 83 - 123		Recovery = 90.540%			
Target Compounds						Qvalue
16) Acetone	2.379	43	23804	15.701	ug/l	95
20) Methylene Chloride	2.788	84	14066	3.617	ug/l	90
25) 2-Butanone	4.568	43	14582	5.899	ug/l	98
43) Isopropyl Acetate	6.336	43	142213	19.885	ug/l	97

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX091323\
Data File : VX037714.D
Acq On : 14 Sep 2023 06:35
Operator : JC/MD
Sample : 04399-04
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 39 Sample Multiplier: 1

Quant Time: Sep 14 07:29:09 2023
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X091123W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Tue Sep 12 10:10:04 2023
Response via : Initial Calibration

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
72-11985

Manual Integrations APPROVED

Reviewed By :John Carlone 09/14/2023
Supervised By :Mahesh Dadoda 09/14/2023