Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_X\DATA\VX091418\
Data File : VX004559.D
Acq On : 15 Sep 2018 03:10
Operator : JC/MD
Sample : J4925-02
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 33 Sample Multiplier: 1

Instrument : MSVOA_X
ClientSampleId : S13-TB-2018-1

Quant Time: Sep 17 16:00:59 2018
Quant Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_X\METHOD\82X091118W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Wed Sep 12 02:17:23 2018
Response via : Initial Calibration

Internal Standards	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
1) Pentafluorobenzene	5.67	168	249715	50.00	ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	6.86	114	353435	50.00	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	10.12	117	328547	50.00	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	12.08	152	185063	50.00	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	6.07	65	171142	53.15	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 106.30%			
35) Dibromofluoromethane	5.50	113	155451	48.06	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 96.12%			
50) Toluene-d8	8.72	98	517166	47.68	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 95.36%			
62) 4-Bromofluorobenzene	11.14	95	173929	44.92	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 89.84%			
Target Compounds						Qvalue

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_X\DATA\VX091418\
Data File : VX004559.D
Acq On : 15 Sep 2018 03:10
Operator : JC/MD
Sample : J4925-02
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 33 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
S13-TB-2018-1

Quant Time: Sep 17 16:00:59 2018
Quant Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_X\METHOD\82X091118W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Wed Sep 12 02:17:23 2018
Response via : Initial Calibration