Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_X\DATA\VX100318\
Data File : VX004937.D
Acq On : 02 Oct 2018 23:29
Operator : JC/MD
Sample : J4780-04
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 17 Sample Multiplier: 1

Instrument : MSVOA_X
ClientSampleId : TR-04-092818

Quant Time: Oct 03 07:09:17 2018
Quant Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_X\METHOD\82X092618W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Wed Oct 03 04:00:03 2018
Response via : Initial Calibration

Internal Standards	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
1) Pentafluorobenzene	5.67	168	196571	50.00	ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	6.86	114	330638	50.00	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	10.12	117	330876	50.00	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	12.08	152	179387	50.00	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	6.07	65	163311	58.16	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 116.32%			
35) Dibromofluoromethane	5.51	113	133555	47.66	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 95.32%			
50) Toluene-d8	8.72	98	482029	51.74	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 103.48%			
62) 4-Bromofluorobenzene	11.14	95	171225	51.02	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 102.04%			
Target Compounds						Qvalue
16) Acetone	2.45	43	70545	43.032	ug/l	94
18) Methyl Acetate	2.78	43	11804	2.842	ug/l	98
20) Methylene Chloride	2.85	84	1201318	511.747	ug/l	88
25) 2-Butanone	4.71	43	5787	2.395	ug/l	90
43) Isopropyl Acetate	6.46	43	137774	18.809	ug/l	98
95) Naphthalene	13.83	128	20605	2.081	ug/l	100

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA X\DATA\VX100318\
Data File : VX004937.D
Acq On : 02 Oct 2018 23:29
Operator : JC/MD
Sample : J4780-04
Misc : 5.0mL/MSVOA X/WATER
ALS Vial : 17 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
TR-04-092818

Quant Time: Oct 03 07:09:17 2018
Quant Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_X\METHOD\82X092618W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Wed Oct 03 04:00:03 2018
Response via : Initial Calibration