Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_X\DATA\VX100518\
Data File : VX005085.D
Acq On : 05 Oct 2018 23:45
Operator : JC/MD
Sample : PB113539TB
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 18 Sample Multiplier: 1

Instrument : MSVOA_X
ClientSampleId : PB113539TB

Quant Time: Oct 06 00:50:28 2018
Quant Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_X\METHOD\82X092618W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Wed Oct 03 04:00:03 2018
Response via : Initial Calibration

Internal Standards	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
1) Pentafluorobenzene	5.67	168	208799	50.00	ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	6.86	114	340773	50.00	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	10.12	117	342355	50.00	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	12.08	152	191324	50.00	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	6.07	65	168410	56.46	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 112.92%			
35) Dibromofluoromethane	5.49	113	140425	48.62	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 97.24%			
50) Toluene-d8	8.72	98	494293	51.48	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 102.96%			
62) 4-Bromofluorobenzene	11.14	95	183275	52.99	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 105.98%			
Target Compounds						Qvalue
16) Acetone	2.44	43	15014	8.622	ug/l	97
18) Methyl Acetate	2.78	43	7281	1.650	ug/l	99
43) Isopropyl Acetate	6.46	43	211352	27.996	ug/l	97

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_X\DATA\VX100518\
Data File : VX005085.D
Acq On : 05 Oct 2018 23:45
Operator : JC/MD
Sample : PB113539TB
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 18 Sample Multiplier: 1

Instrument : MSVOA_X
ClientSampleId : PB113539TB

Quant Time: Oct 06 00:50:28 2018
Quant Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_X\METHOD\82X092618W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Wed Oct 03 04:00:03 2018
Response via : Initial Calibration