Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX100623\
Data File : VX038142.D
Acq On : 06 Oct 2023 19:37
Operator : JC/MD
Sample : VSTDCCC050
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 28 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
LabSampleId :
VSTDCCC050

Quant Time: Oct 07 04:30:19 2023
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X100523W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Thu Oct 05 15:27:13 2023
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	Pentafluorobenzene	1.000	1.000	0.0	84	0.00
2	T	Dichlorodifluoromethane	0.483	0.476	1.4	80	0.00
3	P	Chloromethane	0.492	0.464	5.7	85	0.00
4	C	Vinyl Chloride	0.545	0.571	-4.8#	88	0.00
5	T	Bromomethane	0.744	0.812	-9.1	88	0.00
6	T	Chloroethane	0.484	0.498	-2.9	96	0.00
7	T	Trichlorofluoromethane	1.077	1.253	-16.3	97	0.00
8	T	Diethyl Ether	0.402	0.460	-14.4	97	0.00
9	T	1,1,2-Trichlorotrifluoroeth	0.470	0.458	2.6	82	0.00
10	T	Methyl Iodide	0.677	0.674	0.4	84	0.00
11	T	Tert butyl alcohol	0.196	0.175	10.7	84	0.00
12	CM	1,1-Dichloroethene	0.457	0.451	1.3#	82	0.00
13	T	Acrolein	0.114	0.125	-9.6	102	0.00
14	T	Allyl chloride	0.818	0.782	4.4	80	0.00
15	T	Acrylonitrile	0.366	0.371	-1.4	85	0.00
16	T	Acetone	0.336	0.302	10.1	79	0.00
17	T	Carbon Disulfide	1.318	1.138	13.7	76	0.00
18	T	Methyl Acetate	1.439	1.453	-1.0	86	0.00
19	T	Methyl tert-butyl Ether	1.822	1.840	-1.0	85	0.00
20	T	Methylene Chloride	0.631	0.582	7.8	85	0.00
21	T	trans-1,2-Dichloroethene	0.566	0.559	1.2	81	0.00
22	T	Diisopropyl ether	1.715	1.755	-2.3	84	0.00
23	T	Vinyl Acetate	1.258	1.303	-3.6	84	0.00
24	P	1,1-Dichloroethane	1.041	1.039	0.2	85	0.00
25	T	2-Butanone	0.542	0.543	-0.2	85	0.00
26	T	2,2-Dichloropropane	0.813	0.671	17.5	67	0.00
27	T	cis-1,2-Dichloroethene	0.675	0.677	-0.3	85	0.00
28	T	Bromochloromethane	0.470	0.507	-7.9	86	0.00
29	T	Tetrahydrofuran	0.353	0.355	-0.6	86	0.00
30	C	Chloroform	1.138	1.190	-4.6#	85	0.00
31	T	Cyclohexane	0.871	0.853	2.1	80	0.00
32	T	1,1,1-Trichloroethane	0.975	1.002	-2.8	83	0.00
33	S	1,2-Dichloroethane-d4	0.804	0.815	-1.4	84	0.00
34	I	1,4-Difluorobenzene	1.000	1.000	0.0	84	0.00
35	S	Dibromofluoromethane	0.360	0.366	-1.7	85	0.00
36	T	1,1-Dichloropropene	0.497	0.484	2.6	84	0.00
37	T	Ethyl Acetate	0.590	0.601	-1.9	86	0.00
38	T	Carbon Tetrachloride	0.489	0.490	-0.2	82	0.00
39	T	Methylcyclohexane	0.582	0.557	4.3	79	0.00
40	TM	Benzene	1.390	1.423	-2.4	85	0.00
41	T	Methacrylonitrile	0.294	0.299	-1.7	85	0.00
42	TM	1,2-Dichloroethane	0.555	0.573	-3.2	86	0.00
43	T	Isopropyl Acetate	0.881	0.897	-1.8	83	0.00
44	TM	Trichloroethene	0.363	0.367	-1.1	84	0.00
45	C	1,2-Dichloropropane	0.360	0.366	-1.7#	85	0.00
46	T	Dibromomethane	0.279	0.282	-1.1	86	0.00
47	T	Bromodichloromethane	0.496	0.530	-6.9	85	0.00
48	T	Methyl methacrylate	0.420	0.439	-4.5	85	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX100623\
Data File : VX038142.D
Acq On : 06 Oct 2023 19:37
Operator : JC/MD
Sample : VSTDCCC050
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 28 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
LabSampleId :
VSTDCCC050

Quant Time: Oct 07 04:30:19 2023
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X100523W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Thu Oct 05 15:27:13 2023
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
49	T	1,4-Dioxane	0.010	0.011	-10.0	86	0.00
50	S	Toluene-d8	1.377	1.434	-4.1	87	0.00
51	T	4-Methyl-2-Pentanone	0.608	0.653	-7.4	89	0.00
52	CM	Toluene	0.905	0.966	-6.7#	88	0.00
53	T	t-1,3-Dichloropropene	0.533	0.563	-5.6	82	0.00
54	T	cis-1,3-Dichloropropene	0.560	0.579	-3.4	82	0.00
55	T	1,1,2-Trichloroethane	0.387	0.414	-7.0	89	0.00
56	T	Ethyl methacrylate	0.594	0.635	-6.9	86	0.00
57	T	1,3-Dichloropropane	0.626	0.664	-6.1	87	0.00
58	T	2-Chloroethyl Vinyl ether	0.291	0.298	-2.4	84	0.00
59	T	2-Hexanone	0.488	0.527	-8.0	90	0.00
60	T	Dibromochloromethane	0.379	0.427	-12.7	89	0.00
61	T	1,2-Dibromoethane	0.419	0.463	-10.5	90	0.00
62	S	4-Bromofluorobenzene	0.522	0.580	-11.1	93	0.00
63	I	Chlorobenzene-d5	1.000	1.000	0.0	90	0.00
64	T	Tetrachloroethene	0.324	0.316	2.5	87	0.00
65	PM	Chlorobenzene	1.046	1.028	1.7	90	0.00
66	T	1,1,1,2-Tetrachloroethane	0.354	0.370	-4.5	89	0.00
67	C	Ethyl Benzene	1.868	1.871	-0.2#	89	0.00
68	T	m/p-Xylenes	0.722	0.733	-1.5	91	0.00
69	T	o-Xylene	0.705	0.711	-0.9	91	0.00
70	T	Styrene	1.148	1.224	-6.6	93	0.00
71	P	Bromoform	0.292	0.308	-5.5	90	0.00
72	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	94	0.00
73	T	Isopropylbenzene	3.353	3.292	1.8	91	0.00
74	T	N-amyl acetate	1.432	1.441	-0.6	89	0.00
75	P	1,1,2,2-Tetrachloroethane	1.230	1.250	-1.6	95	0.00
76	T	1,2,3-Trichloropropane	1.137	0.986	13.3	81	0.00
77	T	Bromobenzene	0.819	0.799	2.4	92	0.00
78	T	n-propylbenzene	4.100	3.981	2.9	91	0.00
79	T	2-Chlorotoluene	2.432	2.329	4.2	92	0.00
80	T	1,3,5-Trimethylbenzene	2.893	2.895	-0.1	92	0.00
81	T	trans-1,4-Dichloro-2-butene	0.356	0.329	7.6	82	0.00
82	T	4-Chlorotoluene	2.877	2.810	2.3	92	0.00
83	T	tert-Butylbenzene	2.827	2.838	-0.4	93	0.00
84	T	1,2,4-Trimethylbenzene	2.884	2.909	-0.9	92	0.00
85	T	sec-Butylbenzene	3.662	3.655	0.2	92	0.00
86	T	p-Isopropyltoluene	3.021	3.022	-0.0	92	0.00
87	T	1,3-Dichlorobenzene	1.644	1.563	4.9	91	0.00
88	T	1,4-Dichlorobenzene	1.679	1.620	3.5	94	0.00
89	T	n-Butylbenzene	3.009	2.890	4.0	89	0.00
90	T	Hexachloroethane	0.501	0.512	-2.2	90	0.00
91	T	1,2-Dichlorobenzene	1.581	1.553	1.8	94	0.00
92	T	1,2-Dibromo-3-Chloropropane	0.297	0.295	0.7	89	0.00
93	T	1,2,4-Trichlorobenzene	1.060	1.004	5.3	91	0.00
94	T	Hexachlorobutadiene	0.427	0.397	7.0	89	0.00
95	T	Naphthalene	3.692	3.503	5.1	90	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX100623\
Data File : VX038142.D
Acq On : 06 Oct 2023 19:37
Operator : JC/MD
Sample : VSTDCCC050
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 28 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
LabSampleId :
VSTDCCC050

Quant Time: Oct 07 04:30:19 2023
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X100523W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Thu Oct 05 15:27:13 2023
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

	Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
96 T	1,2,3-Trichlorobenzene	1.026	0.970	5.5	90	0.00

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 6