Quantitation Report (QT/LSC Reviewed)

Data Path : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_X\DATA\VX100719\
Data File : VX012846.D
Acq On : 07 Oct 2019 18:20
Operator : JC/SP
Sample : K5154-19
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 19 Sample Multiplier: 1

**Instrument :** MSVOA_X
**ClientSampleId :** MW-104D

Quant Time: Oct 08 12:21:18 2019
Quant Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_X\METHOD\82X092319W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Mon Sep 23 12:27:01 2019
Response via : Initial Calibration

| Internal Standards | R.T. | QIon | Response | Conc | Units | Dev(Min) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Pentafluorobenzene | 5.65 | 168 | 185304 | 50.00 | ug/l | 0.00 |
| 34) 1,4-Difluorobenzene | 6.85 | 114 | 314350 | 50.00 | ug/l | 0.00 |
| 63) Chlorobenzene-d5 | 10.11 | 117 | 269265 | 50.00 | ug/l | 0.00 |
| 72) 1,4-Dichlorobenzene-d4 | 12.07 | 152 | 111281 | 50.00 | ug/l | 0.00 |
| **System Monitoring Compounds** | | | | | | |
| 33) 1,2-Dichloroethane-d4 | 6.06 | 65 | 122583 | 45.43 | ug/l | 0.00 |
| Spiked Amount 50.000 | | | Recovery = 90.86% | | | |
| 35) Dibromofluoromethane | 5.49 | 113 | 94162 | 50.30 | ug/l | 0.00 |
| Spiked Amount 50.000 | | | Recovery = 100.60% | | | |
| 50) Toluene-d8 | 8.71 | 98 | 369478 | 51.25 | ug/l | 0.00 |
| Spiked Amount 50.000 | | | Recovery = 102.50% | | | |
| 62) 4-Bromofluorobenzene | 11.14 | 95 | 133363 | 47.04 | ug/l | 0.00 |
| Spiked Amount 50.000 | | | Recovery = 94.08% | | | |
| **Target Compounds** | | | | | | Qvalue |
| 16) Acetone | 2.43 | 43 | 3573 | 2.500 | ug/l # | 89 |

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Data Path : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_X\DATA\VX100719\
Data File : VX012846.D
Acq On : 07 Oct 2019 18:20
Operator : JC/SP
Sample : K5154-19
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 19 Sample Multiplier: 1

**Instrument :** MSVOA_X
**ClientSampleId :** MW-104D

Quant Time: Oct 08 12:21:18 2019
Quant Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_X\METHOD\82X092319W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Mon Sep 23 12:27:01 2019
Response via : Initial Calibration