Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_X\DATA\VX101518\
Data File : VX005352.D
Acq On : 15 Oct 2018 19:01
Operator : JC/MD
Sample : J5198-16
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 25 Sample Multiplier: 1

Instrument : MSVOA_X
ClientSampleId : CL-02-101218-C

Quant Time: Oct 16 05:25:26 2018
Quant Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_X\METHOD\82X101218W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Fri Oct 12 11:28:43 2018
Response via : Initial Calibration

Internal Standards	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
1) Pentafluorobenzene	5.67	168	260147	50.00	ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	6.87	114	392149	50.00	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	10.12	117	356351	50.00	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	12.08	152	168824	50.00	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	6.07	65	153884	53.30	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 106.60%			
35) Dibromofluoromethane	5.51	113	123139	47.41	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 94.82%			
50) Toluene-d8	8.71	98	461599	51.77	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 103.54%			
62) 4-Bromofluorobenzene	11.14	95	148045	44.20	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 88.40%			
Target Compounds						Qvalue
16) Acetone	2.45	43	19984	11.97	ug/l	99
18) Methyl Acetate	2.78	43	11086	2.33	ug/l	96
20) Methylene Chloride	2.85	84	831910	349.86	ug/l	96
25) 2-Butanone	4.71	43	2700	1.11	ug/l	98
43) Isopropyl Acetate	6.46	43	155004	23.82	ug/l	97
95) Naphthalene	13.83	128	321211	27.59	ug/l	99

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_X\DATA\VX101518\
Data File : VX005352.D
Acq On : 15 Oct 2018 19:01
Operator : JC/MD
Sample : J5198-16
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 25 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
CL-02-101218-C

Quant Time: Oct 16 05:25:26 2018
Quant Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_X\METHOD\82X101218W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Fri Oct 12 11:28:43 2018
Response via : Initial Calibration