Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX101722\
Data File : VX032170.D
Acq On : 17 Oct 2022 21:42
Operator : JC/MD
Sample : N5159-03
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 25 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
SB-34

Quant Time: Oct 18 04:27:27 2022
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X101722W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Tue Oct 18 04:18:35 2022
Response via : Initial Calibration

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
Internal Standards						
1) Pentafluorobenzene	5.556	168	130395	50.000	ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	6.763	114	190590	50.000	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	10.055	117	210337	50.000	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	12.024	152	96962	50.000	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	5.952	65	104185	50.166	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 74 - 125		Recovery = 100.340%			
35) Dibromofluoromethane	5.391	113	74229	57.080	ug/l	0.01
Spiked Amount 50.000	Range 75 - 124		Recovery = 114.160%			
50) Toluene-d8	8.647	98	230241	50.477	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 86 - 113		Recovery = 100.960%			
62) 4-Bromofluorobenzene	11.079	95	106559	61.358	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 83 - 123		Recovery = 122.720%			
Target Compounds						Qvalue
16) Acetone	2.386	43	17296	34.637	ug/l	100
20) Methylene Chloride	2.788	84	6550	4.266	ug/l	96
37) Ethyl Acetate	4.721	43	19271	10.207	ug/l #	88
43) Isopropyl Acetate	6.342	43	87817	30.866	ug/l	99
95) Naphthalene	13.780	128	6347	1.038	ug/l	97

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX101722\
Data File : VX032170.D
Acq On : 17 Oct 2022 21:42
Operator : JC/MD
Sample : N5159-03
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 25 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
SB-34

Quant Time: Oct 18 04:27:27 2022
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X101722W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Tue Oct 18 04:18:35 2022
Response via : Initial Calibration