Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX101922\
Data File : VX032239.D
Acq On : 20 Oct 2022 04:09
Operator : JC/MD
Sample : PB148361ZHE#05
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 46 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
PB148361ZHE#05

Quant Time: Oct 20 05:28:05 2022
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X101922W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Wed Oct 19 16:51:09 2022
Response via : Initial Calibration

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
Internal Standards						
1) Pentafluorobenzene	5.550	168	142311	50.000	ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	6.763	114	233159	50.000	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	10.055	117	211740	50.000	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	12.024	152	98132	50.000	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	5.952	65	97151	52.477	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 78 - 117		Recovery = 104.960%			
35) Dibromofluoromethane	5.385	113	72570	44.728	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 75 - 124		Recovery = 89.460%			
50) Toluene-d8	8.647	98	270126	46.251	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 92 - 112		Recovery = 92.500%			
62) 4-Bromofluorobenzene	11.079	95	98025	45.835	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 83 - 123		Recovery = 91.660%			
Target Compounds						Qvalue
16) Acetone	2.392	43	14137	23.531	ug/l	96
20) Methylene Chloride	2.794	84	7772	5.038	ug/l	97
37) Ethyl Acetate	4.721	43	17968	8.793	ug/l	100
43) Isopropyl Acetate	6.336	43	83687	26.093	ug/l	99

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX101922\
Data File : VX032239.D
Acq On : 20 Oct 2022 04:09
Operator : JC/MD
Sample : PB148361ZHE#05
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 46 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
PB148361ZHE#05

Quant Time: Oct 20 05:28:05 2022
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X101922W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Wed Oct 19 16:51:09 2022
Response via : Initial Calibration