Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX101922\
Data File : VX032246.D
Acq On : 20 Oct 2022 06:51
Operator : JC/MD
Sample : PB148361ZHE#12
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 53 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
PB148361ZHE#12

Quant Time: Oct 20 13:13:24 2022
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X101922W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Wed Oct 19 16:51:09 2022
Response via : Initial Calibration

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
Internal Standards						
1) Pentafluorobenzene	5.556	168	142236	50.000	ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	6.763	114	233420	50.000	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	10.055	117	212523	50.000	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	12.024	152	97478	50.000	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	5.952	65	103664	56.024	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 78 - 117		Recovery = 112.040%			
35) Dibromofluoromethane	5.385	113	77720	47.849	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 75 - 124		Recovery = 95.700%			
50) Toluene-d8	8.647	98	287417	49.157	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 92 - 112		Recovery = 98.320%			
62) 4-Bromofluorobenzene	11.079	95	104356	48.740	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 83 - 123		Recovery = 97.480%			
Target Compounds						Qvalue
16) Acetone	2.386	43	13800	22.982	ug/l	91
20) Methylene Chloride	2.794	84	7247	4.700	ug/l	91
37) Ethyl Acetate	4.715	43	17888	8.744	ug/l	97
43) Isopropyl Acetate	6.342	43	88940	27.700	ug/l	98

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX101922\
Data File : VX032246.D
Acq On : 20 Oct 2022 06:51
Operator : JC/MD
Sample : PB148361ZHE#12
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 53 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
PB148361ZHE#12

Quant Time: Oct 20 13:13:24 2022
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X101922W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Wed Oct 19 16:51:09 2022
Response via : Initial Calibration