Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_X\DATA\VX102220\
Data File : VX019031.D
Acq On : 22 Oct 2020 16:45
Operator : JC/SP
Sample : L4417-08
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 19 Sample Multiplier: 1

Instrument : MSVOA_X
ClientSampleId : MW-11

Quant Time: Oct 23 09:19:58 2020
Quant Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_X\METHOD\82X102120W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Thu Oct 22 17:51:42 2020
Response via : Initial Calibration

Internal Standards	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
1) Pentafluorobenzene	5.63	168	276442	50.00	ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	6.83	114	478018	50.00	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	10.10	117	461909	50.00	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	12.06	152	237493	50.00	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	6.03	65	169571	51.21	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 102.42%			
35) Dibromofluoromethane	5.46	113	148813	49.17	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 98.34%			
50) Toluene-d8	8.70	98	596098	51.61	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 103.22%			
62) 4-Bromofluorobenzene	11.12	95	219485	53.43	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 106.86%			
Target Compounds						Qvalue
16) Acetone	2.42	43	2457	2.178	ug/l	95

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_X\DATA\VX102220\
Data File : VX019031.D
Acq On : 22 Oct 2020 16:45
Operator : JC/SP
Sample : L4417-08
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 19 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
MW-11

Quant Time: Oct 23 09:19:58 2020
Quant Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_X\METHOD\82X102120W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Thu Oct 22 17:51:42 2020
Response via : Initial Calibration





#1
Pentafluorobenzene
Concen: 50.000 ug/l
RT: 5.63 min Scan# 745
Delta R.T. -0.00 min
Lab File: VX019031.D
Acq: 22 Oct 2020 16:45

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
MW-11

Tgt Ion:168 Resp: 276442

Ion	Ratio	Lower	Upper
168	100		
99	54.1	44.2	66.2





#16
Acetone
Concen: 2.178 ug/l
RT: 2.42 min Scan# 218
Delta R.T. -0.01 min
Lab File: VX019031.D
Acq: 22 Oct 2020 16:45

Tgt Ion: 43 Resp: 2457

Ion	Ratio	Lower	Upper
43	100		
58	32.9	28.6	42.8





#33
1,2-Dichloroethane-d4
Concen: 51.209 ug/l
RT: 6.03 min Scan# 811
Delta R.T. -0.00 min
Lab File: VX019031.D
Acq: 22 Oct 2020 16:45

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
MW-11

Tgt Ion: 65 Resp: 169571

Ion	Ratio	Lower	Upper
65	100		
67	52.5	0.0	107.0





#34
1,4-Difluorobenzene
Concen: 50.000 ug/l
RT: 6.83 min Scan# 942
Delta R.T. -0.00 min
Lab File: VX019031.D
Acq: 22 Oct 2020 16:45

Tgt Ion:114 Resp: 478018

Ion	Ratio	Lower	Upper
114	100		
63	19.3	0.0	36.8
88	15.9	0.0	30.2





#35
Dibromofluoromethane
Concen: 49.170 ug/l
RT: 5.46 min Scan# 718
Delta R.T. -0.01 min
Lab File: VX019031.D
Acq: 22 Oct 2020 16:45

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
MW-11

Tgt Ion:113 Resp: 148813

Ion	Ratio	Lower	Upper
113	100		
111	101.3	81.5	122.3
192	20.0	16.3	24.5





#50
Toluene-d8
Concen: 51.614 ug/l
RT: 8.70 min Scan# 1248
Delta R.T. -0.00 min
Lab File: VX019031.D
Acq: 22 Oct 2020 16:45

Tgt Ion: 98 Resp: 596098

Ion	Ratio	Lower	Upper
98	100		
100	64.8	52.1	78.1





#62
4-Bromofluorobenzene
Concen: 53.428 ug/l
RT: 11.12 min Scan# 1646
Delta R.T. -0.00 min
Lab File: VX019031.D
Acq: 22 Oct 2020 16:45

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
MW-11

Tgt Ion: 95 Resp: 219485

Ion	Ratio	Lower	Upper
95	100		
174	81.7	0.0	167.6
176	78.6	0.0	165.2





#63
Chlorobenzene-d5
Concen: 50.000 ug/l
RT: 10.10 min Scan# 1478
Delta R.T. -0.00 min
Lab File: VX019031.D
Acq: 22 Oct 2020 16:45

Tgt Ion:117 Resp: 461909

Ion	Ratio	Lower	Upper
117	100		
82	53.4	42.4	63.6
119	32.0	25.6	38.4





#72
1,4-Dichlorobenzene-d4
Concen: 50.000 ug/l
RT: 12.06 min Scan# 1800
Delta R.T. -0.00 min
Lab File: VX019031.D
Acq: 22 Oct 2020 16:45

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
MW-11

Tgt Ion:152 Resp: 237493

Ion	Ratio	Lower	Upper
152	100		
115	57.6	40.8	122.5
150	160.3	0.0	345.6