Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX102722\
Data File : VX032420.D
Acq On : 27 Oct 2022 11:41
Operator : JC/MD
Sample : VSTDCCC050
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
LabSampleId :
VSTDCCC050

Quant Time: Oct 28 07:11:41 2022
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X102622W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Thu Oct 27 08:28:06 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	Pentafluorobenzene	1.000	1.000	0.0	91	0.00
2	T	Dichlorodifluoromethane	0.577	0.647	-12.1	96	0.00
3	P	Chloromethane	0.488	0.528	-8.2	97	0.00
4	C	Vinyl Chloride	0.537	0.587	-9.3#	96	0.00
5	T	Bromomethane	0.429	0.511	-19.1	106	0.00
6	T	Chloroethane	0.360	0.371	-3.1	99	0.00
7	T	Trichlorofluoromethane	1.017	1.057	-3.9	95	0.00
8	T	Diethyl Ether	0.330	0.338	-2.4	95	0.00
9	T	1,1,2-Trichlorotrifluoroeth	0.537	0.562	-4.7	98	0.00
10	T	Methyl Iodide	0.558	0.627	-12.4	96	0.00
11	T	Tert butyl alcohol	0.101	0.092	8.9	84	0.01
12	CM	1,1-Dichloroethene	0.501	0.514	-2.6#	95	0.00
13	T	Acrolein	0.101	0.100	1.0	94	0.00
14	T	Allyl chloride	0.799	0.827	-3.5	94	0.00
15	T	Acrylonitrile	0.274	0.271	1.1	94	0.00
16	T	Acetone	0.253	0.235	7.1	92	0.00
17	T	Carbon Disulfide	1.194	1.307	-9.5	98	0.00
18	T	Methyl Acetate	0.821	0.817	0.5	92	0.00
19	T	Methyl tert-butyl Ether	1.762	1.745	1.0	94	0.00
20	T	Methylene Chloride	0.579	0.575	0.7	98	0.00
21	T	trans-1,2-Dichloroethene	0.546	0.556	-1.8	96	0.00
22	T	Diisopropyl ether	1.729	1.751	-1.3	96	0.00
23	T	Vinyl Acetate	1.397	1.430	-2.4	94	0.00
24	P	1,1-Dichloroethane	0.994	1.013	-1.9	95	0.00
25	T	2-Butanone	0.391	0.371	5.1	90	0.00
26	T	2,2-Dichloropropane	0.791	0.814	-2.9	94	0.00
27	T	cis-1,2-Dichloroethene	0.631	0.655	-3.8	95	0.00
28	T	Bromochloromethane	0.354	0.356	-0.6	99	0.00
29	T	Tetrahydrofuran	0.249	0.238	4.4	90	0.00
30	C	Chloroform	1.091	1.119	-2.6#	97	0.00
31	T	Cyclohexane	0.842	0.896	-6.4	96	0.00
32	T	1,1,1-Trichloroethane	0.979	1.007	-2.9	94	0.00
33	S	1,2-Dichloroethane-d4	0.695	0.670	3.6	93	0.00
34	I	1,4-Difluorobenzene	1.000	1.000	0.0	91	0.00
35	S	Dibromofluoromethane	0.357	0.357	0.0	93	0.00
36	T	1,1-Dichloropropene	0.497	0.521	-4.8	95	0.00
37	T	Ethyl Acetate	0.517	0.497	3.9	93	0.00
38	T	Carbon Tetrachloride	0.551	0.590	-7.1	96	0.00
39	T	Methylcyclohexane	0.588	0.651	-10.7	97	0.00
40	TM	Benzene	1.405	1.482	-5.5	96	0.00
41	T	Methacrylonitrile	0.263	0.270	-2.7	94	0.00
42	TM	1,2-Dichloroethane	0.575	0.603	-4.9	95	0.00
43	T	Isopropyl Acetate	0.794	0.816	-2.8	92	0.00
44	TM	Trichloroethene	0.396	0.411	-3.8	96	0.00
45	C	1,2-Dichloropropane	0.361	0.380	-5.3#	96	0.00
46	T	Dibromomethane	0.277	0.287	-3.6	95	0.00
47	T	Bromodichloromethane	0.524	0.561	-7.1	97	0.00
48	T	Methyl methacrylate	0.410	0.415	-1.2	91	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX102722\
Data File : VX032420.D
Acq On : 27 Oct 2022 11:41
Operator : JC/MD
Sample : VSTDCCC050
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
LabSampleId :
VSTDCCC050

Quant Time: Oct 28 07:11:41 2022
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X102622W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Thu Oct 27 08:28:06 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
49	T	1,4-Dioxane	0.008	0.008	0.0	86	0.00
50	S	Toluene-d8	1.240	1.233	0.6	92	0.00
51	T	4-Methyl-2-Pentanone	0.500	0.504	-0.8	91	0.00
52	CM	Toluene	0.917	0.971	-5.9#	95	0.00
53	T	t-1,3-Dichloropropene	0.535	0.580	-8.4	94	0.00
54	T	cis-1,3-Dichloropropene	0.572	0.623	-8.9	96	0.00
55	T	1,1,2-Trichloroethane	0.386	0.397	-2.8	96	0.00
56	T	Ethyl methacrylate	0.556	0.582	-4.7	91	0.00
57	T	1,3-Dichloropropane	0.624	0.647	-3.7	95	0.00
58	T	2-Chloroethyl Vinyl ether	0.268	0.291	-8.6	95	0.00
59	T	2-Hexanone	0.371	0.376	-1.3	90	0.00
60	T	Dibromochloromethane	0.422	0.444	-5.2	95	0.00
61	T	1,2-Dibromoethane	0.409	0.425	-3.9	94	0.00
62	S	4-Bromofluorobenzene	0.484	0.501	-3.5	93	0.00
63	I	Chlorobenzene-d5	1.000	1.000	0.0	91	0.00
64	T	Tetrachloroethene	0.366	0.379	-3.6	96	0.00
65	PM	Chlorobenzene	1.120	1.150	-2.7	96	0.00
66	T	1,1,1,2-Tetrachloroethane	0.422	0.437	-3.6	95	0.00
67	C	Ethyl Benzene	2.003	2.090	-4.3#	95	0.00
68	T	m/p-Xylenes	0.778	0.810	-4.1	94	0.00
69	T	o-Xylene	0.756	0.799	-5.7	96	0.00
70	T	Styrene	1.257	1.330	-5.8	95	0.00
71	P	Bromoform	0.333	0.346	-3.9	92	0.00
72	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	89	0.00
73	T	Isopropylbenzene	3.962	4.031	-1.7	95	0.00
74	T	N-amyl acetate	1.497	1.525	-1.9	91	0.00
75	P	1,1,2,2-Tetrachloroethane	1.272	1.236	2.8	92	0.00
76	T	1,2,3-Trichloropropane	1.112	1.133	-1.9	93	0.00
77	T	Bromobenzene	0.971	0.989	-1.9	97	0.00
78	T	n-propylbenzene	4.565	4.701	-3.0	95	0.00
79	T	2-Chlorotoluene	2.734	2.780	-1.7	95	0.00
80	T	1,3,5-Trimethylbenzene	3.386	3.557	-5.1	95	0.00
81	T	trans-1,4-Dichloro-2-butene	0.350	0.359	-2.6	91	0.00
82	T	4-Chlorotoluene	3.199	3.287	-2.8	95	0.00
83	T	tert-Butylbenzene	3.381	3.474	-2.8	94	0.00
84	T	1,2,4-Trimethylbenzene	3.368	3.488	-3.6	94	0.00
85	T	sec-Butylbenzene	4.068	4.317	-6.1	95	0.00
86	T	p-Isopropyltoluene	3.452	3.687	-6.8	95	0.00
87	T	1,3-Dichlorobenzene	1.832	1.870	-2.1	95	0.00
88	T	1,4-Dichlorobenzene	1.901	1.900	0.1	95	0.00
89	T	n-Butylbenzene	3.003	3.257	-8.5	96	0.00
90	T	Hexachloroethane	0.564	0.609	-8.0	97	0.00
91	T	1,2-Dichlorobenzene	1.807	1.846	-2.2	94	0.00
92	T	1,2-Dibromo-3-Chloropropane	0.279	0.276	1.1	88	0.00
93	T	1,2,4-Trichlorobenzene	1.178	1.202	-2.0	97	0.00
94	T	Hexachlorobutadiene	0.492	0.494	-0.4	96	0.00
95	T	Naphthalene	3.925	3.874	1.3	90	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX102722\
Data File : VX032420.D
Acq On : 27 Oct 2022 11:41
Operator : JC/MD
Sample : VSTDCCC050
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
LabSampleId :
VSTDCCC050

Quant Time: Oct 28 07:11:41 2022
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X102622W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Thu Oct 27 08:28:06 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

	Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
96 T	1,2,3-Trichlorobenzene	1.197	1.194	0.3	94	0.00

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 6