Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX110322\
Data File : VX032562.D
Acq On : 03 Nov 2022 17:47
Operator : JC/MD
Sample : VSTDCCC050
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 17 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
LabSampleId :
VSTDCCC050

Quant Time: Nov 04 06:20:04 2022
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X102622W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Thu Oct 27 08:28:06 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	Pentafluorobenzene	1.000	1.000	0.0	88	0.00
2	T	Dichlorodifluoromethane	0.577	0.591	-2.4	84	0.00
3	P	Chloromethane	0.488	0.469	3.9	82	0.00
4	C	Vinyl Chloride	0.537	0.531	1.1#	83	0.00
5	T	Bromomethane	0.429	0.443	-3.3	88	0.00
6	T	Chloroethane	0.360	0.354	1.7	91	0.00
7	T	Trichlorofluoromethane	1.017	1.008	0.9	87	0.00
8	T	Diethyl Ether	0.330	0.324	1.8	88	0.00
9	T	1,1,2-Trichlorotrifluoroeth	0.537	0.531	1.1	89	0.00
10	T	Methyl Iodide	0.558	0.670	-20.1	98	0.00
11	T	Tert butyl alcohol	0.101	0.101	0.0	88	0.00
12	CM	1,1-Dichloroethene	0.501	0.479	4.4#	85	0.00
13	T	Acrolein	0.101	0.099	2.0	90	0.00
14	T	Allyl chloride	0.799	0.812	-1.6	89	0.00
15	T	Acrylonitrile	0.274	0.266	2.9	89	0.00
16	T	Acetone	0.253	0.241	4.7	91	0.00
17	T	Carbon Disulfide	1.194	1.070	10.4	77	0.00
18	T	Methyl Acetate	0.821	0.856	-4.3	93	0.00
19	T	Methyl tert-butyl Ether	1.762	1.776	-0.8	92	0.00
20	T	Methylene Chloride	0.579	0.562	2.9	92	0.00
21	T	trans-1,2-Dichloroethene	0.546	0.520	4.8	86	0.00
22	T	Diisopropyl ether	1.729	1.765	-2.1	93	0.00
23	T	Vinyl Acetate	1.397	1.418	-1.5	90	0.00
24	P	1,1-Dichloroethane	0.994	1.003	-0.9	90	0.00
25	T	2-Butanone	0.391	0.372	4.9	87	0.00
26	T	2,2-Dichloropropane	0.791	0.811	-2.5	90	0.00
27	T	cis-1,2-Dichloroethene	0.631	0.643	-1.9	90	0.00
28	T	Bromochloromethane	0.354	0.341	3.7	90	0.00
29	T	Tetrahydrofuran	0.249	0.240	3.6	87	0.00
30	C	Chloroform	1.091	1.117	-2.4#	93	0.00
31	T	Cyclohexane	0.842	0.815	3.2	84	0.00
32	T	1,1,1-Trichloroethane	0.979	0.998	-1.9	90	0.00
33	S	1,2-Dichloroethane-d4	0.695	0.685	1.4	91	0.00
34	I	1,4-Difluorobenzene	1.000	1.000	0.0	88	0.00
35	S	Dibromofluoromethane	0.357	0.353	1.1	90	0.00
36	T	1,1-Dichloropropene	0.497	0.487	2.0	87	0.00
37	T	Ethyl Acetate	0.517	0.490	5.2	90	0.00
38	T	Carbon Tetrachloride	0.551	0.561	-1.8	89	0.00
39	T	Methylcyclohexane	0.588	0.571	2.9	83	0.00
40	TM	Benzene	1.405	1.389	1.1	87	0.00
41	T	Methacrylonitrile	0.263	0.269	-2.3	91	0.00
42	TM	1,2-Dichloroethane	0.575	0.586	-1.9	91	0.00
43	T	Isopropyl Acetate	0.794	0.809	-1.9	89	0.00
44	TM	Trichloroethene	0.396	0.387	2.3	88	0.00
45	C	1,2-Dichloropropane	0.361	0.360	0.3#	89	0.00
46	T	Dibromomethane	0.277	0.272	1.8	88	0.00
47	T	Bromodichloromethane	0.524	0.540	-3.1	91	0.00
48	T	Methyl methacrylate	0.410	0.407	0.7	87	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX110322\
Data File : VX032562.D
Acq On : 03 Nov 2022 17:47
Operator : JC/MD
Sample : VSTDCCC050
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 17 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
LabSampleId :
VSTDCCC050

Quant Time: Nov 04 06:20:04 2022
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X102622W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Thu Oct 27 08:28:06 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
49	T	1,4-Dioxane	0.008	0.007	12.5	80	0.00
50	S	Toluene-d8	1.240	1.190	4.0	86	0.00
51	T	4-Methyl-2-Pentanone	0.500	0.501	-0.2	88	0.00
52	CM	Toluene	0.917	0.910	0.8#	87	0.00
53	T	t-1,3-Dichloropropene	0.535	0.568	-6.2	90	0.00
54	T	cis-1,3-Dichloropropene	0.572	0.599	-4.7	90	0.00
55	T	1,1,2-Trichloroethane	0.386	0.392	-1.6	93	0.00
56	T	Ethyl methacrylate	0.556	0.600	-7.9	92	0.00
57	T	1,3-Dichloropropane	0.624	0.633	-1.4	91	0.00
58	T	2-Chloroethyl Vinyl ether	0.268	0.270	-0.7	86	0.00
59	T	2-Hexanone	0.371	0.382	-3.0	89	0.00
60	T	Dibromochloromethane	0.422	0.437	-3.6	91	0.00
61	T	1,2-Dibromoethane	0.409	0.416	-1.7	90	0.00
62	S	4-Bromofluorobenzene	0.484	0.490	-1.2	89	0.00
63	I	Chlorobenzene-d5	1.000	1.000	0.0	90	0.00
64	T	Tetrachloroethene	0.366	0.359	1.9	89	0.00
65	PM	Chlorobenzene	1.120	1.097	2.1	90	0.00
66	T	1,1,1,2-Tetrachloroethane	0.422	0.428	-1.4	92	0.00
67	C	Ethyl Benzene	2.003	2.023	-1.0#	90	0.00
68	T	m/p-Xylenes	0.778	0.788	-1.3	90	0.00
69	T	o-Xylene	0.756	0.772	-2.1	91	0.00
70	T	Styrene	1.257	1.295	-3.0	91	0.00
71	P	Bromoform	0.333	0.342	-2.7	89	0.00
72	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	91	0.00
73	T	Isopropylbenzene	3.962	3.732	5.8	90	0.00
74	T	N-amyl acetate	1.497	1.509	-0.8	92	0.00
75	P	1,1,2,2-Tetrachloroethane	1.272	1.192	6.3	90	0.00
76	T	1,2,3-Trichloropropane	1.112	1.068	4.0	89	0.00
77	T	Bromobenzene	0.971	0.911	6.2	91	0.00
78	T	n-propylbenzene	4.565	4.356	4.6	90	0.00
79	T	2-Chlorotoluene	2.734	2.608	4.6	90	0.00
80	T	1,3,5-Trimethylbenzene	3.386	3.278	3.2	89	0.00
81	T	trans-1,4-Dichloro-2-butene	0.350	0.346	1.1	90	0.00
82	T	4-Chlorotoluene	3.199	3.093	3.3	91	0.00
83	T	tert-Butylbenzene	3.381	3.271	3.3	91	0.00
84	T	1,2,4-Trimethylbenzene	3.368	3.284	2.5	90	0.00
85	T	sec-Butylbenzene	4.068	3.981	2.1	90	0.00
86	T	p-Isopropyltoluene	3.452	3.439	0.4	90	0.00
87	T	1,3-Dichlorobenzene	1.832	1.768	3.5	92	0.00
88	T	1,4-Dichlorobenzene	1.901	1.805	5.0	92	0.00
89	T	n-Butylbenzene	3.003	3.046	-1.4	91	0.00
90	T	Hexachloroethane	0.564	0.560	0.7	91	0.00
91	T	1,2-Dichlorobenzene	1.807	1.768	2.2	92	0.00
92	T	1,2-Dibromo-3-Chloropropane	0.279	0.269	3.6	88	0.00
93	T	1,2,4-Trichlorobenzene	1.178	1.149	2.5	94	0.00
94	T	Hexachlorobutadiene	0.492	0.460	6.5	91	0.00
95	T	Naphthalene	3.925	3.806	3.0	90	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX110322\
Data File : VX032562.D
Acq On : 03 Nov 2022 17:47
Operator : JC/MD
Sample : VSTDCCC050
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 17 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
LabSampleId :
VSTDCCC050

Quant Time: Nov 04 06:20:04 2022
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X102622W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Thu Oct 27 08:28:06 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

	Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
96 T	1,2,3-Trichlorobenzene	1.197	1.133	5.3	91	0.00

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 6