Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX110922\
Data File : VX032705.D
Acq On : 10 Nov 2022 04:32
Operator : JC/MD
Sample : N5506-02
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 40 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
TP-5

Quant Time: Nov 10 05:21:12 2022
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X102622W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Thu Oct 27 08:28:06 2022
Response via : Initial Calibration

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
Internal Standards						
1) Pentafluorobenzene	5.550	168	119442	50.000	ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	6.763	114	203081	50.000	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	10.055	117	184249	50.000	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	12.024	152	86205	50.000	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	5.958	65	86734	52.261	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 78 - 117		Recovery = 104.520%			
35) Dibromofluoromethane	5.385	113	67348	46.492	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 75 - 124		Recovery = 92.980%			
50) Toluene-d8	8.647	98	250951	49.821	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 92 - 112		Recovery = 99.640%			
62) 4-Bromofluorobenzene	11.079	95	97087	49.343	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 83 - 123		Recovery = 98.680%			
Target Compounds						Qvalue
16) Acetone	2.392	43	7777	12.893	ug/l	92
20) Methylene Chloride	2.794	84	5343	3.863	ug/l	93
37) Ethyl Acetate	4.721	43	14815	7.056	ug/l	98
43) Isopropyl Acetate	6.342	43	68557	21.265	ug/l	100

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX110922\
Data File : VX032705.D
Acq On : 10 Nov 2022 04:32
Operator : JC/MD
Sample : N5506-02
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 40 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
TP-5

Quant Time: Nov 10 05:21:12 2022
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X102622W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Thu Oct 27 08:28:06 2022
Response via : Initial Calibration