Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX111023\
Data File : VX038718.D
Acq On : 10 Nov 2023 10:35
Operator : JC/MD
Sample : VSTDCCC050
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
LabSampleId :
VSTDCCC050

Quant Time: Nov 11 01:49:26 2023
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X110723W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Wed Nov 08 03:19:07 2023
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	Pentafluorobenzene	1.000	1.000	0.0	97	0.00
2	T	Dichlorodifluoromethane	0.519	0.538	-3.7	97	0.00
3	P	Chloromethane	0.449	0.407	9.4	92	0.00
4	C	Vinyl Chloride	0.478	0.470	1.7#	95	0.00
5	T	Bromomethane	0.369	0.340	7.9	85	0.00
6	T	Chloroethane	0.303	0.292	3.6	95	0.00
7	T	Trichlorofluoromethane	0.824	0.870	-5.6	102	0.00
8	T	Diethyl Ether	0.283	0.277	2.1	98	0.00
9	T	1,1,2-Trichlorotrifluoroeth	0.487	0.509	-4.5	102	0.00
10	T	Methyl Iodide	0.601	0.656	-9.2	101	0.00
11	T	Tert butyl alcohol	0.127	0.124	2.4	102	0.00
12	CM	1,1-Dichloroethene	0.467	0.468	-0.2#	98	0.00
13	T	Acrolein	0.096	0.085	11.5	90	0.00
14	T	Allyl chloride	0.668	0.633	5.2	94	0.00
15	T	Acrylonitrile	0.269	0.266	1.1	96	0.00
16	T	Acetone	0.262	0.314	-19.8	123	0.00
17	T	Carbon Disulfide	1.240	1.167	5.9	91	0.00
18	T	Methyl Acetate	1.117	1.084	3.0	94	0.00
19	T	Methyl tert-butyl Ether	1.492	1.496	-0.3	96	0.00
20	T	Methylene Chloride	0.528	0.515	2.5	98	0.00
21	T	trans-1,2-Dichloroethene	0.508	0.510	-0.4	98	0.00
22	T	Diisopropyl ether	1.260	1.239	1.7	94	0.00
23	T	Vinyl Acetate	0.894	0.893	0.1	94	0.00
24	P	1,1-Dichloroethane	0.833	0.814	2.3	95	0.00
25	T	2-Butanone	0.380	0.396	-4.2	103	0.00
26	T	2,2-Dichloropropane	0.728	0.718	1.4	97	0.00
27	T	cis-1,2-Dichloroethene	0.587	0.587	0.0	97	0.00
28	T	Bromochloromethane	0.375	0.385	-2.7	100	0.00
29	T	Tetrahydrofuran	0.236	0.226	4.2	93	0.00
30	C	Chloroform	0.978	0.944	3.5#	97	0.00
31	T	Cyclohexane	0.689	0.676	1.9	95	-0.01
32	T	1,1,1-Trichloroethane	0.861	0.868	-0.8	98	0.00
33	S	1,2-Dichloroethane-d4	0.622	0.590	5.1	96	0.00
34	I	1,4-Difluorobenzene	1.000	1.000	0.0	95	0.00
35	S	Dibromofluoromethane	0.360	0.367	-1.9	99	0.00
36	T	1,1-Dichloropropene	0.447	0.453	-1.3	98	0.00
37	T	Ethyl Acetate	0.457	0.441	3.5	92	0.00
38	T	Carbon Tetrachloride	0.500	0.522	-4.4	99	0.00
39	T	Methylcyclohexane	0.559	0.575	-2.9	99	0.00
40	TM	Benzene	1.288	1.295	-0.5	97	0.00
41	T	Methacrylonitrile	0.233	0.232	0.4	94	0.00
42	TM	1,2-Dichloroethane	0.465	0.468	-0.6	95	0.00
43	T	Isopropyl Acetate	0.702	0.681	3.0	92	0.00
44	TM	Trichloroethene	0.401	0.413	-3.0	98	0.00
45	C	1,2-Dichloropropane	0.311	0.313	-0.6#	96	0.00
46	T	Dibromomethane	0.260	0.261	-0.4	94	0.00
47	T	Bromodichloromethane	0.490	0.488	0.4	97	0.00
48	T	Methyl methacrylate	0.338	0.338	0.0	93	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX111023\
Data File : VX038718.D
Acq On : 10 Nov 2023 10:35
Operator : JC/MD
Sample : VSTDCCC050
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
LabSampleId :
VSTDCCC050

Quant Time: Nov 11 01:49:26 2023
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X110723W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Wed Nov 08 03:19:07 2023
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
49	T	1,4-Dioxane	0.008	0.008	0.0	104	0.00
50	S	Toluene-d8	1.289	1.295	-0.5	98	0.00
51	T	4-Methyl-2-Pentanone	0.457	0.459	-0.4	94	0.00
52	CM	Toluene	0.844	0.869	-3.0#	97	0.00
53	T	t-1,3-Dichloropropene	0.499	0.518	-3.8	96	0.00
54	T	cis-1,3-Dichloropropene	0.526	0.548	-4.2	96	0.00
55	T	1,1,2-Trichloroethane	0.358	0.372	-3.9	97	0.00
56	T	Ethyl methacrylate	0.501	0.533	-6.4	96	0.00
57	T	1,3-Dichloropropane	0.558	0.572	-2.5	98	0.00
58	T	2-Chloroethyl Vinyl ether	0.246	0.250	-1.6	92	0.00
59	T	2-Hexanone	0.370	0.379	-2.4	97	0.00
60	T	Dibromochloromethane	0.402	0.424	-5.5	99	0.00
61	T	1,2-Dibromoethane	0.402	0.419	-4.2	98	0.00
62	S	4-Bromofluorobenzene	0.500	0.521	-4.2	101	0.00
63	I	Chlorobenzene-d5	1.000	1.000	0.0	95	0.00
64	T	Tetrachloroethene	0.374	0.376	-0.5	99	0.00
65	PM	Chlorobenzene	1.018	1.065	-4.6	100	0.00
66	T	1,1,1,2-Tetrachloroethane	0.383	0.405	-5.7	99	0.00
67	C	Ethyl Benzene	1.722	1.800	-4.5#	99	0.00
68	T	m/p-Xylenes	0.683	0.723	-5.9	99	0.00
69	T	o-Xylene	0.665	0.701	-5.4	99	0.00
70	T	Styrene	1.097	1.175	-7.1	99	0.00
71	P	Bromoform	0.338	0.359	-6.2	99	0.00
72	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	98	0.00
73	T	Isopropylbenzene	3.067	3.125	-1.9	100	0.00
74	T	N-amyl acetate	1.066	1.057	0.8	94	0.00
75	P	1,1,2,2-Tetrachloroethane	1.060	1.046	1.3	98	0.00
76	T	1,2,3-Trichloropropane	0.990	0.995	-0.5	99	0.00
77	T	Bromobenzene	0.842	0.844	-0.2	100	0.00
78	T	n-propylbenzene	3.570	3.641	-2.0	99	0.00
79	T	2-Chlorotoluene	2.137	2.153	-0.7	100	0.00
80	T	1,3,5-Trimethylbenzene	2.640	2.725	-3.2	99	0.00
81	T	trans-1,4-Dichloro-2-butene	0.318	0.305	4.1	94	0.00
82	T	4-Chlorotoluene	2.497	2.543	-1.8	99	0.00
83	T	tert-Butylbenzene	2.675	2.743	-2.5	98	0.00
84	T	1,2,4-Trimethylbenzene	2.618	2.747	-4.9	101	0.00
85	T	sec-Butylbenzene	3.338	3.422	-2.5	100	0.00
86	T	p-Isopropyltoluene	2.844	2.985	-5.0	101	0.00
87	T	1,3-Dichlorobenzene	1.610	1.629	-1.2	101	0.00
88	T	1,4-Dichlorobenzene	1.654	1.652	0.1	101	0.00
89	T	n-Butylbenzene	2.530	2.617	-3.4	101	0.00
90	T	Hexachloroethane	0.482	0.507	-5.2	101	0.00
91	T	1,2-Dichlorobenzene	1.572	1.618	-2.9	102	0.00
92	T	1,2-Dibromo-3-Chloropropane	0.267	0.267	0.0	98	0.00
93	T	1,2,4-Trichlorobenzene	1.124	1.188	-5.7	104	0.00
94	T	Hexachlorobutadiene	0.485	0.512	-5.6	108	0.00
95	T	Naphthalene	3.391	3.558	-4.9	101	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX111023\
Data File : VX038718.D
Acq On : 10 Nov 2023 10:35
Operator : JC/MD
Sample : VSTDCCC050
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
LabSampleId :
VSTDCCC050

Quant Time: Nov 11 01:49:26 2023
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X110723W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Wed Nov 08 03:19:07 2023
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

	Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
96 T	1,2,3-Trichlorobenzene	1.108	1.131	-2.1	102	0.00

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 6