Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_X\DATA\VX111918\
Data File : VX006091.D
Acq On : 19 Nov 2018 15:14
Operator : JC/MD
Sample : J5950-02ME
Misc : 6.15g/10mL/100uL/5.00ml/MSVOA_X/MEOH
ALS Vial : 14 Sample Multiplier: 1

**Instrument :** MSVOA_X
**ClientSampleId :** SSI-04ME

Quant Time: Nov 20 11:28:18 2018
Quant Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_X\METHOD\82X110718W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Wed Nov 07 14:40:53 2018
Response via : Initial Calibration

| Internal Standards | R.T. | QIon | Response | Conc | Units | Dev(Min) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Pentafluorobenzene | 5.66 | 168 | 140928 | 50.00 | ug/l | 0.00 |
| 34) 1,4-Difluorobenzene | 6.85 | 114 | 200231 | 50.00 | ug/l | 0.00 |
| 63) Chlorobenzene-d5 | 10.12 | 117 | 161743 | 50.00 | ug/l | 0.00 |
| 72) 1,4-Dichlorobenzene-d4 | 12.08 | 152 | 87889 | 50.00 | ug/l | 0.00 |
| **System Monitoring Compounds** | | | | | | |
| 33) 1,2-Dichloroethane-d4 | 6.07 | 65 | 76458 | 47.19 | ug/l | 0.00 |
| Spiked Amount 50.000 | | | Recovery = 94.38% | | | |
| 35) Dibromofluoromethane | 5.51 | 113 | 63190 | 46.40 | ug/l | 0.00 |
| Spiked Amount 50.000 | | | Recovery = 92.80% | | | |
| 50) Toluene-d8 | 8.71 | 98 | 211446 | 46.70 | ug/l | 0.00 |
| Spiked Amount 50.000 | | | Recovery = 93.40% | | | |
| 62) 4-Bromofluorobenzene | 11.14 | 95 | 78466 | 48.20 | ug/l | 0.00 |
| Spiked Amount 50.000 | | | Recovery = 96.40% | | | |

| Target Compounds | Qvalue |
|---|---|

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_X\DATA\VX111918\
Data File : VX006091.D
Acq On : 19 Nov 2018 15:14
Operator : JC/MD
Sample : J5950-02ME
Misc : 6.15g/10mL/100uL/5.00ml/MSVOA_X/MEOH
ALS Vial : 14 Sample Multiplier: 1

**Instrument :**
MSVOA_X
**ClientSampleId :**
SSI-04ME

Quant Time: Nov 20 11:28:18 2018
Quant Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_X\METHOD\82X110718W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Wed Nov 07 14:40:53 2018
Response via : Initial Calibration