Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_X\DATA\VX112120\
Data File : VX019529.D
Acq On : 21 Nov 2020 05:54
Operator : JC/MD
Sample : L4778-06
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 48 Sample Multiplier: 1

Instrument : MSVOA_X
ClientSampleId : VNJ-223

Quant Time: Nov 21 08:02:49 2020
Quant Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_X\METHOD\82X112120W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Sat Nov 21 01:57:45 2020
Response via : Initial Calibration

Internal Standards	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
1) Pentafluorobenzene	5.63	168	339602	50.00	ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	6.83	114	551230	50.00	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	10.10	117	482685	50.00	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	12.06	152	221564	50.00	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	6.03	65	201703	45.81	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 61 - 141		Recovery = 91.62%			
35) Dibromofluoromethane	5.46	113	163312	47.20	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 69 - 133		Recovery = 94.40%			
50) Toluene-d8	8.70	98	651494	48.45	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 65 - 126		Recovery = 96.90%			
62) 4-Bromofluorobenzene	11.12	95	233933	48.36	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 58 - 135		Recovery = 96.72%			
Target Compounds						Qvalue
16) Acetone	2.43	43	29244	17.174	ug/l	93
18) Methyl Acetate	2.75	43	2363	1.193	ug/l	95
20) Methylene Chloride	2.83	84	17970	4.222	ug/l	97
43) Isopropyl Acetate	6.42	43	32369	3.969	ug/l	99
64) Tetrachloroethene	9.32	164	3882	1.023	ug/l	93

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA X\DATA\VX112120\
Data File : VX019529.D
Acq On : 21 Nov 2020 05:54
Operator : JC/MD
Sample : L4778-06
Misc : 5.0mL/MSVOA X/WATER
ALS Vial : 48 Sample Multiplier: 1

Instrument : MSVOA_X
ClientSampleId : VNJ-223

Quant Time: Nov 21 08:02:49 2020
Quant Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_X\METHOD\82X112120W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Sat Nov 21 01:57:45 2020
Response via : Initial Calibration