Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX112822\
Data File : VX033082.D
Acq On : 28 Nov 2022 11:14
Operator : JC/MD
Sample : VX1128WBL01
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 4 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
VX1128WBL01

Quant Time: Nov 29 01:42:22 2022
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X112222W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Tue Nov 22 13:58:46 2022
Response via : Initial Calibration

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
Internal Standards						
1) Pentafluorobenzene	5.556	168	145106	50.000	ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	6.763	114	229404	50.000	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	10.055	117	200794	50.000	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	12.024	152	91869	50.000	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	5.958	65	76041	53.872	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 78 - 117		Recovery = 107.740%			
35) Dibromofluoromethane	5.391	113	58898	45.541	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 75 - 124		Recovery = 91.080%			
50) Toluene-d8	8.647	98	202290	52.075	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 92 - 112		Recovery = 104.140%			
62) 4-Bromofluorobenzene	11.079	95	73581	43.312	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 83 - 123		Recovery = 86.620%			
Target Compounds						Qvalue

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX112822\
Data File : VX033082.D
Acq On : 28 Nov 2022 11:14
Operator : JC/MD
Sample : VX1128WBL01
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 4 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
VX1128WBL01

Quant Time: Nov 29 01:42:22 2022
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X112222W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Tue Nov 22 13:58:46 2022
Response via : Initial Calibration