Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX113022\
Data File : VX033145.D
Acq On : 30 Nov 2022 20:19
Operator : JC/MD
Sample : VSTDCCC050
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 26 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
LabSampleId :
VSTDCCC050

Quant Time: Dec 01 00:26:00 2022
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X112222W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Tue Nov 22 13:58:46 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	Pentafluorobenzene	1.000	1.000	0.0	105	0.00
2	T	Dichlorodifluoromethane	0.382	0.332	13.1	95	0.00
3	P	Chloromethane	0.412	0.367	10.9	100	0.00
4	C	Vinyl Chloride	0.459	0.422	8.1#	100	0.00
5	T	Bromomethane	0.340	0.245	27.9#	81	0.01
6	T	Chloroethane	0.374	0.342	8.6	95	0.00
7	T	Trichlorofluoromethane	0.891	0.867	2.7	105	0.00
8	T	Diethyl Ether	0.281	0.299	-6.4	115	0.00
9	T	1,1,2-Trichlorotrifluoroeth	0.468	0.470	-0.4	106	0.00
10	T	Methyl Iodide	0.536	0.398	25.7#	73	0.00
11	T	Tert butyl alcohol	0.077	0.090	-16.9	123	0.05
12	CM	1,1-Dichloroethene	0.436	0.441	-1.1#	107	0.00
13	T	Acrolein	0.089	0.107	-20.2	133	0.00
14	T	Allyl chloride	0.704	0.708	-0.6	105	0.00
15	T	Acrylonitrile	0.218	0.233	-6.9	115	0.00
16	T	Acetone	0.227	0.198	12.8	92	0.02
17	T	Carbon Disulfide	1.205	1.015	15.8	93	0.00
18	T	Methyl Acetate	0.629	0.675	-7.3	117	0.00
19	T	Methyl tert-butyl Ether	1.513	1.632	-7.9	112	0.00
20	T	Methylene Chloride	0.548	0.496	9.5	107	0.00
21	T	trans-1,2-Dichloroethene	0.499	0.487	2.4	105	0.00
22	T	Diisopropyl ether	1.534	1.641	-7.0	108	0.00
23	T	Vinyl Acetate	1.201	1.280	-6.6	107	0.00
24	P	1,1-Dichloroethane	0.878	0.904	-3.0	110	0.00
25	T	2-Butanone	0.314	0.316	-0.6	106	0.01
26	T	2,2-Dichloropropane	0.706	0.700	0.8	102	0.00
27	T	cis-1,2-Dichloroethene	0.567	0.590	-4.1	107	0.00
28	T	Bromochloromethane	0.386	0.390	-1.0	104	0.00
29	T	Tetrahydrofuran	0.199	0.208	-4.5	112	0.01
30	C	Chloroform	0.983	1.030	-4.8#	108	0.00
31	T	Cyclohexane	0.789	0.775	1.8	102	0.00
32	T	1,1,1-Trichloroethane	0.880	0.925	-5.1	107	0.00
33	S	1,2-Dichloroethane-d4	0.539	0.471	12.6	102	0.00
34	I	1,4-Difluorobenzene	1.000	1.000	0.0	109	0.00
35	S	Dibromofluoromethane	0.282	0.255	9.6	104	0.00
36	T	1,1-Dichloropropene	0.451	0.440	2.4	104	0.00
37	T	Ethyl Acetate	0.393	0.411	-4.6	111	0.00
38	T	Carbon Tetrachloride	0.500	0.498	0.4	106	0.00
39	T	Methylcyclohexane	0.514	0.489	4.9	101	0.00
40	TM	Benzene	1.264	1.263	0.1	106	0.00
41	T	Methacrylonitrile	0.221	0.238	-7.7	114	0.00
42	TM	1,2-Dichloroethane	0.509	0.516	-1.4	107	0.00
43	T	Isopropyl Acetate	0.650	0.687	-5.7	111	0.00
44	TM	Trichloroethene	0.355	0.354	0.3	105	0.00
45	C	1,2-Dichloropropane	0.312	0.327	-4.8#	109	0.00
46	T	Dibromomethane	0.244	0.246	-0.8	108	0.00
47	T	Bromodichloromethane	0.471	0.491	-4.2	108	0.00
48	T	Methyl methacrylate	0.335	0.351	-4.8	111	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX113022\
Data File : VX033145.D
Acq On : 30 Nov 2022 20:19
Operator : JC/MD
Sample : VSTDCCC050
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 26 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
LabSampleId :
VSTDCCC050

Quant Time: Dec 01 00:26:00 2022
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X112222W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Tue Nov 22 13:58:46 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
49	T	1,4-Dioxane	0.006	0.007	-16.7	127	0.06
50	S	Toluene-d8	0.915	0.775	15.3	101	0.00
51	T	4-Methyl-2-Pentanone	0.401	0.427	-6.5	111	0.00
52	CM	Toluene	0.831	0.850	-2.3#	107	0.00
53	T	t-1,3-Dichloropropene	0.462	0.499	-8.0	105	0.00
54	T	cis-1,3-Dichloropropene	0.508	0.535	-5.3	107	0.00
55	T	1,1,2-Trichloroethane	0.338	0.348	-3.0	110	0.00
56	T	Ethyl methacrylate	0.466	0.517	-10.9	110	0.00
57	T	1,3-Dichloropropane	0.546	0.566	-3.7	109	0.00
58	T	2-Chloroethyl Vinyl ether	0.221	0.240	-8.6	114	0.00
59	T	2-Hexanone	0.296	0.314	-6.1	108	0.00
60	T	Dibromochloromethane	0.364	0.389	-6.9	107	0.00
61	T	1,2-Dibromoethane	0.357	0.372	-4.2	108	0.00
62	S	4-Bromofluorobenzene	0.370	0.338	8.6	101	0.00
63	I	Chlorobenzene-d5	1.000	1.000	0.0	108	0.00
64	T	Tetrachloroethene	0.354	0.334	5.6	103	0.00
65	PM	Chlorobenzene	0.997	1.008	-1.1	107	0.00
66	T	1,1,1,2-Tetrachloroethane	0.365	0.390	-6.8	110	0.00
67	C	Ethyl Benzene	1.768	1.862	-5.3#	107	0.00
68	T	m/p-Xylenes	0.692	0.712	-2.9	105	0.00
69	T	o-Xylene	0.670	0.698	-4.2	106	0.00
70	T	Styrene	1.096	1.161	-5.9	104	0.00
71	P	Bromoform	0.280	0.298	-6.4	106	0.00
72	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	103	0.00
73	T	Isopropylbenzene	3.573	3.656	-2.3	106	0.00
74	T	N-amyl acetate	1.215	1.326	-9.1	107	0.00
75	P	1,1,2,2-Tetrachloroethane	1.078	1.105	-2.5	108	0.00
76	T	1,2,3-Trichloropropane	0.947	0.987	-4.2	109	0.00
77	T	Bromobenzene	0.879	0.891	-1.4	106	0.00
78	T	n-propylbenzene	4.085	4.190	-2.6	104	0.00
79	T	2-Chlorotoluene	2.481	2.508	-1.1	105	0.00
80	T	1,3,5-Trimethylbenzene	3.002	3.065	-2.1	103	0.00
81	T	trans-1,4-Dichloro-2-butene	0.291	0.271	6.9	93	0.00
82	T	4-Chlorotoluene	2.908	2.914	-0.2	103	0.00
83	T	tert-Butylbenzene	2.988	3.099	-3.7	105	0.00
84	T	1,2,4-Trimethylbenzene	2.993	3.078	-2.8	103	0.00
85	T	sec-Butylbenzene	3.574	3.684	-3.1	103	0.00
86	T	p-Isopropyltoluene	3.028	3.131	-3.4	103	0.00
87	T	1,3-Dichlorobenzene	1.648	1.644	0.2	105	0.00
88	T	1,4-Dichlorobenzene	1.688	1.657	1.8	102	0.00
89	T	n-Butylbenzene	2.609	2.639	-1.1	100	0.00
90	T	Hexachloroethane	0.498	0.494	0.8	101	0.00
91	T	1,2-Dichlorobenzene	1.603	1.616	-0.8	104	0.00
92	T	1,2-Dibromo-3-Chloropropane	0.215	0.230	-7.0	106	0.00
93	T	1,2,4-Trichlorobenzene	0.988	0.997	-0.9	104	0.00
94	T	Hexachlorobutadiene	0.436	0.400	8.3	100	0.00
95	T	Naphthalene	3.197	3.421	-7.0	109	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX113022\
Data File : VX033145.D
Acq On : 30 Nov 2022 20:19
Operator : JC/MD
Sample : VSTDCCC050
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 26 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
LabSampleId :
VSTDCCC050

Quant Time: Dec 01 00:26:00 2022
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X112222W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Tue Nov 22 13:58:46 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

	Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
96 T	1,2,3-Trichlorobenzene	0.991	1.003	-1.2	104	0.00

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 6