BFB

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX113022\
Data File : VX033120.D
Acq On : 30 Nov 2022 08:40
Operator : JC/MD
Sample : BFB
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 1 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
BFB

Integration File: RTEINT.P

Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X112222W.M
Title : SW846 8260
Last Update : Tue Nov 22 13:58:46 2022





AutoFind: Scans 1638, 1639, 1640; Background Corrected with Scan 1631

Target Mass	Rel. to Mass	Lower Limit%	Upper Limit%	Rel. Abn%	Raw Abn	Result Pass/Fail
50	95	15	40	20.5	6869	PASS
75	95	30	60	56.0	18823	PASS
95	95	100	100	100.0	33589	PASS
96	95	5	9	7.0	2348	PASS
173	174	0.00	2	1.3	347	PASS
174	95	50	100	80.7	27120	PASS
175	174	5	9	7.5	2040	PASS
176	174	95	101	97.0	26301	PASS
177	176	5	9	6.7	1769	PASS