Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX120522\
Data File : VX033248.D
Acq On : 05 Dec 2022 23:54
Operator : JC/MD
Sample : PB149407ZHE#06
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 33 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
PB149407ZHE#06

Quant Time: Dec 06 06:03:39 2022
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X112222W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Tue Nov 22 13:58:46 2022
Response via : Initial Calibration

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
Internal Standards						
1) Pentafluorobenzene	5.556	168	117647	50.000	ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	6.763	114	191151	50.000	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	10.055	117	176321	50.000	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	12.024	152	78527	50.000	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	5.964	65	36052	30.115	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 78 - 117		Recovery =	60.220%#		
35) Dibromofluoromethane	5.391	113	39599	36.746	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 75 - 124		Recovery =	73.500%#		
50) Toluene-d8	8.653	98	82549	24.352	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 92 - 112		Recovery =	48.700%#		
62) 4-Bromofluorobenzene	11.079	95	63534	44.882	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 83 - 123		Recovery =	89.760%		
Target Compounds						Qvalue
16) Acetone	2.386	43	12504	23.369	ug/l	100
18) Methyl Acetate	2.709	43	1511	1.020	ug/l #	87
20) Methylene Chloride	2.794	84	3994	2.351	ug/l	93
37) Ethyl Acetate	4.714	43	18998	12.638	ug/l	100
43) Isopropyl Acetate	6.342	43	85774	34.500	ug/l	99

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX120522\
Data File : VX033248.D
Acq On : 05 Dec 2022 23:54
Operator : JC/MD
Sample : PB149407ZHE#06
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 33 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
PB149407ZHE#06

Quant Time: Dec 06 06:03:39 2022
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X112222W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Tue Nov 22 13:58:46 2022
Response via : Initial Calibration