Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX121522\
Data File : VX033443.D
Acq On : 15 Dec 2022 15:36
Operator : JC/MD
Sample : PB149654TB
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 15 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
PB149654TB

Quant Time: Dec 16 01:03:38 2022
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X120722W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Wed Dec 07 12:43:54 2022
Response via : Initial Calibration

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
Internal Standards						
1) Pentafluorobenzene	5.556	168	116499	50.000	ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	6.763	114	191491	50.000	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	10.055	117	180609	50.000	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	12.024	152	79148	50.000	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	5.958	65	38278	51.216	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 78 - 117		Recovery = 102.440%			
35) Dibromofluoromethane	5.385	113	43452	50.450	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 75 - 124		Recovery = 100.900%			
50) Toluene-d8	8.647	98	91712	50.901	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 92 - 112		Recovery = 101.800%			
62) 4-Bromofluorobenzene	11.079	95	70923	51.481	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 83 - 123		Recovery = 102.960%			
Target Compounds						Qvalue
16) Acetone	2.380	43	16428	29.705	ug/l	98
20) Methylene Chloride	2.794	84	4307	3.492	ug/l	93
37) Ethyl Acetate	4.715	43	17014	10.719	ug/l	98
43) Isopropyl Acetate	6.336	43	73764	28.881	ug/l	99

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX121522\
Data File : VX033443.D
Acq On : 15 Dec 2022 15:36
Operator : JC/MD
Sample : PB149654TB
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 15 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
PB149654TB

Quant Time: Dec 16 01:03:38 2022
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X120722W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Wed Dec 07 12:43:54 2022
Response via : Initial Calibration