Quantitation Report (QT/LSC Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX122223\
Data File : VX039454.D
Acq On : 22 Dec 2023 20:38
Operator : JC/MD
Sample : 05975-09
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 25 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
RT-GWDUP01-122023

Quant Time: Dec 23 06:30:54 2023
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X121323W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Thu Dec 14 01:28:15 2023
Response via : Initial Calibration

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
Internal Standards						
1) Pentafluorobenzene	5.550	168	98435	50.000	ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	6.763	114	209731	50.000	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	10.055	117	220475	50.000	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	12.024	152	110925	50.000	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	5.952	65	91022	50.476	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 78 - 117		Recovery = 100.960%			
35) Dibromofluoromethane	5.385	113	69260	47.801	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 75 - 124		Recovery = 95.600%			
50) Toluene-d8	8.647	98	269165	50.038	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 92 - 112		Recovery = 100.080%			
62) 4-Bromofluorobenzene	11.079	95	119448	53.819	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 83 - 123		Recovery = 107.640%			

Target Compounds Qvalue

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX122223\
Data File : VX039454.D
Acq On : 22 Dec 2023 20:38
Operator : JC/MD
Sample : 05975-09
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 25 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
RT-GWDUP01-122023

Quant Time: Dec 23 06:30:54 2023
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X121323W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Thu Dec 14 01:28:15 2023
Response via : Initial Calibration