Quantitation Report (LSC Reviewed)

Data Path : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_X\DATA\VX122619\
Data File : VX014278.D
Acq On : 26 Dec 2019 18:41
Operator : JC/SP
Sample : K6420-02
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 21 Sample Multiplier: 1

Instrument : MSVOA_X
ClientSampleId : MW-1

Quant Time: Dec 27 07:19:25 2019
Quant Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_X\METHOD\82X121319W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Tue Dec 17 03:01:07 2019
Response via : Initial Calibration

Internal Standards	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
1) Pentafluorobenzene	5.65	168	534462	50.00	ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	6.85	114	825464	50.00	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	10.11	117	734560	50.00	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	12.07	152	331045	50.00	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	6.05	65	297551	49.12	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 98.24%			
35) Dibromofluoromethane	5.49	113	245818	48.99	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 97.98%			
50) Toluene-d8	8.71	98	981294	50.23	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 100.46%			
62) 4-Bromofluorobenzene	11.13	95	331767	46.46	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 92.92%			
Target Compounds						Qvalue
9) 1,1,2-Trichlorotrifluoroet	2.38	101	33988	6.727	ug/l	98
16) Acetone	2.43	43	27833	7.078	ug/l	97
44) Trichloroethene	7.21	130	57882	8.992	ug/l	99
64) Tetrachloroethene	9.33	164	39516	6.079	ug/l	88
67) Ethyl Benzene	10.25	91	12656	0.471	ug/l	98
68) m/p-Xylenes	10.36	106	9760	0.945	ug/l	100
69) o-Xylene	10.70	106	5059	0.499	ug/l	96
70) Styrene	10.71	104	23698	1.384	ug/l	94

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (LSC Reviewed)

Data Path : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_X\DATA\VX122619\
Data File : VX014278.D
Acq On : 26 Dec 2019 18:41
Operator : JC/SP
Sample : K6420-02
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 21 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
MW-1

Quant Time: Dec 27 07:19:25 2019
Quant Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_X\METHOD\82X121319W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Tue Dec 17 03:01:07 2019
Response via : Initial Calibration