Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX122820\
Data File : VX020401.D
Acq On : 28 Dec 2020 09:59
Operator : JC/MD
Sample : VSTDCCC050
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/wATER
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : MSVOA_X
LabSampleId : VSTDCCC050

Quant Time: Dec 29 00:36:06 2020
Quant Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_X\METHOD\82X121820W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Fri Dec 18 13:09:49 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	Pentafluorobenzene	1.000	1.000	0.0	112	0.00
2	T	Dichlorodifluoromethane	0.543	0.524	3.5	116	0.00
3	P	Chloromethane	0.630	0.580	7.9	105	0.00
4	C	Vinyl Chloride	0.686	0.648	5.5#	113	0.00
5	T	Bromomethane	0.220	0.259	-17.7	139	0.00
6	T	Chloroethane	0.427	0.413	3.3	108	0.00
7	T	Trichlorofluoromethane	0.882	0.878	0.5	122	0.00
8	T	Diethyl Ether	0.384	0.366	4.7	100	0.00
9	T	1,1,2-Trichlorotrifluoroeth	0.499	0.494	1.0	122	0.00
10	T	Methyl Iodide	0.622	0.607	2.4	103	0.00
11	T	Tert butyl alcohol	0.150	0.137	8.7	106	0.00
12	CM	1,1-Dichloroethene	0.511	0.492	3.7#	116	0.00
13	T	Acrolein	0.094	0.096	-2.1	113	0.00
14	T	Allyl chloride	0.906	0.869	4.1	106	0.00
15	T	Acrylonitrile	0.345	0.340	1.4	104	0.00
16	T	Acetone	0.306	0.350	-14.4	128	0.00
17	T	Carbon Disulfide	1.509	1.375	8.9	110	0.00
18	T	Methyl Acetate	0.682	0.702	-2.9	110	0.00
19	T	Methyl tert-butyl Ether	1.912	1.862	2.6	100	0.00
20	T	Methylene Chloride	0.689	0.633	8.1	102	0.00
21	T	trans-1,2-Dichloroethene	0.620	0.573	7.6	105	0.00
22	T	Diisopropyl ether	1.850	1.826	1.3	102	0.00
23	T	Vinyl Acetate	1.577	1.569	0.5	100	0.00
24	P	1,1-Dichloroethane	1.090	1.050	3.7	105	0.00
25	T	2-Butanone	0.445	0.468	-5.2	111	0.00
26	T	2,2-Dichloropropane	0.899	0.913	-1.6	116	0.00
27	T	cis-1,2-Dichloroethene	0.699	0.664	5.0	103	0.00
28	T	Bromochloromethane	0.485	0.464	4.3	104	0.00
29	T	Tetrahydrofuran	0.280	0.279	0.4	104	0.00
30	C	Chloroform	1.109	1.082	2.4#	105	0.00
31	T	Cyclohexane	0.924	0.892	3.5	117	0.00
32	T	1,1,1-Trichloroethane	0.925	0.928	-0.3	115	0.00
33	S	1,2-Dichloroethane-d4	0.670	0.641	4.3	103	0.00
34	I	1,4-Difluorobenzene	1.000	1.000	0.0	104	0.00
35	S	Dibromofluoromethane	0.320	0.327	-2.2	106	0.00
36	T	1,1-Dichloropropene	0.494	0.495	-0.2	114	0.00
37	T	Ethyl Acetate	0.514	0.524	-1.9	103	0.00
38	T	Carbon Tetrachloride	0.470	0.499	-6.2	119	0.00
39	T	Methylcyclohexane	0.570	0.592	-3.9	123	0.00
40	TM	Benzene	1.538	1.525	0.8	104	0.00
41	T	Methacrylonitrile	0.274	0.285	-4.0	101	0.00
42	TM	1,2-Dichloroethane	0.528	0.527	0.2	100	0.00
43	T	Isopropyl Acetate	0.811	0.822	-1.4	101	0.00
44	TM	Trichloroethene	0.398	0.388	2.5	107	0.00
45	C	1,2-Dichloropropane	0.389	0.395	-1.5#	103	0.00
46	T	Dibromomethane	0.266	0.264	0.8	101	0.00
47	T	Bromodichloromethane	0.507	0.533	-5.1	104	0.00
48	T	Methyl methacrylate	0.397	0.418	-5.3	102	0.00
49	T	1,4-Dioxane	0.009	0.009	0.0	101	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX122820\
Data File : VX020401.D
Acq On : 28 Dec 2020 09:59
Operator : JC/MD
Sample : VSTDCCC050
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/wATER
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : MSVOA_X
LabSampleId : VSTDCCC050

Quant Time: Dec 29 00:36:06 2020
Quant Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_X\METHOD\82X121820W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Fri Dec 18 13:09:49 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
50	S	Toluene-d8	1.231	1.236	-0.4	106	0.00
51	T	4-Methyl-2-Pentanone	0.502	0.533	-6.2	104	0.00
52	CM	Toluene	0.939	0.949	-1.1#	105	0.00
53	T	t-1,3-Dichloropropene	0.558	0.593	-6.3	104	0.00
54	T	cis-1,3-Dichloropropene	0.612	0.646	-5.6	103	0.00
55	T	1,1,2-Trichloroethane	0.387	0.397	-2.6	103	0.00
56	T	Ethyl methacrylate	0.567	0.588	-3.7	99	0.00
57	T	1,3-Dichloropropane	0.659	0.665	-0.9	100	0.00
58	T	2-Chloroethyl Vinyl ether	0.300	0.291	3.0	96	0.00
59	T	2-Hexanone	0.382	0.417	-9.2	107	0.00
60	T	Dibromochloromethane	0.384	0.416	-8.3	106	0.00
61	T	1,2-Dibromoethane	0.404	0.406	-0.5	100	0.00
62	S	4-Bromofluorobenzene	0.471	0.470	0.2	105	0.00
63	I	Chlorobenzene-d5	1.000	1.000	0.0	101	0.00
64	T	Tetrachloroethene	0.377	0.393	-4.2	118	0.00
65	PM	Chlorobenzene	1.073	1.065	0.7	103	0.00
66	T	1,1,1,2-Tetrachloroethane	0.385	0.406	-5.5	107	0.00
67	C	Ethyl Benzene	1.875	1.931	-3.0#	107	0.00
68	T	m/p-Xylenes	0.700	0.721	-3.0	106	0.00
69	T	o-Xylene	0.674	0.694	-3.0	104	0.00
70	T	Styrene	1.139	1.207	-6.0	104	0.00
71	P	Bromoform	0.298	0.318	-6.7	108	0.00
72	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	105	0.00
73	T	Isopropylbenzene	3.609	3.669	-1.7	111	0.00
74	T	N-amyl acetate	1.455	1.461	-0.4	100	0.00
75	P	1,1,2,2-Tetrachloroethane	1.310	1.282	2.1	103	0.00
76	T	1,2,3-Trichloropropane	1.232	1.236	-0.3	107	0.00
77	T	Bromobenzene	0.954	0.909	4.7	105	0.00
78	T	n-propylbenzene	4.159	4.291	-3.2	113	0.00
79	T	2-Chlorotoluene	2.593	2.578	0.6	107	0.00
80	T	1,3,5-Trimethylbenzene	3.059	3.128	-2.3	109	0.00
81	T	trans-1,4-Dichloro-2-butene	0.415	0.440	-6.0	107	0.00
82	T	4-Chlorotoluene	3.029	3.012	0.6	106	0.00
83	T	tert-Butylbenzene	2.935	2.994	-2.0	112	0.00
84	T	1,2,4-Trimethylbenzene	3.105	3.185	-2.6	106	0.00
85	T	sec-Butylbenzene	3.387	3.565	-5.3	119	0.00
86	T	p-Isopropyltoluene	3.124	3.316	-6.1	115	0.00
87	T	1,3-Dichlorobenzene	1.705	1.645	3.5	103	0.00
88	T	1,4-Dichlorobenzene	1.779	1.708	4.0	106	0.00
89	T	n-Butylbenzene	2.737	2.889	-5.6	118	0.00
90	T	Hexachloroethane	0.539	0.567	-5.2	118	0.00
91	T	1,2-Dichlorobenzene	1.697	1.634	3.7	104	0.00
92	T	1,2-Dibromo-3-Chloropropane	0.275	0.271	1.5	100	0.00
93	T	1,2,4-Trichlorobenzene	1.091	1.077	1.3	107	0.00
94	T	Hexachlorobutadiene	0.484	0.508	-5.0	140	0.00
95	T	Naphthalene	3.456	3.520	-1.9	102	0.00
96	T	1,2,3-Trichlorobenzene	1.080	1.057	2.1	106	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX122820\
Data File : VX020401.D
Acq On : 28 Dec 2020 09:59
Operator : JC/MD
Sample : VSTDCCC050
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/wATER
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
LabSampleId :
VSTDCCC050

Quant Time: Dec 29 00:36:06 2020
Quant Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_X\METHOD\82X121820W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Fri Dec 18 13:09:49 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 6