Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX082622\
Data File : VX030824.D
Acq On : 26 Aug 2022 15:03
Operator : JC/MD
Sample : N4245-07DL 5X
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 14 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
DUP02-20220816DL

Quant Time: Aug 27 02:39:48 2022
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X082522W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Fri Aug 26 02:03:28 2022
Response via : Initial Calibration

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
Internal Standards						
1) Pentafluorobenzene	5.562	168	220849	50.000	ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	6.769	114	366732	50.000	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	10.055	117	320138	50.000	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	12.024	152	132123	50.000	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	5.964	65	132173	50.879	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 74 - 125		Recovery = 101.760%			
35) Dibromofluoromethane	5.391	113	115763	51.362	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 75 - 124		Recovery = 102.720%			
50) Toluene-d8	8.653	98	423705	53.948	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 86 - 113		Recovery = 107.900%			
62) 4-Bromofluorobenzene	11.085	95	141042	48.235	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 83 - 123		Recovery = 96.480%			
Target Compounds						Qvalue
19) Methyl tert-butyl Ether	3.117	73	1789	0.258	ug/l	96
27) cis-1,2-Dichloroethene	4.495	96	16983	6.392	ug/l	94
44) Trichloroethene	7.129	130	62442	23.538	ug/l	90
64) Tetrachloroethene	9.275	164	4808	1.907	ug/l	91

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX082622\
Data File : VX030824.D
Acq On : 26 Aug 2022 15:03
Operator : JC/MD
Sample : N4245-07DL 5X
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 14 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
DUP02-20220816DL

Quant Time: Aug 27 02:39:48 2022
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X082522W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Fri Aug 26 02:03:28 2022
Response via : Initial Calibration