Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX082622\
Data File : VX030838.D
Acq On : 26 Aug 2022 20:34
Operator : JC/MD
Sample : VSTDCCC050
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 28 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
LabSampleId :
VSTDCCC050

Quant Time: Aug 27 02:42:14 2022
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X082522W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Fri Aug 26 02:03:28 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	Pentafluorobenzene	1.000	1.000	0.0	86	0.00
2	T	Dichlorodifluoromethane	0.463	0.454	1.9	89	0.00
3	P	Chloromethane	0.432	0.396	8.3	92	0.00
4	C	Vinyl Chloride	0.508	0.464	8.7#	90	0.00
5	T	Bromomethane	0.233	0.211	9.4	90	0.00
6	T	Chloroethane	0.313	0.298	4.8	98	0.00
7	T	Trichlorofluoromethane	0.765	0.744	2.7	93	0.00
8	T	Diethyl Ether	0.290	0.303	-4.5	100	0.00
9	T	1,1,2-Trichlorotrifluoroeth	0.487	0.441	9.4	85	0.00
10	T	Methyl Iodide	0.337	0.331	1.8	75	0.00
11	T	Tert butyl alcohol	0.128	0.142	-10.9	109	-0.02
12	CM	1,1-Dichloroethene	0.453	0.410	9.5#	88	0.00
13	T	Acrolein	0.097	0.107	-10.3	86	0.00
14	T	Allyl chloride	0.839	0.794	5.4	90	0.00
15	T	Acrylonitrile	0.313	0.339	-8.3	99	0.00
16	T	Acetone	0.272	0.288	-5.9	98	0.00
17	T	Carbon Disulfide	1.052	0.815	22.5	81	0.00
18	T	Methyl Acetate	0.835	0.903	-8.1	100	0.00
19	T	Methyl tert-butyl Ether	1.569	1.615	-2.9	93	0.00
20	T	Methylene Chloride	0.559	0.522	6.6	92	0.00
21	T	trans-1,2-Dichloroethene	0.487	0.450	7.6	89	0.00
22	T	Diisopropyl ether	1.685	1.773	-5.2	96	0.00
23	T	Vinyl Acetate	1.351	1.433	-6.1	95	0.00
24	P	1,1-Dichloroethane	0.955	0.932	2.4	92	0.00
25	T	2-Butanone	0.438	0.475	-8.4	99	0.00
26	T	2,2-Dichloropropane	0.692	0.498	28.0#	64	0.00
27	T	cis-1,2-Dichloroethene	0.601	0.578	3.8	91	0.00
28	T	Bromochloromethane	0.411	0.419	-1.9	95	0.00
29	T	Tetrahydrofuran	0.286	0.311	-8.7	101	0.00
30	C	Chloroform	1.005	0.990	1.5#	94	0.00
31	T	Cyclohexane	0.752	0.701	6.8	85	0.00
32	T	1,1,1-Trichloroethane	0.813	0.814	-0.1	91	0.00
33	S	1,2-Dichloroethane-d4	0.588	0.592	-0.7	98	0.00
34	I	1,4-Difluorobenzene	1.000	1.000	0.0	92	0.00
35	S	Dibromofluoromethane	0.307	0.293	4.6	93	0.00
36	T	1,1-Dichloropropene	0.418	0.369	11.7	89	0.00
37	T	Ethyl Acetate	0.496	0.496	0.0	99	0.00
38	T	Carbon Tetrachloride	0.441	0.400	9.3	90	0.00
39	T	Methylcyclohexane	0.501	0.424	15.4	83	0.00
40	TM	Benzene	1.252	1.175	6.2	93	0.00
41	T	Methacrylonitrile	0.277	0.288	-4.0	99	0.00
42	TM	1,2-Dichloroethane	0.444	0.445	-0.2	99	0.00
43	T	Isopropyl Acetate	0.747	0.780	-4.4	99	0.00
44	TM	Trichloroethene	0.362	0.320	11.6	87	0.00
45	C	1,2-Dichloropropane	0.346	0.336	2.9#	94	0.00
46	T	Dibromomethane	0.246	0.234	4.9	94	0.00
47	T	Bromodichloromethane	0.463	0.468	-1.1	95	0.00
48	T	Methyl methacrylate	0.372	0.387	-4.0	98	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX082622\
Data File : VX030838.D
Acq On : 26 Aug 2022 20:34
Operator : JC/MD
Sample : VSTDCCC050
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 28 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
LabSampleId :
VSTDCCC050

Quant Time: Aug 27 02:42:14 2022
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X082522W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Fri Aug 26 02:03:28 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
49	T	1,4-Dioxane	0.009	0.010	-11.1	110	-0.01
50	S	Toluene-d8	1.071	1.034	3.5	94	0.00
51	T	4-Methyl-2-Pentanone	0.504	0.547	-8.5	103	0.00
52	CM	Toluene	0.781	0.754	3.5#	93	0.00
53	T	t-1,3-Dichloropropene	0.448	0.438	2.2	89	0.00
54	T	cis-1,3-Dichloropropene	0.504	0.486	3.6	89	0.00
55	T	1,1,2-Trichloroethane	0.347	0.357	-2.9	98	0.00
56	T	Ethyl methacrylate	0.498	0.533	-7.0	96	0.00
57	T	1,3-Dichloropropane	0.560	0.558	0.4	96	0.00
58	T	2-Chloroethyl Vinyl ether	0.266	0.279	-4.9	93	0.00
59	T	2-Hexanone	0.378	0.429	-13.5	105	0.00
60	T	Dibromochloromethane	0.362	0.362	0.0	93	0.00
61	T	1,2-Dibromoethane	0.352	0.359	-2.0	96	0.00
62	S	4-Bromofluorobenzene	0.399	0.411	-3.0	97	0.00
63	I	Chlorobenzene-d5	1.000	1.000	0.0	98	0.00
64	T	Tetrachloroethene	0.394	0.338	14.2	89	0.00
65	PM	Chlorobenzene	0.967	0.871	9.9	95	0.00
66	T	1,1,1,2-Tetrachloroethane	0.363	0.331	8.8	92	0.00
67	C	Ethyl Benzene	1.671	1.538	8.0#	94	0.00
68	T	m/p-Xylenes	0.640	0.596	6.9	94	0.00
69	T	o-Xylene	0.634	0.592	6.6	94	0.00
70	T	Styrene	1.051	1.021	2.9	95	0.00
71	P	Bromoform	0.300	0.276	8.0	92	0.00
72	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	97	0.00
73	T	Isopropylbenzene	3.351	3.051	9.0	94	0.00
74	T	N-amyl acetate	1.305	1.356	-3.9	101	0.00
75	P	1,1,2,2-Tetrachloroethane	1.146	1.107	3.4	102	0.00
76	T	1,2,3-Trichloropropane	1.095	1.036	5.4	88	0.00
77	T	Bromobenzene	0.826	0.751	9.1	97	0.00
78	T	n-propylbenzene	3.854	3.551	7.9	93	0.00
79	T	2-Chlorotoluene	2.361	2.157	8.6	97	0.00
80	T	1,3,5-Trimethylbenzene	2.804	2.643	5.7	97	0.00
81	T	trans-1,4-Dichloro-2-butene	0.340	0.308	9.4	88	0.00
82	T	4-Chlorotoluene	2.646	2.501	5.5	97	0.00
83	T	tert-Butylbenzene	2.699	2.601	3.6	96	0.00
84	T	1,2,4-Trimethylbenzene	2.716	2.657	2.2	97	0.00
85	T	sec-Butylbenzene	3.517	3.361	4.4	94	0.00
86	T	p-Isopropyltoluene	2.892	2.824	2.4	96	0.00
87	T	1,3-Dichlorobenzene	1.557	1.476	5.2	91	0.00
88	T	1,4-Dichlorobenzene	1.598	1.490	6.8	94	0.00
89	T	n-Butylbenzene	2.678	2.554	4.6	89	0.00
90	T	Hexachloroethane	0.561	0.508	9.4	90	0.00
91	T	1,2-Dichlorobenzene	1.639	1.535	6.3	95	0.00
92	T	1,2-Dibromo-3-Chloropropane	0.295	0.285	3.4	96	0.00
93	T	1,2,4-Trichlorobenzene	1.025	0.936	8.7	87	0.00
94	T	Hexachlorobutadiene	0.427	0.399	6.6	91	0.00
95	T	Naphthalene	3.569	3.644	-2.1	92	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX082622\
Data File : VX030838.D
Acq On : 26 Aug 2022 20:34
Operator : JC/MD
Sample : VSTDCCC050
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 28 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
LabSampleId :
VSTDCCC050

Quant Time: Aug 27 02:42:14 2022
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X082522W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Fri Aug 26 02:03:28 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

	Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
96 T	1,2,3-Trichlorobenzene	1.084	0.996	8.1	86	0.00

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 6