Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : W:\HPCHEM1\MSVOA_X\DATA\VX032118\
Data File : VX000383.D
Acq On : 21 Mar 2018 14:21
Operator : JC/MD
Sample : J1997-08 5X
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 11 Sample Multiplier: 1

**Instrument :** MSVOA_X
**ClientSampleId :** DGA-TOP-LAYER-1-A

Quant Time: Mar 22 06:49:48 2018
Quant Method : W:\HPCHEM1\MSVOA_X\METHOD\82X032018W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Wed Mar 21 04:52:42 2018
Response via : Initial Calibration

| Internal Standards | R.T. | QIon | Response | Conc | Units | Dev(Min) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Pentafluorobenzene | 5.68 | 168 | 107069 | 50.00 | ug/l | 0.00 |
| 34) 1,4-Difluorobenzene | 6.87 | 114 | 187193 | 50.00 | ug/l | 0.00 |
| 63) Chlorobenzene-d5 | 10.12 | 117 | 176596 | 50.00 | ug/l | 0.00 |
| 72) 1,4-Dichlorobenzene-d4 | 12.08 | 152 | 85920 | 50.00 | ug/l | 0.00 |
| **System Monitoring Compounds** | | | | | | |
| 33) 1,2-Dichloroethane-d4 | 6.08 | 65 | 75948 | 54.34 | ug/l | 0.00 |
| Spiked Amount 50.000 | | | Recovery = 108.68% | | | |
| 35) Dibromofluoromethane | 5.52 | 113 | 57919 | 49.11 | ug/l | 0.00 |
| Spiked Amount 50.000 | | | Recovery = 98.22% | | | |
| 50) Toluene-d8 | 8.73 | 98 | 234243 | 47.95 | ug/l | 0.00 |
| Spiked Amount 50.000 | | | Recovery = 95.90% | | | |
| 62) 4-Bromofluorobenzene | 11.15 | 95 | 79482 | 39.93 | ug/l | 0.00 |
| Spiked Amount 50.000 | | | Recovery = 79.86% | | | |
| **Target Compounds** | | | | | | Qvalue |
| 20) Methylene Chloride | 2.87 | 84 | 6977 | 5.20 | ug/l # | 88 |

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Data Path : W:\HPCHEM1\MSVOA_X\DATA\VX032118\
Data File : VX000383.D
Acq On : 21 Mar 2018 14:21
Operator : JC/MD
Sample : J1997-08 5X
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 11 Sample Multiplier: 1

**Instrument :**
MSVOA_X
**ClientSampleId :**
DGA-TOP-LAYER-1-A

Quant Time: Mar 22 06:49:48 2018
Quant Method : W:\HPCHEM1\MSVOA_X\METHOD\82X032018W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Wed Mar 21 04:52:42 2018
Response via : Initial Calibration