Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX060421\
Data File : VX022436.D
Acq On : 05 Jun 2021 00:51
Operator : JC/MD
Sample : PB136806ZHE#03
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 31 Sample Multiplier: 1

Instrument : MSVOA_X
ClientSampleId : PB136806ZHE#03

Quant Time: Jun 05 06:20:38 2021
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X051921W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Wed May 19 14:23:10 2021
Response via : Initial Calibration

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
Internal Standards						
1) Pentafluorobenzene	5.562	168	67421	50.000	ug/l	# 0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	6.769	114	143355	50.000	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	10.061	117	127522	50.000	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	12.024	152	48701	50.000	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	5.964	65	58408	56.161	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 78 - 117		Recovery = 112.320%			
35) Dibromofluoromethane	5.397	113	43254	47.579	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 75 - 124		Recovery = 95.160%			
50) Toluene-d8	8.653	98	174928	49.952	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 92 - 112		Recovery = 99.900%			
62) 4-Bromofluorobenzene	11.085	95	59259	45.782	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 83 - 123		Recovery = 91.560%			
Target Compounds						Qvalue
16) Acetone	2.386	43	6843	15.111	ug/l	96
18) Methyl Acetate	2.715	43	1365	1.133	ug/l #	89
20) Methylene Chloride	2.794	84	4707	4.681	ug/l	91
43) Isopropyl Acetate	6.354	43	15665	5.894	ug/l	94

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX060421\
Data File : VX022436.D
Acq On : 05 Jun 2021 00:51
Operator : JC/MD
Sample : PB136806ZHE#03
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 31 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
PB136806ZHE#03

Quant Time: Jun 05 06:20:38 2021
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X051921W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Wed May 19 14:23:10 2021
Response via : Initial Calibration