Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX062018\

Quantitation Report (LSC Reviewed)

Data File : VX002749.D
Acq On : 20 Jun 2018 18:33
Operator : JC/MD
Sample : J3597-02
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 18 Sample Multiplier: 1

Instrument : MSVOA_X
ClientSampleId : W-43

Quant Time: Jul 02 06:35:55 2018
Quant Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_X\METHOD\82X061518W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Sat Jun 16 01:37:33 2018
Response via : Initial Calibration

Internal Standards	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
1) Pentafluorobenzene	5.67	168	225444	50.00	ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	6.87	114	320061	50.00	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	10.12	117	298357	50.00	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	12.09	152	173858	50.00	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	6.07	65	153306	44.75	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 89.50%			
35) Dibromofluoromethane	5.51	113	123886	48.50	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 97.00%			
50) Toluene-d8	8.72	98	448651	46.26	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 92.52%			
62) 4-Bromofluorobenzene	11.14	95	164444	44.74	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 89.48%			
Target Compounds						Qvalue
10) Methyl Iodide	2.52	142	1665	5.593	ug/l #	95
11) Tert butyl alcohol	3.07	59	7241	10.224	ug/l #	89
16) Acetone	2.45	43	5437	3.597	ug/l	100
19) Methyl tert-butyl Ether	3.21	73	39669	4.198	ug/l	96
22) Diisopropyl ether	3.88	45	3931	0.434	ug/l #	88
65) Chlorobenzene	10.14	112	32131	4.385	ug/l	98

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX062018\

Quantitation Report (LSC Reviewed)

Data File : VX002749.D
Acq On : 20 Jun 2018 18:33
Operator : JC/MD
Sample : J3597-02
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 18 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
W-43

Quant Time: Jul 02 06:35:55 2018
Quant Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_X\METHOD\82X061518W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Sat Jun 16 01:37:33 2018
Response via : Initial Calibration