Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX101623\
Data File : VX038300.D
Acq On : 16 Oct 2023 13:48
Operator : JC/MD
Sample : 04899-04
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 8 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
FB-101223

Quant Time: Oct 17 01:21:53 2023
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X100523W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Thu Oct 05 15:27:13 2023
Response via : Initial Calibration

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
Internal Standards						
1) Pentafluorobenzene	5.550	168	119882	50.000	ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	6.763	114	215894	50.000	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	10.055	117	223933	50.000	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	12.024	152	119131	50.000	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	5.958	65	86308	44.760	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 78 - 117		Recovery = 89.520%			
35) Dibromofluoromethane	5.391	113	69038	44.379	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 75 - 124		Recovery = 88.760%			
50) Toluene-d8	8.647	98	275875	46.408	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 92 - 112		Recovery = 92.820%			
62) 4-Bromofluorobenzene	11.079	95	108841	48.296	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 83 - 123		Recovery = 96.600%			
Target Compounds						Qvalue
16) Acetone	2.373	43	2398	2.980	ug/l	100

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX101623\
Data File : VX038300.D
Acq On : 16 Oct 2023 13:48
Operator : JC/MD
Sample : 04899-04
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 8 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
FB-101223

Quant Time: Oct 17 01:21:53 2023
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X100523W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Thu Oct 05 15:27:13 2023
Response via : Initial Calibration